

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO  
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL  
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP  
COMPRA : 16641 REGISTRO DE PRECO  
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 003394.2400.15-8 VIGENCIA DA ATA : ANUAL  
PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER  
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 28/07/2015 HORA : 09:00  
ABERTURA : 28/07/2015 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0262/15  
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR  
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI  
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-----  
-- LOTE 0001 --

830.507.0252

PAINEL DESTINADO PARA IDENTIFICACAO (ID) RAPIDA IN VITRO DE  
BACTERIAS GRAM-POSITIVAS, A PARTIR DE CULTURAS PURAS, DOS GE-  
NEROS STAPHYLOCOCCUS, ENTEROCOCCUS, OUTROS COCOS GRAM-POSITI-  
VOS E BACIOS GRAM-POSITIVOS. O PAINEL TAMBEM DESTINA-SE A DE-  
TERMINACAO QUANTITATIVA DA SENSIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS  
POR CONCENTRACAO MINIMA INIBITORIA (CMI) DA MAIORIA DAS BAC-  
TERIAS GRAM-POSITIVAS, ISOLADAS A PARTIR DE CULTURAS PURAS,  
DOS GENEROS STAPHYLOCOCCUS E ENTEROCOCCUS, QUANDO UTILIZADO  
SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGIA. EMBALAGEM COM 25 UNI-  
DADES.

\*TIPO PHOENIX PMIC/ID-105(25/SP) OU SIMILAR DE MESMA QUALIDA-  
DE OU QUALIDADE SUPERIOR.

QTD TOT: 22 UNI: em

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
FEPPS - LACEN  
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE  
QTD: 22

-----  
-- LOTE 0002 --

830.639.0142

CALIBRADOR PARA NEFELOMETRO PHOENIXSPEC, EM CAIXA CONTENDO 03  
TUBOS COM AS ESCALAS 0.25, 1.0 E 4.0 DE MCFARLAND EM CADA TU

NRO EXPEDIENTE : 003394.2400.15-8  
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

---

BO, COMPOSTO PELA MISTURA DOS COMPONENTES CLORETO DE BARIO E  
ACIDO SULFURICO.

QTD TOT: 25                   UNI: kt

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,197  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
FEPPS - LACEN  
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIM BOTANICO - PORTO ALEGRE  
QTD: 5  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
CENTRO DE DES CIENT TEC  
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE  
QTD: 20

---

-- LOTE 0003 --

830.507.0273

LANCETA EM ACO INOX, COM PONTA AFIADA; DESCARTAVEL; ESTERILI  
ZADA POR RADIACAO GAMA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; AGULHA  
TAMANHO 23G / 1,8mm; SISTEMA DE SEGURANCA COM AGULHA  
RETRATIL AUTOMATICA APOS A PUNCAO.

QTD TOT: 154600           UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,194,197  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE  
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO  
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE  
QTD: 36000  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
INSTITUTO GERAL PERICIAS  
AV. VOLUTARIOS DA PATRIA, 1358 - ALMOX - PORTO ALEGRE  
QTD: 100  
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA  
INSTITUTO GERAL PERICIAS  
AV. VOLUTARIOS DA PATRIA, 1358 - ALMOX - PORTO ALEGRE  
QTD: 5900  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
FEPPS - HEMOCENTRO  
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE  
QTD: 32400  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
HEMO. PELOTAS  
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS  
QTD: 25200  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
HEMO. PASSO FUNDO  
AV. SETE DE SETEMBRO, N. 1055 - PQ GARE - PASSO FUNDO  
QTD: 18000  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
HEMO.PALMEIRA DAS MISSOES

NRO EXPEDIENTE : 003394.2400.15-8  
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

---

RUA NASSIB NASSIF, ESQUINA 06 - PALMEIRA DAS MISSOES  
QTD: 6000  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
CENTRO DE DES CIENT TEC  
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE  
QTD: 1000  
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE  
ALMOXARIFADO  
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE  
QTD: 30000

---

-- LOTE 0004 --

830.507.0364

PIPETA SOROLOGICA DESCARTAVEL GRADUADA, PARA MEDICAO E TRANSFERENCIA DE VOLUMES VARIAVEIS DE LIQUIDOS, COM CAPACIDADE PARA CINCO MILILITROS (5 ML), COM ANEIS DE CORES DIFERENTES PARA FACIL IDENTIFICACAO, DEMARCACAO DE VOLUME POR MEIO DE UMA ESCALA GRADUADA DE 1/10 AO LONGO DO CORPO DA PIPETA, CALIBRADA PARA DISPENSAR UMA PRECISAO DE  $\pm 2\%$ , GRADUACAO BIDIRECIONAL E NEGATIVA, FILTRO DE ALGODAO PARA PROTECAO DO PIPETADOR, FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTO GRAU (GPPS) OU POLIETILENO (PE), NAO PIROGENICO, EXCELENTE PARA UMA OBSERVACAO CLARA E TRANSPARENTE, NAO RETENDO DO LIQUIDO NA SUPERFICIE DA PIPETA E ASSEGURANDO A DISTRIBUICAO EXATA DO VOLUME. ESTERILIZADA COM RAIOS GAMA E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DESIGN UNIVERSAL COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PIPETADORES MOTORIZADOS. O PRODUTO DEVERA TER QUALIDADE "SIMILAR" A MARCA JET BIO-FIL E, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM ANALISADAS.

QTD TOT: 30                      UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
CENTRO DE DES CIENT TEC  
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE  
QTD: 30

---

-- LOTE 0005 --

830.507.0363

PIPETA SOROLOGICA DESCARTAVEL GRADUADA, PARA MEDICAO E TRANSFERENCIA DE VOLUMES VARIAVEIS DE LIQUIDOS, COM CAPACIDADE PARA DOIS MILILITROS (2 ml) COM ANEIS DE CORES DIFERENTES PARA FACIL IDENTIFICACAO, DEMARCACAO DE VOLUME POR MEIO DE UMA ESCALA GRADUADA DE 1/50 AO LONGO DO CORPO DA PIPETA, CALIBRADA PARA DISPENSAR UMA PRECISAO DE  $\pm 2\%$ , GRADUACAO BIDIRECIONAL E NEGATIVA, FILTRO DE ALGODAO PARA PROTECAO DO PIPETADOR, FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTO GRAU (GPPS) OU POLIETILENO (PE), NAO PIROGENICO, EXCELENTE PARA UMA OBSERVACAO CLARA E

NRO EXPEDIENTE : 003394.2400.15-8  
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

---

TRANSPARENTE, NAO RETENEDO DO LIQUIDO NA SUPERFICIE DA PIPE TA E ASSEGURANDO A DISTRIBUIEDO EXATA DO VOLUME. ESTERILIZADA COM RAIOS GAMA E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PANEL GRAU CIRURGICO, DESIGN UNIVERSAL COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS MARCAS DE PIPETADORES MOTORIZADOS. O PRODUTO DEVERA TER QUALIDADE "SIMILAR" A MARCA JET BIO-FIL E, O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM ANALISADAS. S.

QTD TOT: 30 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE  
CENTRO DE DES CIENT TEC  
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE  
QTD: 30

---

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

---

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:194 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, DOCUMENTACAO QUE COMPROVE O REGISTRO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM QUESTAO, NA SECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
- OBS:197 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.  
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPOTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ORGAO REQUISITANTE.

DATA EMISSAO : 13/07/2015

PREGOEIRO