

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 17078 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 000286.1568.16-4

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 04/05/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 04/05/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0126/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

830.183.0434

CAMARA DE GERMINACAO COM ALTERNANCIA DE TEMPERATURA E FOTOPE-
RIODO. CAIXA EXTERNA COM CHAPA DE ACO, COM TRATAMENTO ANTICOR-
ROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI. CAIXA INTERNA EM PO-
LIPROPILENO, COM SUPORTES PARA 10 PRATELEIRAS. SUPORTE DA RE-
SISTENCIA E DOS VENTILADORES EM ACO INOX, INSTALADO NO EVAPO-
RADOR. 08 PRATELEIRAS TIPO GRADE, COM ALCA EM TODA A LATERAL,
PARA 08 CAIXAS DE GERBOX/PRATELEIRA. PORTA COM REVESTIMENTO
INTERNO EM ACO INOX. PAINEL FRONTAL INSTALADO NA PARTE SUPE-
RIOR DA CAMARA. MEDIDAS INTERNAS EM mm: L=510 X P=450 X A=11-
50; LIVRE=900 mm. MEDIDAS EXTERNAS EM mm: L=600 X P=650 X A=-
1700. TERMOSTATO: FAIXA DE TRABALHO DE -10°C A +60°C. UNIDA-
DE DE REFRIGERACAO COM COMPRESSOR HERMETICO, SISTEMA "FROST
FREE" GAS LIVRE DE CFC, COM SISTEMA AUXILIAR DE VENTILACAO DO
COMPRESSOR. RELE DE ESTADO SOLIDO, RESISTENCIA BLINDADA EM
TUBO DE ACO INOX, COM ALETAS. TERMOSTATO BIMETALICO DE SEGU-
RANCA PARA TEMPERATURAS SUPERIORES A 60°C. VENTILACAO INTER-
NA ATRAVES DE DOIS MINIVENTILADORES. ALTERNANCIA DE TEMPERATU-
RA: SIMULACAO DE DUAS TEMPERATURAS (DIA E NOITE), COM PROGRA-
MADOR HORARIO INDEPENDENTE DO FOTOPERIODO. 02 CONTROLADORES:
ELETRONICO DIGITAL MICROPROCESSADO DE 3 1/2 DIGITOS, COM 02
SENSORES TIPO TERMORESISTENCIA, REVESTIDOS EM HASTE RIGIDA
CONFECCIONADAS EM ACO INOX. LEITURA DIGITAL DO SET POINT DO
PROCESSO, COM RESOLUCAO DE 0,1°C E VARIACAO DE +/- 0,2°C. FO-
TOPERIODO: TIMER PARA PROGRAMACAO DO HORARIO DE ILUMINACAO
DESEJADO PARA 24 HORAS, COM PROGRAMACAO MINIMA DE 15 MINUTOS.
04 LAMPADAS TIPO GROLUX INSTALADAS NA PORTA. 110v. COM CERTI-
FICADO DE CALIBRACAO RASTREAVEL A RBC E INMETRO.
OBSERVACOES:
O PRODUTO DEVERA ESTAR CREDENCIADO JUNTO AO BNDES.
O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, O
CODIGO FINAME DO PRODUTO.

QTD TOT: 2 UNI: eq

NRO EXPEDIENTE : 000286.1568.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO AGROINDUSTRIA
FAZENDA SOUZA - CAIXA POSTAL 172 - CAXIAS DO SUL
QTD: 2
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

-- LOTE 0002 --

830.103.0020

CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO - TIPO: VERTICAL; USO: VACINAS; TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: PROGRAMÁVEL DE 2° A 8°C, CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 340 LITROS; TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO; TIPO DE PORTA: VISOR DE VIDRO TRIPLO ANTI EMBAÇANTE; RODÍZIOS: Sim; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 50/60HZ; CIRCULAÇÃO INTERNA POR AR FORÇADO: Sim; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS: SIM; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: LIVRE DE CFC, LUZ DE LED INTERNA TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO MESMO COM A PORTA FECHADA POR 60 SEGUNDOS E COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO NA ABERTURA DA PORTA. PAINEL DE COMANDO E CONTROLE FRONTAL COM DISPLAY LCD COM SAÍDA USB E PEN DRIVE E COMANDO DIGITAL MICROPROCESSADO. CONTROLADOR DIGITAL COM SUBDIVISÃO DE LEITURA DE 0,1°C. DISPLAY LUMINOSO COM VISORES GRANDES PARA VISUALIZAÇÃO À DISTÂNCIA. COM DOIS SENSORES DE TEMPERATURA (UM IMERSO EM SOLUÇÃO PARA SIMULAR A TEMPERATURA DA VACINA E OUTRO PARA MEDIR A TEMPERATURA INTERNA DA CÂMARA). SISTEMA PROGRAMÁVEL DE MEMÓRIA DO HISTÓRICO DE TEMPERATURA. ALARME. ACOMPANHA SOFTWARE PARA CONFIGURAÇÃO E MONITORAMENTO VIA COMPUTADOR E ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DADOS. DISCADOR TELEFÔNICO PARA NO MÍNIMO 3 NÚMEROS. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO. SISTEMA DE EMERGÊNCIA E BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 36 HORAS.;;

QTD TOT: 1 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,3,4,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO SAUDE ANIMAL
ESTRADA DO CONDE N. 6000 - ELDORADO DO SUL
QTD: 1
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

-- LOTE 0003 --

830.183.0568

INCUBADORA - TIPO: AGITAÇÃO ORBITAL (SHAKER); TEMPERATURA: +

NRO EXPEDIENTE : 000286.1568.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

7°C A 60°C; CAPACIDADE: MÍN 120 LITROS; PLATAFORMA: Sim; TIPO DE PLATAFORMA: INTERCAMBÁVEL COM ADAPTADORES; CAPACIDADE DA PLATAFORMA: 16 ERLNMEYER DE 250ML/ 9 ERLNMEYER DE 500ML/ 6 ERLNMEYER DE 1000ML/ PLACA DE ELISA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60 HZ; TIMER: OPERAÇÃO CONTÍNUA OU PROGRAMÁVEL; ROTAÇÃO: 10 A 500 RPM; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; MANUAL EM PORTUGUÊS: Sim; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: AÇO INOX AISI 304 E VIDRO TEMPERADO. CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL DE TEMPERATURA E VELOCIDADE DE AGITAÇÃO. CONVERSOR DE FREQUÊNCIA COM LEITURA DIGITAL DE RPM. ACOMPANHA NO MÍNIMO 16 GARRAS PARA ERLNMEYER DE 250ML;

QTD TOT: 1 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO SEDE
RUA GONCALVES DIAS, 570 - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE
QTD: 1
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

-- LOTE 0004 --

830.555.0148

COMPRESSOR DE AR - TIPO: COM PISTÃO; VOLTAGEM: 220 VOLTS; FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA: 10 HP/7,5 KW; PRESSÃO: 175 LBS; MOTOR ELÉTRICO: TRIFÁSICO; CAPACIDADE: NO MÍNIMO 415L; MANUAL EM PORTUGUÊS: Sim; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DESLOCAMENTO DE 40 PCM;

QTD TOT: 1 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
UNIDADE DE TERRA DE AREIA
BR 101, KM 53 - TERRA DE AREIA
QTD: 1
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

-- LOTE 0005 --

830.183.0566

CAMARA DE GERMINAÇÃO - TIPO: MANGELSDORF; TEMPERATURA: +7 A +60°C OU DE +7 A +100°C; VOLTAGEM: 220 VOLTS; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; TIPO DE PORTA: INTEIRAMENTE DE VIDRO COM CÂMARA DUPLA; PRATELEIRAS INTERNAS: 5; CAPACIDADE INTERNA: MÍNIMO 7 LITROS; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES DO ITEM: COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRÔNICO DIGITAL E TERMOSTATO D

NRO EXPEDIENTE : 000286.1568.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

E PRECISÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA COM PELO MENOS 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES.;

QTD TOT: 5 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO NORDESTE
BR 285, KM 05 - CAIXA POSTAL 20 - VACARIA
QTD: 1
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO SEDE
RUA GONCALVES DIAS, 570 - MENINO DEUS - PORTO ALEGRE
QTD: 4
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

OBSERVACOES GERAIS :

A EMPRESA DEVE APRESENTAR CODIGO FINAME JUNTO COM A PROPOSTA.
INFORMACOES DE CADASTRO PODERA SER OBTIDAS NA CIRCULAR Nº 33 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 COM NORMAS REGULADORAS DO PRODUTO BNDES/FINAME.

AS CONDICÕES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:3 INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MINIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NAO INDICADO NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES ATRELADAS AO MESMO.
- OBS:4 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA.
- OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):
1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE.

NRO EXPEDIENTE : 000286.1568.16-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA).
3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NAO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICACAO DO ITEM, ESTA DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.
4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
7. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(OES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

DATA EMISSAO : 20/04/2016

PREGOEIRO