



AVISO DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO: 18/2400-0000316-6 EDITAL: PE 0182/2018

O Pregoeiro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, designado pela Portaria nº 001/2018, no uso de suas atribuições, torna público o que segue:

a) No Anexo II – TERMO DE REFERÊNCIA, complementam-se as especificações técnicas dos itens abaixo relacionados conforme segue:

LOTE: SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 24 COM BALÃO 30ML

Item 1 – 0870.0507.000497 - SONDA FOLLEY 3 VIAS Nº 24 COM BALÃO 30ML

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SONDA - TIPO DE SONDA: FOLLEY; CALIBRE: 24; VIA DE ADMINISTRAÇÃO: URETRAL; MATERIAL: LÁTEX; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; DESCARTÁVEL: SIM; USO: ADULTO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: UNIDADE; REGISTRO: ANVISA; CAPACIDADE DO BALÃO: 30ML; NÚMERO VIAS: 3 VIAS;

b) Ratificam-se os demais itens do edital.

Publique-se.

Porto Alegre, 13 de março de 2018.

Marcelo de Oliveira Carreño
Pregoeiro

Jairo Peres de Oliveira
Diretor do DELIC/CELIC