

Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@SMARH.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 20837

EDITAL NÚMERO: PE 0020/2019

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/01/2019 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 18/2400-0006115-8

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

REPETIÇÃO DOS LOTES NÃO ADJUDICADOS 03-07-09 DA COMPRA 20648

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CADEIRA DE RODAS PARA HIGIENIZAÇÃO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.000065

CADEIRA DE RODAS PARA HIGIENIZAÇÃO

QUANTIDADE: 42,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CADEIRA DE RODAS - TIPO DE CADEIRA: HIGIENIZAÇÃO; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO CARBONO; MATERIAL ENCOSTO: NYLON; ALTURA MÍNIMA ENCOSTO: 38 CM; MATERIAL ASSENTO: POLIPROPILENO; LARGURA MÍNIMA ASSENTO: 50 CM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ASSENTO: 40 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 120 KG; GARANTIA: 12 MESES; COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO: PINTURA EPOXI; ASSENTO SANITARIO REMOVIVEL; APOIO PARA BRAÇOS REMOVIVEIS; PÉS ESCAMOTEAVEL FREIO BILATERAL; RODAS GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS ARO 6"; SUPORTE PARA COMADRE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 13

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 8

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL ACPN - ABRIGO CÔNEGO PAULO DE NADAL AVENIDA PADRE CACIQUE 1372 PRAIA DE BELAS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL ABRIGO JOSÉ LEANDRO DE SOUZA LEITE RUA SILVEIRO 572 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

Lote 2 KIT DE NEBULIZAÇÃO - ADULTO - PADRÃO ABNT NBR ISO 5356-1:2016

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0507.000594

KIT DE NEBULIZAÇÃO - ADULTO - PADRÃO ABNT NBR ISO 5356-1:2016

QUANTIDADE: 740,0000

UNIDADE: kt

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT DE NEBULIZAÇÃO - AJUSTE DE DENSIDADE DE NÉVOA: NÃO; COMPOSIÇÃO DO KIT NEBULIZADOR: 01 MÁSCARA, 01 MANGUEIRA E 01 COPO DOSADOR.; USO: ADULTO; TIPO DE ENCAIXE DO NEBULIZADOR: CONECTOR ENTRADA PADRÃO ABNT NBR 11.906:2011; CONECTOR SAÍDA (PONTO DE CONEXÃO AO NEBULIZADOR) COM PINO CÔNICO S/ NORMA TÉCNICA APLICÁVEL E CONECTOR DE SAÍDA (PONTO DE CONEXÃO A MÁSCARA) PADRÃO ABNT NBR ISO 5356-1:2016; MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: TIPO MARCA: PROTEC, TIPO MODELO: 004485- MICRONED ADULTO P/ AR, OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.: - MEDIDA MÍNIMA DE EXTENSÃO DA MANGUEIRA: MÍNIMO DE 1,5 METROS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS PRAÇA CÔNEGO MARCELINO 89 CIDADE BAIXA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA ALMOXARIFADO CENTRAL - SUSEPE RUA ENGENHEIRO RODOLFO AHRONS 101 PARTENON PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 80

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO AVENIDA BENTO GONCALVES 2466 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

Lote 3 SELADORA - HOSPITALAR AUTOMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL 304 220 VOLTS 300VA

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0700.000006

SELADORA - HOSPITALAR AUTOMÁTICA AÇO INOXIDÁVEL 304 220 VOLTS 300VA

QUANTIDADE: 9,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SELADORA - MODELO: HOSPITALAR; VELOCIDADE DE SELAGEM: 10 MS; IMPULSÃO: AUTOMÁTICA; TEMPORIZADOR: NÃO; TIPO DE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 304; ACABAMENTO: AÇO INOXIDÁVEL 304; COR: INDIFFERENTE; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA: 300VA; TAMANHO MÍNIMO DO SACO PLÁSTICO: 30 MM; ESPESSURA MÍNIMA: 1 MM; CERTIFICAÇÃO: ANVISA; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SELAGEM CONTÍNUA PARA EMBALAGEM DE PAPEL CIRÚRGICO E TYVEK, AJUSTE DA PRESSÃO DE SELAGEM, AJUSTE DE TEMPERATURA DE SELAGEM, NORMA RDC 15.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL SANATÓRIO PARTENON AVENIDA BENTO GONCALVES 3722 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA). 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO. 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.