

ANEXO NRO : IV

DATA - 06/05/2010

COMPRA : 010720 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002120.2400.10-0

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

870.007.0001

EQUIPAMENTO PARA AVALIACAO DO CAMPO VISUAL DA ESTEREOPSIA DO OFUSCAMENTO E DA VISAO NOTURNA COMPOSTO DE:

- MODULO PRINCIPAL, MODULO DINAMOMETRICO E MODULO CAMPIMETRICO.

COM CAPACIDADE PARA EXECUTAR OS SEGUINTE TESTES FISICOS NAS SEGUINTE AREAS:

- OFTALMOLOGICA - ACUIDADE VISUAL, CAMPO VISUAL (CAMPIMETRIA HORIZONTAL), VISAO CROMATICA, VISAO ESTEREOSCOPIA (PERCEPCAO DE PROFUNDIDADE), OFUSCAMENTO E VISAO NOTURNA (ADAPTOMETRIA) OTORRINOLARINGOLOGICA - ACUIDADE AUDITIVA, NEUROLOGICA - ES FORCO FISICO MANUAL (DINAMOMETRIA MANUAL);

- ACUIDADE VISUAL: S^O APRESENTADOS, EM MEIO ESCURO E ISENTO DE LUZ, OPTOTIPOS NAS GRADUACOES SEGUNDO SNELLEN 20/20, 20/25 20/30, 20/50, E 20/100 MONOCULAR, E, 20/30 BINOCULAR;

- ACUIDADE AUDITIVA: APRESENTA ATRAVES DE UM FONE DE OUVIDO, SONS EM UMA FAIXA DE FREQUENCIA DE 1000 Hz E UMA INTENSIDADE DE VOLUME VARIANDO DE 30 A 60 Db.

- IDENTIFICACAO DE CORES: S^O APRESENTADAS, EM MEIO ESCURO E ISENTO DE LUZ, TRES CORES BASICAS VERDE, AMARELO E VERMELHO;

- VISAO CAMPIMETRICA HORIZONTAL: APRESENTA UM PONTO LUMINOSO FIXO E PONTOS LUMINOSOS LATERAIS QUE PODEM SER POSICIONADOS EM UMA ESCALA DE ISOPTERA HORIZONTAL DE ATE 140" PARA CADA OLHO, 90" TEMPORAL E 50" NASAL;

- FOR^A MANUAL: APRESENTADA ATRAVES DA MEDICAO DO ESFORCO MANUAL EXERCIDO SOBRE UM PONTO.

QTD TOT: 1 UNI: eq VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 7450,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN/RS - ALMOXARIFADO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

870.045.0003

BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA PARA ADULTO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS E PARAMETROS APROXIMADOS:

- ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO;

ANEXO NRO : IV

DATA - 06/05/2010

COMPRA : 010720 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002120.2400.10-0

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-
- PINTURA BRANCA, ULTRA-RESISTENTE COM TRATAMENTO ANTI-FER-RUGINOSO, EM P.U;
 - PLATAFORMA EM CHAPA METALICA, COM DIMENSOES NAO INFERIORES A 390 X 400 MM, REVESTIDA COM TAPETE EM MATERIAL DURAVEL E ANTI-DERRAPANTE (BORRACHA OU SIMILAR);
 - DOTADA DE 04 (QUATRO) PES DE APOIO FIXOS COM ALTURA REGULA VEL;
 - FUNCAO TARA, POSSIBILIDADE DE ATE 100% DA CAPACIDADE;
 - DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO COM 5 (CINCO) DIGITOS;
 - CAPACIDADE/SENSIBILIDADE: 200 kg DIVISOES DE 50 EM 50 GR.
 - DOTADA DE REGUAS DE PESAGEM E CURSORES EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA, NAO OXIDAVEL E COM DUREZA NAO INFERIOR A 50 ROCKWELL C;
 - DOTADA DE REGUA METRICA EM DURALUMINIO, COM MARCACAO DE 1 A 2 METROS E DIVISOES DE 0,5 EM 0,5 cm COM CABECOTE DE PLASTICO;
 - CHAVE SELETORA DE TENSAO: 110/220V.
 - GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.
 - DEVE ACOMPANHAR CATALOGO TECNICO E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES/BRASIL.

OBSERVACAO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTREGAR CERTIFICADO DE AFERICAÇÃO, EMITIDO POR ORGAO RECONHECIDO PELO "INMETRO", JUNTAMENTE COM O PRODUTO FORNECIDO.

QTD TOT: 1 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 1250,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN/RS - ALMOXARIFADO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

870.186.0001

ESTETOSCOPIO ADULTO DUO-SONIC, PARA CLINICA GERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:

- ASCULTADOR DUO-SONIC COM ALTA SENSIBILIDADE;
- TUBO ACUSTICO NA CONFIGURACAO "Y";
- OLIVAS COM PROTETOR AURICULAR DE FORMATO ANATOMICO;
- HEADSET RECURVADO ANATOMICAMENTE;

OBS: DEVERA ACOMPANHAR:

- 01 (UMA) MEMBRANA DE DIAFRAGMA SOBRESSALENTE;
- 02 (DOIS) PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES;

ANEXO NRO : IV

DATA - 06/05/2010

COMPRA : 010720 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002120.2400.10-0

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICACAO PARA ESTETOSCOPIO

QTD TOT: 2 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 33,99

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN/RS - ALMOXARIFADO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

870.504.0017

MARTELO DE BABINSKY.

QTD TOT: 2 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 47,04

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN/RS - ALMOXARIFADO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

870.507.0026

TABELA DE SNELLEN COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:

QUADRO COM ESTRUTURA EM MADEIRA E REVESTIMENTO IMPERMEAVEL;

TABELA PARA ACUIDADE VISUAL EM MDF COM ACABAMENTO LATERAL EM PVC;

DIMENSOES: 25cm LARGURA X 50cm ALTURA X 2,0cm ESPESSURA;

REVESTIMENTO IMPERMEAVEL;

ESCRITAS NA COR PRETA E FUNDO BRANCO.

QTD TOT: 2 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 185,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN/RS - ALMOXARIFADO

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE

QTD: 2 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS

FOLHA - 004

ANEXO NRO : IV

DATA - 06/05/2010

COMPRA : 010720 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 002120.2400.10-0

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE GARANTIA DE CONFORMIDADE
COM A(S) ESPECIFICACAO(OES) E OBSERVACAO(OES) EXIGIDA(S) NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

DATA EMISSAO : 06/05/2010