

ANEXO NRO : IV

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010844 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 805 EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

805.265.0338

NITROGENIO GASOSO, EM CARGA COM 8,7 A 9,0 M3, COM AS SEGUIN-
TES CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:

- GRAU DE PUREZA (N2): MAIOR OU IGUAL A 99,999%;
- GRAUS DE IMPUREZA: O2<1 ppm, THC<0.5 ppm, CO2<1 ppm, CO<1 ppm, H2O<2 ppm.

QTD TOT: 176 UNI: m3

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTAL

FEPAM - SEDE

RUA CARLOS CHAGAS 55 - 4. ANDAR S/401 - PORTO ALEGRE

QTD: 176 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0002 --

805.177.0006

SISTEMA DE VALVULAS E MANOMETROS PARA 3 (TRES) GASES
ESPECIAIS PARA CONTROLE INTERNO NA SALA, COM AS SEGUIN-
TES CARACTERISTICAS MINIMAS:

- REGULADOR DE PRESSAO DE 2 (DOIS)ESTAGIOS CADA UM, POSSUIN-
DO UM ESTAGIO DE BAIXA PRESSAO DE 0(ZERO) A 100(CEM) PSI;
- TODAS AS CONEXOES DE ENTRADA DOS GASES DO EQUIPAMENTO DE-
VERAO SER DE 1/8" PADRAO "SWAGelok", FEITA NA PARTE TRASEI-
RA DO EQUIPAMENTO;
- TODAS AS CONEXOES DEVERAO ESTAR IDENTIFICADAS DE ACORDO
COM O TIPO ESPECIFICO DE GAS.
- DEVERA SER USADO TUBOS DE COBRE TOTALMENTE TRATADOS E LIM-
POS ATRAVES DE LIMPEZA TERMICA DEVIDO A FACILIDADE DE CONE-
XAO;
- DEVERA SER ENTREGUE 30 METROS DE TUBOS DE COBRE PARA CADA
GAS.

OBSERVACAO: OS ITENS DEVEM SER MONTADOS E INSTALADOS PELA EM
PRESA LICITANTE VENCEDORA NA ENTREGA DO PRODUTO.

QTD TOT: 1 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001

ANEXO NRO : IV

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010844 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 805 EQUIPAMENTOS E GASES USO HOPITALAR/LABORATORIAL/INDUSTRIAL

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA DA EDUCACAO
EET SAO JOAO BATISTA
RUA JOAO PESSOA, 1468 - MONTENEGRO
QTD: 1 - ADM.DIRETA
RECURSO : 1921 - C ME/SUEPRO 24/2007-PQTP

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE GARANTIA DE CONFORMIDADE COM A(S) ESPECIFICACAO(OES) E OBSERVACAO(OES) EXIGIDA(S) NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

DATA EMISSAO : 28/07/2010