

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0004 --

870.008.0001

AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LTS

-MODELO HORIZONTAL;

-CAPACIDADE MINIMA 21 Lts;

-COM CAMARA DE ALUMINIO OU INOX;

-DESAERACAO AUTOMATIACA;

-DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA;

-CICLO DE SECAGEM EFICIENTE;

-COM SECAGEM EXTRA;

-TEMPO TOTAL DE ESTERILIZACAO 55 mim. (1 CICLO);

-COM SECAGEM REALIZADA DE PORTA ENTREABERTA;

-POTENCIA MINIMA 1600 WATTS;

-BIVOLT (127/220 VOLTS)

-COM SISTEMA DE SEGURANCA 6 (VALVULA DE SEGURANCA, VALVULA ANTI-VACUO, ANEL DE VEDACAO, FUSIVEL, TERMOSTATO, SISTEMA ELETRONICO C/ CONTROLE DE POTENCIA);

-COM PRESSAO DE TRABALHO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZACAO DE 1,7 A 1,9 KGF POR CENTIMETRO CUBICO;

-TEMPERATURA DURANTE A ESTERILIZACAO DE 128 A 130";

-SISTEMA DE FECHAMENTO COM DUPLO ESTAGIO DE FECHAMENTO DAPOR TA;

-03 BANDEJAS DE ALUMINIO ANODIZADO;

-01 SUPORTE;

-COPO GRADUADO;

-FUSIVEL;

-ABRACADEIRA;

-AMOSTRA DE MANGUEIRA;

-DIMENSAO APROXIMADAS: CAMARA DIAMETRO 25 cm X PROFUNDIDADE 46,5 cm;

-MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 39,5 cm X ALTURA 38 cm X PROFUNDIDADE 61 cm;

-CONSUMO DE ENERGIA NO MAXIMO DE 500 WATTS A CADA CICLO;

OBSERVACAO: PRODUTO DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR

QTD TOT: 1

UNI: un

VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 2899,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,039,187

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

REITORIA

RUA 7 DE SETEMBRO, 1156 - CENTRO - PORTO ALEGRE

QTD: 1 - ADM.INDIRETA

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

RECURSO : 0001 - REC TESOIRO-LIVRES

870.008.0004

AUTOCLAVE VERTICAL PARA ESTERILIZACAO DE MATERI
AIS E UTENSILIOS DIVERSOS , COM AS SEGUINTE CARACTERIS
TICAS MINIMAS:

- CALDEIRA VERTICAL SIMPLES EM ACO INOXIDAVEL AISI 304;
 - TAMPA EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADA E EXTER
NAMENTE POLIDA E ENVERNIZADA, COM GUARNICAO DE VEDACAO EM SI
LICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS;
 - CESTO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 TOTALMENTE PERFURA
DOS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULACAO DO VAPOR;
 - VALVULA DE SEGURANCA E CONTROLADORA EM BRONZE, COM SISTE
MA DE PESO E CONTRAPESO PARA REGULAGEM DE PRESSAO;
 - MANOMETRO COM DUAS ESCALAS, UMA PARA A TEMPERATURA (DE 100
A 143°C) E OUTRA PARA A PRESSAO (DE 0 A 3,0 KGF/CM2);
 - PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO DE 1,5 KGF/CM2, CORRESPON
DENTE A 127°C;
 - PARTE SUPERIOR DO GABINETE EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL E LA
TERAIS EM CHAPA DE ACO-CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSI
VO E PINTURA EM EPOXI, MONTADO SOBRE QUATRO PES DE BORRACHA;
 - MANIPULOS PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR)
E ELEMENTO INTERNO EM LATAO;
 - RESISTENCIAS BLINDADAS EM TUBOS DE INOX;
 - PAINEL COM LAMPADA PILOTO, CHAVE SELETORA DE CA
LOR DE TRES POSICOES E INSTRUcoes DE USO;
 - ESCOAMENTO PARA LIMPEZA E DRENAGEM TOTAL, ATRAVES DE REGIS
TRO DE ESFERA;
 - VOLTAGEM : A SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE;
 - CAPACIDADE: 50 LITROS;
 - POTENCIA: 3000 WATTS;
 - VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO REGULADA PARA ATUAR COM PRES
SAO IGUAL OU SUPERIOR A MPTA (MAXIMA PRESSAO DE TRABA
LHO ADMISSIVEL);
- ** CONSTRUIDA COM BASE NAS NORMAS ASME, ABNT E ATENDER A NOR
MA REGULAMENTADORA NR 13 **

OBS:

** O LICITANTE VENCEDOR DEVERA CONTACTAR O ORGAO REQUISI
TANTE PARA CONFIRMAR A VOLTAGEM A SER ENTREGUE **

QTD TOT: 1

UNI: eq

VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 4385,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,039,187

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
REITORIA
RUA 7 DE SETEMBRO, 1156 - CENTRO - PORTO ALEGRE
QTD: 1 - ADM.INDIRETA
RECURSO : 0001 - REC TESOURO-LIVRES

-- LOTE 0005 --

870.189.0016

ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO, COM TAMPA, EM ACO INOXI-
DAVEL, FORMATO RETANGULAR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26 X 12 X
6 CM.

QTD TOT: 2 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 101,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 2 - ADM.DIRETA
RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

-- LOTE 0006 --

870.190.0615

APARELHO HOMOGENEIZADOR ELETRONICO PARA COLETA DE SANGUE,
COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS E PARAME-
TROS APROXIMADOS:

- VELOCIDADE CONSTANTE DE 30 OSCILACOES POR MINUTO;
- CONTROLE DE PESO A SER COLETADO ATRAVES DE UMA BALANCA DI-
GITAL;
- LEITOR OPTICO;
- MEMORIA PARA ARMAZENAR ATE 1000 COLETAS;
- DADOS DE ARMAZENAGEM COM VISUALIZACAO EM DISPLAY DIGITAL;
- ALARME VISUAL E SONORO DE FLUXO BAIXO;
- TERMINO DE COLETA E TEMPO DE COLETA;
- DISPOSITIVO DE PROTECAO ANTI-CHOQUE COM INTERRUPCAO DA CO-
LETA;
- DISPOSITIVO DE ESTRANGULAMENTO AO ATINGIR O VOLUME PROGRA-

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

MADO;

- VISOR DIGITAL QUE MOSTRA VOLUME E PESO PROGRAMADO E VOLUME E PESO COLETADO;
 - INTERFACE PARA COMPUTADOR;
 - ENTRADA PARA LEITOR OPTICO E MEMORIA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS;
 - POSSIBILIDADE DE COMPARTILHAMENTO EM REDE;
 - DEVE VIR ACOMPANHADO DE BATERIA QUE POSSIBILITE MANTER O EQUIPAMENTO LIGADO POR NO MINIMO 10 MINUTOS;
 - ALIMENTACAO: 110/220 V 60 Hz;
- (TIPO HEMOMIX PLUS OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).

QTD TOT: 10 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 15907,11

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,039,187

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - HEMOCENTRO

AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.INDIRETA

RECURSO : 7883 - CONV FNS/FEPPS 2075/08

-- LOTE 0007 --

870.222.0003

FOCO DE LUZ FRIA PARA SALA DE NECROPSIA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:

(CONJUNTO) SISTEMA DE ILUMINACAO POR LUZ FRIA PARA A SALA DE NECROPSIA FIXADA NO TETO DA SALA;

O EQUIPAMENTO DEVERA FORNECER UM RAO DE LUZ PRE-FOCADO COM UMA PROFUNDIDADE DE CAMPO DE NO MINIMO 914 MM;

O PROJETO/DESENHO DO REFLETOR ONDULADO DEVERA REDUZIR OS REFLEXOS E A DISPERSAO DA LUZ;

DEVERA POSSUIR LAMPADA DE LONGA VIDA COM NO MINIMO DE 1.000 (MIL) HORAS DE VIDA UTIL;

DEVERA POSSUIR UM BRACO ARTICULAVEL FACILMENTE AJUSTAVEL COM MINIMO 356 MM;

CONTER UM REFLETOR DICOICO DE NO MINIMO 267 MM, CAPAZ DE TRANSMITIR O CALOR GERADO PELA LAMPADA PARA CIMA E REFLETIR A LUZ VISIVEL SOBRE O CAMPO CIRURGICO;

DEVERA POSSUIR UM TUBO ELETRICO DE FACIL LIMPEZA SEM A NECESS

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SIDADE DE FERRAMENTAS;
INTERRUPTOR DE ENERGIA CONVENIENTEMENTE LOCALIZADO NA JUNTA
DO BRAÇO DE LUZ;
DEVERA POSSUIR PERFORMANCE OPTICA DE NO MINIMO: 43.000 LUX
(4.000FC) NO CENTRO DE FEIXE A 914 MM DESDE A BORDA INFERIOR
DO BRAÇO QUANTO ESTA EM POSICAO HORIZONTAL;
DEVERA POSSUIR TEMPERATURA DA LUZ FRIA DE NO MINIMO 4200"
KELVIN E A ENERGIA CALORICA NO FEIXE NAO DEVERA EXCEDER
5 un/cm²por fc;
O EQUIPAMENTO DEVERA VIR EQUIPADO COM PELO MENOS UMA LAMPADA
HALOGENA DE NO MINIMO 150 WATTS;
ALIMENTACAO ELETRICA: 220 V - 60 HZ.

QTD TOT: 2 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 29600,00

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 2 - ADM.DIRETA
RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

-- LOTE 0008 --

870.354.0349
PORTA AGULHA MATHEIEU, MEDINDO 14cm.

QTD TOT: 18 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 36,80

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 12 - ADM.DIRETA
RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 6 - ADM.DIRETA
RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

-- LOTE 0009 --

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

870.633.0019

PINCA DE ADSON, DE ACO INOXIDAVEL, COM DENTE, COM 12 CM DE COMPRIMENTO.

QTD TOT: 10 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 9,20

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,194

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.DIRETA

RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

870.633.0027

PINCA DE ADSON, DE ACO INOXIDAVEL, SERRILHADA, COM 12 CM DE COMPRIMENTO.

QTD TOT: 10 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 8,90

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,194

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.DIRETA

RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

870.633.0795

PINCA DE KELLY, DE ACO INOXIDAVEL, RETA, COM 14 CM.

QTD TOT: 10 UNI: pc VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 20,50

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,194

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 10 - ADM.DIRETA

RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

870.633.1406

PINCA DE DISSECCAO, SERRILHADA, DELIKAT, EM ACO INOXIDAVEL, COM 16 cm DE COMPRIMENTO.

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 6 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 10,05

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,194

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 6 - ADM.DIRETA

RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

870.633.1600

PINCA DE DISSECCAO STANDARD, EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 14cm
DE COMPRIMENTO, EM EMBALAGEM COM UMA UNIDADE.

QTD TOT: 6 UNI: un VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 7,70

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,194

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

ALMOXARIFADO

RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE

QTD: 6 - ADM.DIRETA

RECURSO : 1450 - TR SUS-VIG EP AMBL-TETO F

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE GARANTIA DE CONFORMIDADE COM A(S) ESPECIFICACAO(OES) E OBSERVACAO(OES) EXIGIDA(S) NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 01(UM) ANO E RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA;
2. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
3. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
4. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE

ANEXO NRO : VI

DATA - 28/07/2010

COMPRA : 010847 NORMAL

NRO EXPEDIENTE : 004907.2400.10-5

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ITEM ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;

5. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);

6. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICAOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(ES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

OBS:187 PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR, A CRITERIO DE JULGAMENTO:

- DOCUMENTACAO QUE COMPROVE O REGISTRO DO PRODUTO EM QUESTAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, OU DOCUMENTACAO DA ANVISA QUE COMPROVE A ISENCAO DE REGISTRO DO MESMO;

- AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);

- LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF);

- * PARA PRODUTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPFeC), DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000.

OBS:194 DEVERA APRESENTAR DOCUMENTACAO QUE COMPROVE O REGISTRO DO FABRICANTE E DO PRODUTO EM QUESTAO, NA SECRETARIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

DATA EMISSAO : 28/07/2010