

CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS

FOLHA - 001

DATA - 11/04/2012

HORA - 11:18:05

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL

COMPRA : 011749 REGISTRO DE PRECO

PRAZO ENTREGA : 020 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 008034.2400.11-6

VIGENCIA DA ATA : ANUAL

PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS :23/04/2012 HORA :09:00

ABERTURA : 23/04/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0160/12

DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 856 DIAGNOSTICA (HEMORGS)

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

856.133.0025

TESTE IMUNOENZIMATICO OU QUIMIOLUMINISCENCIA, PARA DETECCAO
QUALITATIVA EM SORO OU PLASMA, DO ANTIGENO p24 DO HIV-1 E DE
ANTICORPOS ANTI-HIV-1, ANTI-HIV-1 SUBTIPO "O" E ANTI-HIV-2.
AS CAVIDADES DAS MICROPLACAS DEVEM SER SENSIBILIZADAS COM AN
TICORPOS ANTI-p24 DO HIV-1, ANTIGENOS DO ENVELOPE DO HIV-1
(PREFERENCIALMENTE gp160 E/OU gp120), ANTIGENOS DO SUBTIPO
"O" E ANTIGENOS DO ENVELOPE HIV-2.

QTD TOT: 116160 UNI: ts VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 5,45

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,182,197

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

HEMOCENTRO REG S. MARIA

RUA SANTIAGO DO CHILE, 35 - SANTA MARIA

QTD: 24000

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

HEMO. PELOTAS

AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS

QTD: 23040

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

FEPPS - HEMOCENTRO

AV. BENTO GON'ALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE

QTD: 69120

-- LOTE 0002 --

856.133.0028

TESTE IMUNOENZIMATICO OU QUIMIOLUMINISCENCIA, ELISA, DE TER
CEIRA GERACAO, PARA DETECCAO QUALITATIVA, EM SORO OU PLASMA,
DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DO HIV-1 E DO HIV-2.
AS CAVIDADES DAS MICROPLACAS DEVEM SER SENSIBILIZADAS COM:
p24 E gp41 DE HIV-1 E gp36 DE HIV-2, UTILIZANDO SISTEMA VI
SUALIZAVEL DE COR INDICATIVO DE PIPETAGEM DE AMOSTRA.

QTD TOT: 115200 UNI: ts VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 4,24

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,182,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
HEMO. PELOTAS
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS
QTD: 23040
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GON'ALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 92160

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CECOM E NO SITE WWW.CECOM.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

OBS:182 DIAGNOSTICA PADRAO FEPPS/HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST“M”/IPB-LACEN:
- O PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS DE DIAGNOSTICA NAO DEVERA SER INFE
RIOR A 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS ESPECIFICACOES TECNICAS DEVERAO SER CONFIRMADAS ATRAVES DE CATALO
GO TECNICO;
- OS KITS DEVERAO TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL E TEREM
SIDO TESTADOS PREVIAMENTE NO ORGAO REQUISITANTE. TODOS OS KITS APRES
TADOS PELOS LICITANTES DEVERAO CONTER OBRIGATORIAMENTE O LAUDO DE ANA
LISE DE KITS E REAGENTES DE DIAGNOSTICO, COM PARECER FAVORAVEL FORNECI
DO PELO INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAUDE (INCQS)DA
DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ;
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR/FORNECER:
* TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMEN-
TOS, COMO: PONTEIRAS, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSAO DOS RESULTADOS
E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS;
* CRONOGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA COM PERIODICIDADE BIMES
TRAL. A CADA MANUTENCAO EXECUTADA PELA EMPRESA, DEVERA SER APRESENTADO
RELATORIO LAVRADO DISCRIMINANDO OS SERVICOS EXECUTADOS;

-
- * DECLARACAO DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO CORRETIVA, QUANDO SOLICITADA PELO(A) FEPPS/HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST“M”/IPB-LACEN, NO MAXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A PARTIR DA SOLICITACAO. A MANUTENCAO, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, DEVERA SER FEITA EM ACERTO COM O SETOR SOLICITANTE. QUANDO FOR NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO A EMPRESA DEVERA INSTALAR UM IGUAL OU SIMILAR;
 - * TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSICAO DE TODAS AS PERDAS RELATIVAS A KITS, ACESSORIOS, REAGENTES, PIPETADORES E PONTEIRAS, OCASIONADAS POR FALHA DO PRODUTO OU DO EQUIPAMENTO, OU AINDA, QUANDO NAO ESTIVER ATENDENDO AOS PARAMETROS TECNICOS DO HEMORGS E/OU DO IPB-LACEN, NO PRAZO MAXIMO DE 20 (VINTE) DIAS APOS A SOLICITACAO;
 - PARA TESTES PELO METODO "WESTERN BLOT", E OBRIGATORIO O FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ROTATORIA PARA REALIZACAO DOS TESTES;
 - A EMPRESA DEVERA INFORMAR A NECESSIDADE DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICA, HIDRAULICA, TEMPERATURA AMBIENTE, DIMENSÕES FISICAS E TODO E QUALQUER REQUISITO TECNICO PARA A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, DEVENDO DESCRIVER-LOS MINUCIOSAMENTE NA PROPOSTA, COM A FINALIDADE DE AVALIAR A VIABILIDADE TECNICA DA INSTALACAO DO EQUIPAMENTO OFERTADO, E QUE SERA CONSIDERADO PARA FINS DE JULGAMENTO;
 - OBSERVACOES:
 - * OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ACOMPANHADOS DE MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO COMPLETOS, EM LINGUA PORTUGUESA, INGLES OU ESPANHOLA;
 - * INSTALACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO PREVENTIVA DA APARELHAGEM E ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTES DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO SETOR;
 - * DEVERAO SER FORNECIDOS, GRATUITAMENTE, TODOS OS INSUMOS DESCARTAVEIS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO E LIBERACAO DOS TESTES, COMO: PONTEIRAS, TUBOS DE REACAO, PAPEIS, ACESSORIOS, TINTAS DE IMPRESSAO, ETC;
 - * DEVERAO SER REPOSTAS TODAS AS PERDAS DE KITS, ACESSORIOS, REAGENTES, PIPETADORES E PONTEIRAS, POR FALHA DO PRODUTO OU QUANDO NAO ESTIVEREM ATENDENDO AOS PARAMETROS TECNICOS;
 - * DEVERA SER PRESTADA ASSESSORIA CIENTIFICA GRATUITA E CONTINUA DURANTE A UTILIZACAO DOS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS OFERTADOS;
 - DEVERA SER FORNECIDO AO HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST“M”/IPB-LACEN:
 - * AS EMPRESAS DEVERAO FORNECER, EM COMODATO: EQUIPAMENTO PARA TESTES IMUNOENZIMATICOS, ELISA, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM SOFTWARE GERENCIADOR DO PROGRAMA; CAPACITACAO DE AUTOMACAO TOTAL DE NO MINIMO 06(SEIS) PLACAS OU 540 TESTES DIFERENTES SIMULTANEAMENTE, POR ROTINA; CAPACIDADE MINIMA SUPERIOR A 90 AMOSTRAS DE TRIAGEM; ACOMPANHADO DE NO-BREAK COM POTENCIA DE, NO MINIMO, 2 KVA, COM ESTABILIDADE MINIMA DE 30 SEGUNDOS E COM ALARME SONORO PARA BATERIA EM DESCARGA; DOTADO DE SISTEMA DE INTERFACIAMENTO E LEITURA DE CODIGO DE BARRAS, PARA IDENTIFICACAO DE AMOSTRAS A PARTIR DE TUBO PRIMARIO (PADRAO ALFA-NUMERICO DE NO MINIMO 13 DIGITOS) E DE REAGENTES; PIPETAGEM IGUALMENTE A PARTIR DE TUBO PRIMARIO E CUBETAS DE AMOSTRAS; PROVIDO DE ALARME, COM AVISO DE FALTA DE REAGENTE E/OU AMOSTRAS; IMPRESSAO DOS RESULTADOS EM PAPEL PROPRIO, COM CALCULO DE "CUTOFF" E TODOS OS PARAMETROS NECESSARIOS A QUALIDADE DO DIAGNOSTICO. EXCETO PARA OS TESTES VDRL, HEMAGLUTINACAO PARA SIFILIS E WESTERN BLOT;
 - * DEVERA SER FORNECIDO EQUIPAMENTO SOBRESSALENTE (RESERVA TECNICA) PARA CASO HAJA NECESSIDADE DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ACIMA SOLICITADO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: EQUIPAMENTO DE MICROPLACAS, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, QUE UTILIZE MICROPLACAS PARA TESTES IMUNOENZIMATICOS, QUE OPERE ATÉ 04 (QUATRO) PLACAS SIMULTANEAMENTE, SISTEMA DE LAVAGEM EM PENTE DUPLO, INCUBADORA DE LIQUIDOS, BOLHA E COAGULOS;
 - * COMPROMISSO DE ARCAR COM ONUS DECORRENTE DO INTERFACEAMENTO (TRANS-

MISSAO DE RESULTADOS) DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO PARA O SISTEMA HE-MOVIDA UTILIZADO NO HEMORGS;

* COMPROMISSO DE SUBSTITUIR IMEDIATAMENTE O APARELHO POR OUTRO IGUAL OU SIMILAR SE, NA MANUTENCAO, FOR NECESSARIA A TROCA DE PECAS OU RETIRADA DO EQUIPAMENTO, REQUERENDO PARA ISTO, UM PRAZO SUPERIOR A VINTE E QUATRO HORAS;

- DEVERA SER FORNECIDO AO IPB-LACEN:

* UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO OU SEMI-AUTOMATIZADO, OU NO MINIMO:

a) 01 (UMA) LAVADORA AUTOMATICA PARA MICROPLACAS, COM PENTE PARA 08 OITO) CAVIDADES, COM FUNCOES DE LAVAGEM E DISPENSACAO DE SOLUCAO E ASPIRACAO COMPLETA;

b) 01 (UMA) LEITORA AUTOMATICA DE MICROPLACAS NO FORMATO 08X12, LEITURA BICROMATICA NA FAIXA DE ABSORBANCIA DE ZERO A 2,999. CONTENDO, NO MINIMO, FILTROS DE 405, 450, 490, 630 E 690 nm. COM SOFTWARE QUE PERMITA VALIDACAO E CALCULO CUTOFF, CONTENDO IMPRESSORA ACOPLADA. PARA OS TESTES ELISA.

- CONDICOES PARA A AVALIACAO TECNICA DO PRODUTO:

* ESPECIFICACAO CLARA E DETALHADA DO KIT OFERTADO, COM INDICACAO DE PROCEDENCIA, FDATA DO INICIO DA COMERCIALIZACAO, VALIDADE E BULA ORIGINAL;

* AS EMPRESAS LICITANTES DOS KITS PARA ANTI-HIV, ANTI- HCV, ANTI-HBc TOTAL E HBsAg DEVERAO FORNECER APROXIMADAMENTE 280 TESTES DE CADA PARAMETRO (UM UNICO KIT OU KITS DE MESMO LOTE) PARA AVALIACAO TECNICA;

* ESTES DEVERAO SER ENTREGUES DIRETAMENTE A INSTITUICAO, EM HORARIO COMERCIAL, ANTES DA ABERTURA DA LICITACAO. O COMPROVANTE DE ENTREGA, FORNECIDO PELA INSTITUICAO, DEVERA SER ANEXADO DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA. A NAO APRESENTACAO DO COMPROVANTE ACARRETARA NA DESCLASSIFICACAO DESTES ITENS;

* OS FORNECEDORES DEVERAO AGENDAR, JUNTO AO LABORATORIO, A TESTAGEM DOS PRODUTOS CITADOS ACIMA, QUE DEVERA SER REALIZADO POR PROFISSIONAL INDICADO PELO FORNECEDOR, ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL DA INSTITUICAO. AO AGENDAR OS TESTES, OS LICITANTES DEVERAO RELACIONAR OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS, SEM QUAISQUER ONUS OU INCONVENIENTE PARA A INSTITUICAO QUE ESCOLHERA A DATA E O HORARIO QUE MELHOR LHE CONVIR;

* PARA A AVALIACAO DOS PRODUTOS HbsAg, ANTI-HIV, ANTI- HCV SERAO UTILIZADOS PAINEIS DE PERFORMANCE DESTES PARAMETROS E /OU AMOSTRAS DA ROTINA DA INSTITUICAO;

* A AVALIACAO DA SENSIBILIDADE DOS KITS PARA OS TESTES LISTADOS ACIMA SERA REALIZADA UTILIZANDO-SE OS RESULTADOS FRENTE A PAINEIS ESPECIFICOS A AVALIACAO DE ESPECIFICIDADE PARA ESTES ITENS DAR-SE A PELA ANALISE DOS RESULTADOS DAS AMOSTRAS FORNECIDAS PELO LABORATORIO;

* A REPRODUTIBILIDADE SERA AVALIADA PELO RESULTADO DAS AMOSTRAS REPEITIDAMENTE TESTADAS. AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS CUJOS KITS NAO APRESENTAM DESEMPENHO FAVORAVEL NA AVALIACAO TECNICA SERAO DESCLASSIFICADOS

OBS:197 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS PREVIAMENTE, ANTES DO EMPENHO DO PRODUTO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPOTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ORGAO REQUISITANTE.

CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO - CECOM/RS
NRO EXPEDIENTE : 008034.2400.11-6
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

FOLHA - 005

DATA EMISSAO : 11/04/2012

PREGOEIRO