

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 12535 REGISTRO DE PRECO
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 005223.2400.12-4 VIGENCIA DA ATA : ANUAL
PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 02/10/2012 HORA : 09:00
ABERTURA : 02/10/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0499/12
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 856 DIAGNOSTICA (HEMORGS)

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

856.133.0041

PLASMA DEFICIENTE DE FATOR VIII E UM PLASMA HUMANO DEFICIENTE EM FATOR VIII, LIOFILIZADO, COM ESTABILIZANTES, UTILIZADO COMO SUBSTRATO NO TESTE DE UM DETERMINADO FATOR DE COAGULACAO. A ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1%.

QTD TOT: 480 UNI: fr VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 179,04

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,175
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 480

-- LOTE 0002 --

856.133.0042

PLASMA DEFICIENTE DE FATOR IX E UM PLASMA HUMANO DEFICIENTE EM FATOR IX. LIOFILIZADO, COM ESTABILIZANTES, UTILIZADO COMO SUBSTRATO NO TESTE DE UM DETERMINADO FATOR DE COAGULACAO. A ATIVIDADE RESIDUAL DO PLASMA DEVE SER INFERIOR A 1%.

QTD TOT: 240 UNI: fr VLR MAX UNIT ACEITAVEL: 177,98

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,175
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - HEMOCENTRO

NRO EXPEDIENTE : 005223.2400.12-4
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 240

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICÖES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI-
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:175 DIAGNOSTICA/REAGENTE: O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS PARA TESTE DE
DROGAS NAO DEVERA SER INFERIOR A 3 MESES E PARA DIAGNOSTICA NAO DEVE-
RA SER INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS KITS DEVE-
RAO TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL E, TAMBEM TEREM SIDO
TESTADOS PREVIAMENTE PELO ORGAO REQUISITANTE, AS ESPECIFICACOES TECNI-
CAS DEVERAO SER CONFIRMADAS ATRAVES DE CATALOGO TECNICO.
- PRODUTOS IMPORTADOS, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE
BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE, EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITA-
RIA DO PAIS DE ORIGEM, OU LAUDO DE INSPECAO EMITIDO PELA AUTORIDADE SA-
NITARIA BRASILEIRA.

DATA EMISSAO : 19/09/2012

PREGOEIRO