

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 13323 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 010162.2400.12-0

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 17/12/2012 HORA : 09:00
ABERTURA : 17/12/2012 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0865/12
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 405 EQUIPAMENTOS/COMPONENTES/ACESSORIOS P/MEDICAO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

405.501.0259

ETILOMETRO PORTATIL; CALIBRACAO: CALIBRADO; BOCAL:
DESCARTAVEL; DISPLAY: C/ DISPLAY DIGITAL; IMPRESSORA:
C/IMPRESSORA; BATERIA: RECARREGAVEL; PESO MAXIMO: 4 KG;
GARANTIA: 2 ANOS DE GARANTIA

I-REQUISITOS LEGAIS DO EQUIPAMENTO:

O MEDIDOR DE ALCOOLEMIA-ETILOMETRO-DEVE OBSERVAR OS
SEGUINTE REQUISITOS:

- A) TER SEU MODELO APROVADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO, ATENDENDO A LEGISLACAO METROLOGICA EM VIGOR E AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NORMATIZACAO DE TRANSITO NACIONAL-CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, RESOLUCOES E DELIBERACOES DO CONTRAN E PORTARIAS DO DENATRA;
- B) SER APROVADO NA VERIFICACAO METROLOGICA INICIAL REALIZADA PELO INMETRO OU ORGAO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE-RBMLQ;
- C) OPORTUNIZAR CALIBRACAO ANUAL OU DE ACORDO COM ORIENTACAO DO INMETRO.
- D) SER APROVADO EM INSPECAO EM SERVICO OU EVENTUAL, CONFORME DETERMINA A LEGISLACAO METROLOGICA VIGENTE.

II-CARACTERISTICAS TECNICAS DO EQUIPAMENTO:

PROPRIEDADES DO EQUIPAMENTO-APARELHO ELETRONICO, MEDIDOR DE ALCOOLEMIA, UTILIZADO EM TESTE DE AR ALVEOLAR PULMONAR. DEVE INDICAR OS VALORES MEDIDOS EM MG/L MILIGRAMA DE ALCOOL POR LITRO DE AR EXPIRADO-UNIDADE DE MEDIDA EM MG/L, COM ATÉ TRES (03) CASAS DECIMAIS (MODO VERIFICACAO), PREVIAMENTE REGULAMENTADO PELO CONTRAN, E COM MODELO HOMOLOGADO MEDIANTE PORTARIA DO ORGAO MAXIMO EXECUTIVO DE TRANSITO DA UNIAO-DENATRA.

- B) DA FORMA DE MEDICAO DE ALCOOLEMIA-O SOPRO EFETUADO PELO CONDUTOR FISCALIZADO DEVE SER CONTROLADO POR ANALISADOR DE PRESSAO, PARA QUE SEJA GARANTIDA A FIDEDIGNIDADE DO TESTE. O BOCAL DEVE SER: DO TIPO "ONE-WAY", COM VALVULA DE RETENCAO

NRO EXPEDIENTE : 010162.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DO RETORNO DO AR; SER DESCARTAVEL, SENDO, PORTANTO, DISPONIBILIZADO, ONDE SEJAM GARANTIDAS AS CONDICOES DE HIGIENE (CADA UM DENTRO DE UM SAQUINHO INDIVIDUAL) E PERMITIDO SEU DESCARTE APOS O USO.

C) DA DISPONIBILIZACAO DAS INFORMACOES DA MEDICAO-A MEDICAO DEVE-SE SER APRESENTADA POR INDICADOR VISUAL DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), OU INDICADOR VISUAL DISPLAY DIGITAL, RETRO-ILUMINADO PARA UTILIZACAO TAMBEM NO PERIODO NOTURNO, COM MENSAGENS PARA ORIENTACAO OPERACIONAL, DADOS DO EQUIPAMENTO E APRESENTACAO DO RESULTADO; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR RELOGIO E CALENDARIO PARA QUE SE QUE DISPONIBILIZEM INFORMACOES QUE FICARAO VINCULADAS AOS TESTES REALIZADOS TANTO NA MEMORIA DO EQUIPAMENTO QUANTO NA IMPRESSAO DOS DADOS DO TESTE.

O EQUIPAMENTO ETILOMETRO DEVE SER ACOMPANHADO DE IMPRESSORA, COM BOBINA DE PAPEL, ONDE O DOCUMENTO IMPRESSO DEVE POSSUIR, NO MINIMO, DUAS VIAS.

O RESULTADO IMPRESSO DEVE SER EM MG/L. NA IMPRESSAO RELATIVA AO TESTE DEVEM CONSTAR OS DADOS RELATIVOS AO TESTE-VALOR CONSTATADO, DATA E HORA DA MEDICAO ENTRE OUTROS DADOS.

O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FONTE DE ENERGIA INDEPENDENTE (BATERIA INTERNA) E CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM MEMORIA, PODENDO SER TRANSFERIDOS PARA UM COMPUTADOR ATRAVES DE SOFTWARE QUE ACOMPANHE O EQUIPAMENTO.

D) DO TRANSPORTE-O EQUIPAMENTO ETILOMETRO E A RESPECTIVA IMPRESSORA PODEM SER:

-INTEGRADOS, COMENDO UM UNICO EQUIPAMENTO PORTATIL. A PORTABILIDADE DEVE PERMITIR, DE FORMA COMODA, E COM FACILIDADE, O FUNCIONAMENTO E A OPERACAO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL ONDE SE REALIZA A ATIVIDADE DE FISCALIZACAO DE CONDUTOR SOB SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ (OPERACOES BLITZE, ABORDAGEM DE CONDUTOR NA RUA, EM ATENDIMENTOS DE ACIDENTES DE TRANSITO, ETC.) OU;

-SER ACOPLAVEIS, E TRANSPORTAVEIS JUNTOS, SENDO, LOGICAMENTE, PORTATEIS. A PORTABILIDADE DEVE PERMITIR, DE FORMA COMODA, E COM FACILIDADE, O FUNCIONAMENTO E A OPERACAO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL ONDE SE REALIZA A ATIVIDADE DE FISCALIZACAO DE CONDUTOR SOB SUSPEITA DE EMBRIAGUEZ (OPERACOES BLITZE, ABORDAGEM DE CONDUTOR NA RUA, EM ATENDIMENTOS DE ACIDENTES DE TRANSITO, ETC.).

-O EQUIPAMENTO ETILOMETRO E IMPRESSORA DEVEM SER ACONDICIONADOS EM MALETA FABRICADA EM MATERIAL RIGIDO, REVESTIDA COM MATERIAL AMORTECEDOR (ESPUMA).

-CONSIDERAR O PESO MAXIMO DO EQUIPAMENTO COMPLETO-ETILOMETRO E IMPRESSORA COM BOBINA-PRONTO PARA USO.

E) DA ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO-ENERGIA

-O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO ETILOMETRO, NO LOCAL DA ABORDAGEM DO CONDUTOR FISCALIZADO, DEVE SE DAR DE FORMA INDEPENDENTE DE DISPONIBILIZACAO DE FONTE DE ENERGIA ELETRICA ALTERNADA (TOMADA DE ENERGIA ELETRICA 110V OU 220V) OU CONTINUA (TOMADA DE ACENEDOR-DE-CIGARRO DE VEICULO 12V).

-A FONTE DE ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO ETILOMETRO, NO LOCAL DA MEDICAO, DEVE SE DAR POR MEIO INDEPENDENTE (BATERIA) INSTALADA NO EQUIPAMENTO, PODENDO ESSA SER DESCARTAVEL OU RECARREGAVEL.

F) GARANTIA:

NRO EXPEDIENTE : 010162.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-CONSIDERAR O PRAZO EXIGIDO DE GARANTIA COMO MINIMO.
G) O EQUIPAMENTO ETILOMETRO DEVE VIR ACOMPANHADOS DOS
SEGUINTE ACESSORIOS QUE PERMITAM SUA PRONTA UTILIZACAO:
-CABO PARA CONEXAO DO ETILOMETRO COM COMPUTADOR;
-CABO PARA CONEXAO DO ETILOMETRO COM IMPRESSORA E OU
IMPRESSAO VIA WI-FI OU BLUETOOTH;
-MALETA FABRICADA EM MATERIAL RIGIDO, REVESTIDA COM MATERIAL
AMORTECEDOR (ESPUMA) PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO
ETILOMETRO E IMPRESSORA (JUNTOS);
-SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA DOS DADOS DOS TESTES
ARMAZENADOS NA MEMORIA DO EQUIPAMENTO PARA UM COMPUTADOR E
AJUSTES DO HORARIO DO RELOGIO E DO CALENDARIO, BEM COMO PARA
PROGRAMACAO DO VALOR MINIMO DE IMPRESSAO E OUTROS;
-BOCAIS DESCARTAVEIS, NO TOTAL DE, NO MINIMO, 500 UNIDADES
PARA CADA EQUIPAMENTO;
-SER APROVADO NA VERIFICACAO METROLOGICA INICIAL REALIZADA
PELO INMETRO OU ORGAO DA REDE BRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL
E QUALIDADE-RBMLQ;
-12 (DOZE) BOBINAS DE IMPRESSAO, E 06 (SEIS) FITAS PARA
IMPRESSORA, PARA CADA EQUIPAMENTO.

QTD TOT: 86 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,004
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DETRAN/RS - ALMOXARIFADO
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358 5. ANDAR - PORTO ALEGRE
QTD: 86
RECURSO : 8206 - C FENASEG-SNG/DETRAN 1/08

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO
ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SI
TE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:4 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SEN
DO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA.

DATA EMISSAO : 05/12/2012

NRO EXPEDIENTE : 010162.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

PREGOEIRO