

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 001
DATA -26/12/2012
HORA - 14:18:40

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
COMPRA : 13215 REGISTRO DE PRECO
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0 VIGENCIA DA ATA : ANUAL
PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 10/01/2013 HORA : 09:00
ABERTURA : 10/01/2013 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0909/12
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 870 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

870.507.0031

BOLSA COLETORA DE SANGUE, QUADRUPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL C/APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE/ PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVACAO DE PLAQUETAS P/ 5 DIAS, AGULHA 16 G C/ CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO;

BOLSAS DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERENCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACOES:

-O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MINIMO, UM ANO E MEIO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;

-AS INFORMACOES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.

-A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

-EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO ACAA TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SE RA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 4608 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
HEMOCENTRO REG S. MARIA
RUA SANTIAGO DO CHILE, 35 - SANTA MARIA
QTD: 4608

-- LOTE 0002 --

870.507.0032

BOLSA COLETORA DE SANGUE, QUADRUPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL C/APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE/ PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVACAO DE PLAQUETAS P/ 5 DIAS, AGULHA 16 G C/ CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO;
BOLSAS DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERENCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACOES:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MINIMO, UM ANO E MEIO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMACOES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PELOTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO ACAA TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SE RA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 2304 UNI: cj

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
HEMO. PELOTAS
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS
QTD: 2304

-- LOTE 0003 --

870.507.0035

BOLSA COLETORA DE SANGUE, TRIPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL COM APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE / PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, AGULHA 16G COM CAPA PROTETORA E BISEL TRIFACETADO, TUBO DE COLETA COM, NO MÍNIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SÍTIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRÁTIL, QUE POSSIBILITE RETIRADA DE AMOSTRAS EM TUBOS A VÁCUO; BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml, COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERÊNCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVAÇÕES:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MÍNIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMAÇÕES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LÍNGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PREPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOÇÃO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO AÇAO TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PREPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO, SAÍDA INFERIOR E SAÍDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTÃO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 15840 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
HEMOCENTRO REG S. MARIA
RUA SANTIAGO DO CHILE, 35 - SANTA MARIA

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD: 15840

-- LOTE 0004 --

870.507.0036

BOLSA COLETORA DE SANGUE, TRIPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL COM APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE / PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVACAO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, AGULHA 16G COM CAPA PROTETORA E BISEL TRIFACETADO, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SITOIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRATIL, QUE POSSIBILITE RETIRADA DE AMOSTRAS EM TUBOS A VACUO; BOLSAS DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml, COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERENCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACOES:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MINIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMACOES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PELOTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO ACAO TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 23760 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
HEMO. PELOTAS
AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS
QTD: 23760

-- LOTE 0005 --

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

870.507.0037

BOLSA COLETORA DE SANGUE, DUPLA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E PARAMETROS APROXIMADOS: BOLSA PRINCIPAL COM 70 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 500 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE/PRESERVADORA), AGULHA 16 G COM CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SÍTIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRÁTIL, BOLSA DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml, MEDIDAS INTERNAS DE 120 X 150 mm, TUBO DE TRANSFERENCIA C/ 400 mm (+OU-100) DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO.

OBSERVAÇÃO:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER, NO MINIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMAÇÕES NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO.1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE SANTA MARIA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS,POSSIBILITANDO ACAA TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA,PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS.SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS,EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 1248 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
HEMOCENTRO REG S. MARIA
RUA SANTIAGO DO CHILE, 35 - SANTA MARIA
QTD: 1248

-- LOTE 0006 --

870.507.0038

BOLSA COLETORA DE SANGUE, DUPLA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E PARAMETROS APROXIMADOS: BOLSA PRINCIPAL COM 70 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 500 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE/PRESERVADORA), AGULHA 16 G COM CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SITIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRATIL, BOLSA DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml, MEDIDAS INTERNAS DE 120 X 150 mm, TUBO DE TRANSFERENCIA C/ 400 mm (+OU-100) DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACAO:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER, NO MINIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMACOES NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO.1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PELOTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS,POSSIBILITANDO ACOAO TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA,PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS.SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS,EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 3744

UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

HEMO. PELOTAS

AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS

QTD: 3744

-- LOTE 0007 --

870.507.0040

BOLSA COLETORA DE SANGUE, A VACUO, SIMPLES, COMPOSTA DE BOLSA SIMPLES CPDA-1, FLEXIVEL, ESTERIL, APIROGENICO, ATOXICO, SEGMENTOS DE COLETA NUMERADO, AGULHA 16 G E BISEL TRIFACETADO, ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, COM CAPACIDADE DE 450 ml (VOLUME DE SANGUE) PAS TEURIZADAS EM EMBALAGEM IMPERMEAVEL DE ACORDO COM REGULAMENTO TECNICO MIC/MS NRO. 003/88.

OBSERVACOES:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MINIMO, UM ANO E MEIO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMACOES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 01, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO,

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

02 (DOIS) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PELOTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS,POSSIBILITANDO ACO TAMBE COM MAQUINA SELADORA,PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS.SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS,EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS.

QTD TOT: 120

UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

HEMO. PELOTAS

AV. BENTO GONCALVES, N. 4569 - CENTRO - PELOTAS

QTD: 120

-- LOTE 0008 --

870.507.4981

BOLSA COLETORA DE SANGUE, DUPLA, C/ AS SEGUINTE CARACTERISTICAS E PARAMETROS APROXIMADOS: BOLSA PRINCIPAL COM 70 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 500 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUCAO ANTICOAGULANTE/PRESERVADORA), AGULHA 16 G COM CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SITIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRATIL, BOLSA DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml, MEDIDAS INTERNAS DE 120 X 150 mm, TUBO DE TRANSFERENCIA C/ 400 mm (+OU-100) DE COMPRIMENTO E MARCACOES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACAO:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER, NO MINIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;

- AS INFORMACOES NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO.1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.

- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 3(TRES) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOCAO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS,POSSIBILITANDO ACO TAMBE COM MAQUINA SELADORA,PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 18720 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 18720

-- LOTE 0009 --

870.507.9835

BOLSA COLETORA DE SANGUE, QUADRUPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL C/APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE/ PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS P/ 5 DIAS, AGULHA 16 G C/ CAPA PROTETORA, TUBO DE COLETA COM, NO MINIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCACÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO;

BOLSAS DE TRANSFERENCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERENCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCACÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVACOES:

-O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MINIMO, UM ANO E MEIO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;

-AS INFORMACOES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LINGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.

-A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 3 (TRES) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:

-EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMATICO PARA PREPARACAO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOÇÃO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO ACO TAMBEEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QTD TOT: 1152 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PRODUÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 1152

-- LOTE 0010 --

870.507.9843

BOLSA COLETORA DE SANGUE, TRIPLA, COMPOSTA DE BOLSA PRINCIPAL COM APROXIMADAMENTE 65 ml DE ANTICOAGULANTE CPDA-1, COM CAPACIDADE NOMINAL PARA 450 ml (VOLUME DE SANGUE MAIS VOLUME DE SOLUÇÃO ANTICOAGULANTE / PRESERVADORA), COM PLASTIFICANTE PARA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, AGULHA 16G COM CAPA PROTETORA E BISEL TRIFACETADO, TUBO DE COLETA COM, NO MÍNIMO, 800 mm DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI AO LONGO DO TUBO, SISTEMA SÍTIO COLETADOR NO TUBO DE COLETA E C/ AGULHA RETRÁTIL, QUE POSSIBILITE RETIRADA DE AMOSTRAS EM TUBOS A VACUO; BOLSAS DE TRANSFERÊNCIA COM CAPACIDADE NOMINAL DE 300 ml COM MEDIDAS INTERNAS DE APROXIMADAMENTE 120 X 150 mm, TUBOS DE TRANSFERÊNCIA COM 400 mm (+ OU - 100) DE COMPRIMENTO E MARCAÇÕES IDENTICAS EM INTERVALOS EM TORNO DE 75 mm ENTRE SI, AO LONGO DO TUBO.

OBSERVAÇÕES:

- O PRAZO DE VALIDADE DEVERA SER DE, NO MÍNIMO, UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA;
- AS INFORMAÇÕES, NO ROTULO AFIXADO A BOLSA, DEVERAO ESTAR EM LÍNGUA PORTUGUESA, ATENDENDO AO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A PORTARIA CONJUNTA NRO. 1, DE 24 DE JANEIRO DE 1996.
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 3(TRES) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PREPARAÇÃO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOÇÃO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO ALCANÇAR TAMBÉM COMO MÁQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PREPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO, SAÍDA INFERIOR E SAÍDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTÃO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERÁ DE IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".
- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR EM REGIME DE COMODATO, 3(TRES) EQUIPAMENTOS PARA O HEMOCENTRO DE PORTO ALEGRE, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
- EQUIPAMENTOS COM SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PREPARAÇÃO DE HEMO COMPONENTES, GARANTINDO REPRODUTIBILIDADE E QUALIDADE DE REMOÇÃO DE "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMACIAS, POSSIBILITANDO

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

DO ACAO TAMBEM COMO MAQUINA SELADORA, PERMITINDO PROGRAMACAO DOS PARAMETROS DE PREPARACAO DE HEMOCOMPONENTES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE PRODUCAO, SAIDA INFERIOR E SAIDA "TOP AND BOTTON", COM INTERFACE PARA COMPUTADOR E ACOMPANHADOS DE SOFTWARE QUE PERMITA INTERLIGAR OS EQUIPAMENTOS COM O SISTEMA DE GESTAO "HEMOVIDA" UTILIZADO PELOS HEMOCENTROS. SERA DE IMPORTANCIA FUNDAMENTAL QUE OS INSUMOS, EQUIPAMENTOS E O INTERFACEAMENTO COM O "HEMOVIDA" SEJAM TESTADOS PREVIAMENTE NO "HEMORGS".

QTD TOT: 16896 UNI: cj

CONSIDERAR OBSERVACOES: 187,197,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 16896

-- LOTE 0011 --

870.735.0188

SERINGA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, COM CILINDRO SILICONIZADO INTERNAMENTE, ANEL DE RETENCAO PARA DIFICULTAR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, ROLHA DE BORRACHA (STOPPER), CAPACIDADE PARA 5 ml, COM AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7.

QTD TOT: 60200 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 001,177,187,197,200,207
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO DE PROTECAO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL
NUCLEO ALMOXARIFADO
AV. PADRE CACIQUE, 1372 PRAIA DE BELAS - PORTO ALEGRE
QTD: 10000
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
ALMOXARIFADO
RUA MARECHAL ANDREA, 351 - PORTO ALEGRE
QTD: 30000
SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE
HOSP. PSIQ. SAO PEDRO
AV. BENTO GONCALVES, 2466-PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 20000
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - HEMOCENTRO
AV. BENTO GONÇALVES, 3722 - PARTENON - PORTO ALEGRE
QTD: 200

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

NRO EXPEDIENTE : 009360.2400.12-0
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL. DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:177 AS AGULHAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DEVERAO SER EMBALADAS UNITARIAMENTE EM EMBALAGEM HERMETICA E ABERTURA COM TECNICAS ASSEPTICAS,(AGULHA, SERINGA E O CONJUNTO AGULHA + SERINGA), DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 9752/97.
- OBS:187 PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR, A CRITERIO DE JULGAMENTO:
- DOCUMENTACAO QUE COMPROVE O REGISTRO DO PRODUTO EM QUESTAO, DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001, OU DOCUMENTACAO DA ANVISA QUE COMPROVE A ISENCAO DE REGISTRO DO MESMO;
 - AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE);
 - LICENCA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL / MUNICIPAL (LF);
- * PARA PRODUTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERA APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E CONTROLE (BPFec), DE ACORDO COM A RESOLUCAO - RDC NRO 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000.
- OBS:197 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS PREVIAMENTE, ANTES DO EMPENHO DO PRODUTO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPOTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ORGAO REQUISITANTE.
- OBS:200 O MATERIAL DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE DOZE MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.
- OBS:207 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTACAO COMPROBATORIA DA ORIGEM E PROCEDENCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

DATA EMISSAO : 26/12/2012

PREGOEIRO