

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO  
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL  
COMPRA : 14753 NORMAL  
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 002507.1568.12-9

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 04/11/2013 HORA : 09:00  
ABERTURA : 04/11/2013 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0768/13  
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR  
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI  
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-----  
-- LOTE 0001 --

830.183.0446

CAMARA FRIGORIFICA PARA RESFRIAMENTO DE SEMENTES DE TRIGO, U  
TILIZANDO FLUIDO REFRIGERANTE R-22 EM SISTEMA DE EXPANSAO DI  
RETA. TENSÃO DE FORÇA 380v, TENSÃO DE COMANDO 220v, REDE TRI  
FASICA, FREQUENCIA 60hz. FLUIDO FREON REFRIGERANTE (R-22).CA  
PACIDADE DE CARGA ENTRE 5.000 E 7.000kg, COM ISOLAMENTO.

QTD TOT: 1 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,3,4  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA  
FEPAGRO NORDESTE  
BR 285, KM 05 - CAIXA POSTAL 20 - VACARIA  
QTD: 1  
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

-----  
-- LOTE 0002 --

830.180.0025

ESTUFA DE SECAGEM/ESTERILIZACAO MINIMO 1100 LITROS COM AS  
CARACTERISTICAS MINIMAS QUE SEGUEM:  
- ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZACAO COM CIRCULACAO E  
RENOVACAO DE AR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 1100 LITROS;  
- ESTRUTURA: SUPORTE EM CANTONEIRA EM ACO COM TRATAMENTO  
ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI, CAIXA INTERNA COM CAMARA  
DUPLA PARA CIRCULACAO DO AR E EXTERNA EM CHAPA DE ACO COM  
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI, COM MINIMO DE  
5 PRATELEIRAS, ISOLAMENTO EM LA DE VIDRO COM ESPESSURA  
MINIMA DE 80 MM ISENTA DE AMIANTO, 1 OU 2 PORTAS COM  
PERFIL DE VEDACAO EM SILICONE, FECHO IMANTADO, 4 RODIZIOS,  
SENDO 2 COM TRAVAS; RESISTENCIAS BLINDADAS EM TUBO DE ACO

NRO EXPEDIENTE : 002507.1568.12-9  
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

---

INOX AISI 304, CAP. REGULAGEM MINIMA DE TEMPERATURA DE 7 A 150°C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA ELETRONICO MICRO PROCESSADO PID, COM SENSOR TIPO PT 100, LEITURA DIGITAL DO PROCESSO E DO SET POINT, VARIACAO DE TEMPERATURA DE +/- 1C, SISTEMA DE CONVECCAO MECANICA POR AR FORCADO NO SENTIDO HORIZONTAL PARA CIRCULACAO DO AR, COM DISPOSITIVO PORTA TERMOMETRO E REGULAGEM PARA EXAUSTAO DE VAPORES E RENOVACAO DE AR, DISPOSITIVO PARA RENOVACAO DE AR REGULAVEL, SISTEMA DE PROTECAO PARA TEMPERATURAS ACIMA DE TEMPERATURA DE TRABALHO, COM CONTROLADOR ELETROMECHANICO, AJUSTAVEL PELO OPERADOR CONTRA SUPERAQUECIMENTO, SISTEMA DE PROTECAO DA RESISTENCIA, ACIONAMENTO DAS RESISTENCIAS POR SISTEMA ELETRONICO, CABO DE ENERGIA TRIFILAR (DUAS FASES E UM TERRA) COM DUPLA ISOLACAO, COM TOMADA E PLUG DE TRES PINOS, 60HZ, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO E MANUAL DE INSTRUcoes.

\*\* A VOLTAGEM DEVE SER DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE\*\*

QTD TOT: 1                      UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39  
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:  
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA  
FEPAGRO LITORAL NORTE  
RS 484 - KM 05 - MAQUINE  
QTD: 1  
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

OBSERVACOES GERAIS :

A EMPRESA DEVE APRESENTAR CODIGO FINAME JUNTO COM A PROPOSTA.  
INFORMACOES DE CADASTRO PODERAO SER OBTIDAS NA CIRCULAR N° 33 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 COM NORMAS REGULADORAS DO PRODUTO BNDES/FINAME.

---

AS CONDICoes GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

---

- OBS:1      O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.  
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:3      INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MINIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NAO INDICADO NA ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES ATRELADAS AO MESMO.
- OBS:4      O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA.
- OBS:39     PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):  
1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO

NRO EXPEDIENTE : 002507.1568.12-9  
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

---

AO ORGAO REQUISITANTE.

2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA.
3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NAO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICACAO DO ITEM, ESTA DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.
4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
7. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(OES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

DATA EMISSAO : 21/10/2013

PREGOEIRO