

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PREFERENCIA CONTRATAÇÃO ME/EPP
COMPRA : 15450 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 000354.1568.14-5

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 29/04/2014 HORA : 09:00
ABERTURA : 29/04/2014 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0175/14
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

830.183.0492

CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II TIPO B2 COM 100% DE
RENOVACAO DE AR SERVIDO ATRAVES DO FILTRO HEPA PARA O
EXTERIOR ATRAVES DE UM DUTO; (TODO EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR
EM PRESSAO NEGATIVA INCLUSIVE O DUTO DE EXAUSTAO, FORCANDO
O AR CONTAMINADO A PASSAR PELOS FILTROSHEPA EVITANDO A FUGA
PARA O LABORATORIO).
PROJETADA P/ TRABALHOS CLASSE 100 CONFORME ABNT NBR 13700
E ISSO CLASSE 5 CONFORME NORMA INTERNACIONAL ISO 14.6441;
NSF 49.
CONSTRUIDA EM CHAPA DE ALUMINIO NAVAL COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI.
GABINETE DE TRABALHO CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304 (INCLUI
DO PAREDES E TAMPO DA MESA DE TRABALHO) EVITANDO CORROSAO.
BASE COM RODIZIOS GIRATORIOS COM FREIO.
SISTEMA DE ALARME AUDIO VISUAL PARA INDICAR A SATURACAO DO
FILTRO QUANDO A PRESSAO DO FILTRO ABSOLUTO EXCEDER 50% DA
PRESSAO INICIAL (IEST-RP-CC002.2).
HORIMETRO PARA CONTAGEM DE HORAS DO FUNCIONAMENTO DO
EQUIPAMENTO.
TIMER PARA LAMPADA UV.
ASSOALHO REMOVIVEL PARA MAIOR FACILIDADE NA LIMPEZA.
VENTILADOR TIPO SIROCO.
MOTOR DE 1/2 CV COM PROTECAO TERMICA E REGULAGEM ELETRONICA
DE VELOCIDADE PARA PERDA DE PRESSAO (TRES VELOCIDADES).
PROTECAO TERMICA DOTADA DE RELES E FUSIVEIS DE PROTECAO.
MANOMETRO DIFERENCIAL DE PRESSAO DIGITAL.
HORIMETRO PARA LAMPADA UV.
FILTRO HEPA CLASSE A3, NBR-6401, EU-13 EUROVENT 4/4, COM
EFICIENCIA DE 99,99% DOP PARA PARTICULAS DE 0,3 MICRON,
MOLDURA EM ALUMINIO ANODISADO.
PRE-FILTRO CLASSE G3 SINTETICO 30-35% ASHRAE COLORIMETRICO,
92% ASHRAE GRAVIMETRICO (PARA AUMENTAR DURABILIDADE DO
FILTRO HEPA).

NRO EXPEDIENTE : 000354.1568.14-5
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

MOTOR EXTERNO DE INDUCAO COM REGULAGEM ATRAVES DE INVERSOR DE FREQUENCIA.
VIDRO TEMPERADO FRONTAL TIPO GUILHOTINA (SOBE E DESCE), PODENDO PARAR EM QUALQUER POSICAO DA AREA DE TRABALHO, COM INCLINACAO DE 5 GRAUS.
QUATRO INTERRUPTORES (GERAL, MOTOR, LAMPADA FRIA, LAMPADA UV).
PAINEL ELETRICO REMOVIVEL.
ALARME SONORO PARA ALERTAR O OPERADOR QUANDO O VIDRO FRONTAL EXCEDER 200 MM, ABERTURA OPERACIONAL SEGURA.
ALARME SONORO PARA ALERTAR O OPERADOR QUANDO O MOTOR EXTERNO TIVER PROBLEMAS.
DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE SO PERMITE O ACIONAMENTO DA LAMPADA UV COM VIDRO FRONTAL TOTALMENTE FECHADO.
BAIXO NIVEL DE RUIDO <60db.
VELOCIDADE DOR AR 0,45 m/s +-20%.
VAZAO DE AR 1.720 m³/h.
05 METROS DE DUTO EM PVC FLEXIVEL.
01 TOMADA AUXILIAR (220v) INTERNA.
01 LAMPADA FLUORESCENTE DE 30W.
01 LAMPADA UV DE 15W.
01 VALVULA PARAGAS OU VACUO.
ALIMENTACAO 200V, 60 hZ.
MEDIDAS EXTERNAS: COM BASE L 1.140 X P785 XA2460, SEM BASE.
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO AR E INTEGRIDADE (VALIDACAO) FEITO NO LOCAL.

QTD TOT: 1 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA
FEPAGRO SAUDE ANIMAL
ESTRADA DO CONDE N. 6000 - ELDORADO DO SUL
QTD: 1
RECURSO : 0305 - PROREDES-BNDES

OBSERVACOES GERAIS :

A EMPRESA DEVE APRESENTAR CODIGO FINAME JUNTO COM A PROPOSTA.
INFORMACOES DE CADASTRO PODERAO SER OBTIDAS NA CIRCULAR N° 33 DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 COM NORMAS REGULADORAS DO PRODUTO BNDES/FINAME.

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCONTRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTOCOLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITACOES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM A ESPECIFICACAO E OBSERVACAO EXIGIDA NO EDITAL.
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.
- OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):

NRO EXPEDIENTE : 000354.1568.14-5
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE.
2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA).
3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NAO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICACAO DO ITEM, ESTA DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.
4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
7. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICAOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(ES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.

DATA EMISSAO : 11/04/2014

PREGOEIRO