

SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES-CELIC FOLHA- 001
DATA -10/11/2015
HORA - 11:37:14

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 16838 REGISTRO DE PRECO
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 005406.2400.13-3 VIGENCIA DA ATA : ANUAL
PREVISAO DE CONSUMO : TOTAL

QUANTIDADES PREVISTAS PARA O PERIODO DE VIGENCIA DA ATA PODENDO SOFRER
VARIACOES NA MEDIDA DAS NECESSIDADES DOS ORGAOS SOLICITANTES.

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 23/11/2015 HORA : 09:00
ABERTURA : 23/11/2015 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0507/15
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 857 DIAGNOSTICA (IPB/LACEN/FEPPS)

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0002 --

857.133.0101

TESTE PARA DETECCAO DE ANTICORPOS, CONTRA O "TREPONA PALLI-
DUM" (VDRL), PRONTO PARA USO, COM COMPOSICAO QUIMICA DE SUS-
PENSAO AQUOSA DE CARDIOLIPINA E LECITINA, EM TAMPAO FOSFATO
COM CLORETO DE COLINA E EDTA (INDICACAO OMS) PARA DIAGNOSTI-
CO DE SIFILIS EM SORO, PLASMA OU LIQUIDO CEFALORRAQUIDIANO.

QTD TOT: 50000 UNI: ts

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,182,197
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
FEPPS - LACEN
AV. IPIRANGA, 5400 - JARDIMBOTANICO - PORTO ALEGRE
QTD: 50000

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM
AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA
LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO).
DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO

NRO EXPEDIENTE : 005406.2400.13-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.

OBS:182 DIAGNOSTICA PADRAO FEPPS/HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST^aM^a/IPB-LACEN:

O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE APOS A HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUE:

- KITS E/OU REAGENTES, BEM COMO EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA TESTAGEM NO PERIODO MAXIMO DE DEZ DIAS UTEIS APOS O CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE.

- O FORNECEDOR DEVERA AGENDAR JUNTO AO LABORATORIO, A TESTAGEM DO PRODUTO EM QUESTAO, QUE DEVERA SER REALIZADO POR PROFISSIONAL DA ASSESSORIA CIENTIFICA DA EMPRESA ACOMPANHADO POR PROFISSIONAL DA INSTITUICAO. AO AGENDAR OS TESTES, O LICITANTE DEVERA FORNECER OS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS NECESSARIOS, SEM QUAISQUER ONUS OU INCONVENIENTE PARA A INSTITUICAO QUE ESCOLHERA A DATA E HORARIO QUE MELHOR LHE CONVIR.

- OS KITS DEVERAO POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL QUE DEVERA SER COMPROVADO JUNTAMENTE COM ENTREGA DAS AMOSTRAS A SOLICITANTE.

- O PRAZO DE VALIDADE DOS MATERIAIS DE DIAGNOSTICA NAO DEVERA SE INFERIOR A 06 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E DEVERAO CONTER ESPECIFICACAO CLARA E DETALHADA DO KIT OFERTADO, COM INDICACAO DE PROCEDENCIA, DATA DO INICIO DA COMERCIALIZACAO E BULA ORIGINAL.

- AS ESPECIFICACOES TECNICAS DEVERAO SER CONFIRMADAS ATRAVES DE CATALOGO TECNICO.

- A NAO ENTREGA DOS MESMOS, NESSAS CONDICOES, EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ORGAO REQUISITANTE OU, AINDA, NAO APRESENTANDO A EMPRESA DESEMPENHO FAVORAVEL NA AVALIACAO TECNICA, HAVERA A DESCLASSIFICACAO DESTES ITENS.

* OBSERVACOES:

- O LICITANTE VENCEDOR, EM HIPOTESE ALGUMA, DEVERA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA ETC), QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE E APROVACAO NO ORGAO REQUISITANTE.

- TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E REALIZACAO DOS EXAMES, TAIS COMO: PONTEIRAS, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSAO DOS RESULTADOS, TUBOS DE REACAO E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS DEVERAO SER FORNECIDOS, GRATUITAMENTE, PELO FORNECEDOR.

- O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS PRODUTOS A SEREM TESTADOS A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA, SENDO, NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA.

- A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTREGAR CRONOGRAMA DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA. A CADA MANUTENCAO EXECUTADA PELA EMPRESA, DEVERAO SER APRESENTADOS RELATORIOS E CERTIFICADOS DE CALIBRACAO DE VOLUME E TEMPERATURA REALIZADOS POR SERVICIO DE METROLOGIA UTILIZANDO PADROES RASTREAVEIS, LAVRADO E DISCRIMINANDO OS SERVICOS EXECUTADOS.

- DECLARACAO DE PRESTACAO DE ASSISTENCIA TECNICA/MANUTENCAO CORRETIVA, QUANDO SOLICITADA PELO(A) FEPPS/HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST^aM^a/IPB-LACEN, NO MAXIMO EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A PARTIR DA SOLICITACAO. A MANUTENCAO, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, DEVERA SER FEITA EM ACERTO COM O SETOR SOLICITANTE. QUANDO FOR NECESSARIA A RETIRADA DO EQUIPAMENTO A EMPRESA DEVERA INSTALAR UM IGUAL OU SIMILAR.

- TERMO DE COMPROMISSO PARA REPOSICAO DE TODAS AS PERDAS RELATIVAS A

NRO EXPEDIENTE : 005406.2400.13-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

KITS, ACESSORIOS, REAGENTES, PIPETADORES E PONTEIRAS, OCASIONADAS POR FALHA DO PRODUTO OU DO EQUIPAMENTO, OU AINDA, QUANDO NAO ESTIVER ATENDENDO AOS PARAMETROS TECNICOS DO HEMORGS E/OU DO IPB-LACEN, NO PRAZO MAXIMO DE 20 (VINTE) DIAS APOS A SOLICITACAO.

-A CONTRATADA DEVERA SE RESPONSABILIZAR PELA INFRA-ESTRUTURA ELETRICA, HIDRAULICA, TEMPERATURA AMBIENTE, DIMENSOES FISICAS E TODO E QUALQUER REQUISITO TECNICO PARA A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS, SEM QUALQUER TIPO DE ONUS PARA A CONTRATANTE .

- OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER ACOMPANHADOS DE MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO COMPLETOS, EM LINGUA PORTUGUESA, INGLESA OU ESPANHOLA.

- DEVERA SER FORNECIDO AO HEMORGS/HEMOPEL/HEMOST^{am}a/IPB-LACEN, EM COMODATO: EQUIPAMENTO PARA TESTES IMUNOENZIMATICOS, ELISA, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM SOFTWARE GERENCIADOR DE PROGRAMA; CAPACITACAO DE AUTOMACAO TOTAL DE NO MINIMO 04 (QUATRO) PLACAS SIMULTANEAMENTE, POR ROTINA; CAPACIDADE MINIMA SUPERIOR A 90 AMOSTRAS DE TRIAGEM; ACOMPANHADO DE NO-BREAK COM POTENCIA DE, NO MINIMO 2 KVA, COM ESTABILIDADE MINIMA DE 30 SEGUNDOS E COM ALARME SONORO PARA BATERIA EM DESCARGA; DOTADO DE SISTEMA DE INTERFACIAMENTO E LEITURA DE CODIGO DE BARRAS, PARA IDENTIFICACAO DE AMOSTRAS A PARTIR TUBO PRIMARIO (PADRAO ALFA-NUMERICO DE NO MINIMO 13 DIGITOS) E DE REAGENTES; PIPETAGEM IGUALMENTE A PARTIR DE TUBO PRIMARIO E CUBETAS DE AMOSTRAS; PROVIDO DE ALARME, COM AVISO DE FALTA DE REAGENTE E/OU AMOSTRAS; IMPRESSAO DOS RESULTADOS EM PAPEL PROPRIO, COM CALCULO DE "CUTOFF" E TODOS OS PARAMETROS NECESSARIOS A QUALIDADE DO DIAGNOSTICO. EXCETO PARA OS TESTES VDRL, HEMAGLUTINACAO PARA SIFILIS E WESTERN BLOT;

- DEVERA SER FORNECIDO EQUIPAMENTO SOBRESSALENTE (RESERVA TECNICA) PARA CASO HAJA NECESSIDADE DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO ACIMA SOLICITADO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS: EQUIPAMENTO DE MICROPLACAS, TOTALMENTE AUTOMATIZADO, QUE UTILIZE MICROPLACAS PARA TESTES IMUNOENZIMATICOS, QUE OPERE ATE 04 (QUATRO) PLACAS SIMULTANEAMENTE, SISTEMA DE LAVAGEM EM PENTE DUPLO, INCUBADORA DE LIQUIDOS, BOLHAS E COAGULOS.

- COMPROMISSO DE ARCAR COM ONUS DECORRENTE DO INTERFACEAMENTO (TRANSMISSAO DE RESULTADOS) DOS EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO PARA OS SISTEMAS UTILIZADOS NA ISTITUICAO, BEM COMO REDE LOGICA PARA ACESSO REMOTO;

** DEVERA SER FORNECIDO AO IPB-LACEN:

- UM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADO OU SEMI-AUTOMATIZADO, OU NO MINIMO:

a) 01 (UMA) LAVADORA AUTOMATICA PARA MICROPLACAS, COM PENTE PARA 08 OITO) CAVIDADES, COM FUNCOES DE LAVAGEM E DISPENSACAO DE SOLUCAO E ASPIRACAO COMPLETA;

b) 01 (UMA) LEITORA AUTOMATICA DE MICROPLACAS NO FORMATO 08X12, LEITURA BICROMATICA NA FAIXA DE ABSORVANCIA DE ZERO A 2,999. CONTENDO, NO MINIMO, FILTROS DE 405, 450, 490, 630 E 690 nm. COM SOFTWARE QUE PERMITE VALIDACAO E CALCULO CUTOFF, CONTENDO IMPRESSORA ACOPLADA PARA OS TESTES ELISA.

ACIMA SERA REALIZADA UTILIZANDO-SE OS RESULTADOS FRENTE A PAINELIS ESPECIFICOS. A AVALIACAO DE ESPECIFICIDADE PARA ESTES ITENS DAR-SE-A PELA ANALISE DOS RESULTADOS DAS AMOSTRAS FORNECIDAS PELO LABORATORIO;

- A REPRODUTIBILIDADE SERA AVALIADA PELO RESULTADO DAS AMOSTRAS REPETIDAMENTE TESTADAS. AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS CUJOS KITS NAO APRESENTAREM DESEMPENHO FAVORAVEL NA AVALIACAO TECNICA SERAO DESCLASSIFICADOS.

OBS:197 O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ENVIAR AMOSTRAS AO ORGAO REQUISITANTE PARA

NRO EXPEDIENTE : 005406.2400.13-3
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

SEREM TESTADAS, APOS HOMOLOGACAO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.
O LICITANTE VENCEDOR DEVERA OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPOTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NAO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRACAO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANALISE NO ORGAO REQUISITANTE.

DATA EMISSAO : 10/11/2015

PREGOEIRO