

EDITAL DE LICITACAO DE MENOR PRECO - PREGAO ELETRONICO
ATRAVES DA LEI ESTADUAL 13.191/09 E SUJEITANDO-SE A CGL
TRATAMENTO: PARTICIPACAO EXCLUSIVA ME/EPP
COMPRA : 17061 NORMAL
PRAZO ENTREGA : 20 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1

LIMITE DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS : 09/05/2016 HORA : 09:00
ABERTURA : 09/05/2016 HORA : 09:05 EDITAL NRO : 0132/16
DEMAIS HORARIOS CONFORME ESTABELECIDO NO SITE

LOCAL : AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 - 2. ANDAR
CAFF - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI
PORTO ALEGRE/RS - CEP 90050-150

FAMILIA : 830 EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

-- LOTE 0001 --

830.507.0696

INSTRUMENTO DE CORTE DESCARTAVEL, RECOMENDADO PARA FURAR
CARTAO FTA (WHATMAN), COM 1,2 mm DE DIAMETRO.
DEVERA PERMITIR APROXIMADAMENTE 500 CORTES POR LAMINA.
EMBALAGEM CONTENDO 04 (QUATRO) LAMINAS.
TIPO WHATMAN UNI-CORE, OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU
QUALIDADE SUPERIOR.

OBS:
APROXIMADAMENTE = VARIACAO + OU - 3% .

QTD TOT: 2 UNI: em

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
CENTRO DE DES CIENT TEC
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE
QTD: 2
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0002 --

830.507.7029

TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA, COM CAPACIDADE PARA 0,2 ml, UNI-
DOS EM 08 TUBOS, EM EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES (125 X 8).

QTD TOT: 10 UNI: em

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

CENTRO DE DES CIENT TEC
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE
QTD: 10
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0003 --

830.507.7347

PLACA OPTICA PARA 96 AMOSTRAS, DE POLIPROPILENO COMPATIVEL
PARA USO NO SISTEMA DE PCR, SISTEMA DE PCR QUANTITATIVO EM
TEMPO REAL E SEQUENCIADORES AUTOMATICOS DE DNA ABI PRISM, EM
EMBALAGEM COM 10 PLACAS.

QTD TOT: 50 UNI: em

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
CENTRO DE DES CIENT TEC
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE
QTD: 50
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0004 --

830.507.8459

TAMPA PLANA MICROTUBOS PCR, EM TIRAS COM 8 (OITO) TAMPAS DE
0,2 ml CADA, INCOLOR, EM PACOTE COM 125 TIRAS.

QTD TOT: 5 UNI: pa

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
CENTRO DE DES CIENT TEC
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE
QTD: 5
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0005 --

830.507.8505

PLACAS PARA PCR, TIPO COOLER, 01 PLACA ROSA E 01 PLACA AZUL,
COM 96 POSICOES CADA, PARA TUBOS DE PCR DE 0,2 E 0,5 mL. A
PLACA DEVE MANTER A TEMPERATURA DA AMOSTRA A 0 GRAUS CELSIUS
POR ATE 70 MINUTOS E A 7 GRAUS CELSIUS POR ATE 120 MINUTOS
(TIPO EPPENDORF PCR COOLER OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

QUALIDADE SUPERIOR).

QTD TOT: 4 UNI: jg

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
FUNDACAO ESTADUAL DE PRODUCAO E PESQUISA EM SAUDE
CENTRO DE DES CIENT TEC
AV. IPIRANGA, 5400 - PORTO ALEGRE
QTD: 4
RECURSO : 7000 - REC PROPRIOS - FUNDACOES

-- LOTE 0006 --

830.508.0014

MICROSCOPIO OPTICO TRINOCULAR COM OPTICA DE CORRECAO INFINITA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:

- TUBO DE OBSERVACAO TRINOCULAR COM INCLINACAO DE 30°, COM PRISMAS DE ALTA TRANSMISSAO COM TRATAMENTO ANTI-FUNGICO;
- AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48mm-75mm;
- SUPORTE PARA MAOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE;
- PLATINA RETANGULAR DE 188mmX134mm COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO;
- MOVIMENTO MINIMO DO CHARRIOT 76mm NO EIXO X E 50 mm NO EIXO Y, PRESILHA PARA DUAS LAMINAS E PEGADOR DE BORRACHA;
- REVOLVER PORTA OBJETIVA FIXO QUADRUPLA E DIAFRAGMA DE CAMPO INCORPORADO;
- CHAVE LIGA/DESLIGA COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA;
- VOLTAGEM 110-220 V AUTOMATICO;
- OCULAR DE 20X, DE CAMPO AMPLO E PONTO FOCAL ALTO, NUMERO DE CAMPO F.N 20, 30mm DE DIAMETRO
- CONDENSADOR ABBE COM ABERTURA NUMERICA 1.25 E DIAFRAGMA IRIS;
- ILUMINACAO DE TODO O CAMPO DE VISAO DESDE 4X A 100X COM OBJETIVAS DE F.N.20;
- FILTRO AZUL LBD;
- LENTE AUXILIAR PARA CENTRALIZACAO DO CONDENSADOR, PERMITINDO ILUMINACAO SEGUNDO KOHLER;
- OBJETIVAS PLAN ACROMATICAS COM CORRECAO INFINITA:
- OBJETIVA PLAN ACROMATICA 4X, CORRECAO INFINITA, COM ABERTURA NUMERICA N.A. 0.10, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 22.00mm;
- OBJETIVA PLAN ACROMATICA 10X, CORRECAO INFINITA, COM ABERTURA NUMERICA N.A. 0.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 10.05mm;
- OBJETIVA PLAN ACROMATICA 40X, CORRECAO INFINITA, COM ABERTURA NUMERICA N.A. 0.65, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0,56mm;
- OBJETIVA PLAN ACROMATICA 100X, CORRECAO INFINITA, COM ABERTURA NUMERICA N.A. 1.25, DISTANCIA DE TRABALHO W.D. 0,13mm PARA USO COM OLEO DE IMERSAO;
- OLEO DE IMERSAO, 8CC, LIVRE DE FLUORESCENCIA;
- LAMPADA DE HALOGENIO 6W30W;
- CABO DE ALIMENTACAO;

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- CAPA DE PROTECAO;
- REGISTRO NA ANVISA;
- CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO.

QTD TOT: 6 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
LITORAL NORTE
RUA MACHADO DE ASSIS, 1456 - SULBRASILEI - OSORIO
QTD: 2
RECURSO : 7995 - C FNDE/UERGS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
REITORIA
RUA 7 DE SETEMBRO, 1156 - CENTRO - PORTO ALEGRE
QTD: 4
RECURSO : 7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412

-- LOTE 0007 --

830.508.0018

MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO BINOCULAR, AUMENTOS DE 10X
A 40x, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
- ILUMINACAO TRANSMITIDA COM LAMPADA EMBUTIDA NA BASE,
E INCIDENTE EMBUTIDA NA ESTATIVA;
- BASE CIRCULAR OU OVAL EM VIDRO FOSCO (LEITOSO) E UMA BRAN
CA E PRETA COM APROXIMADAMENTE 95mm DE DIAMETRO PROVI
DA DE PRESILHAS PARA FIXACAO DE AMOSTRAS;
- OBJETIVAS ZOOM DE 1 A 4 X, AUMENTO TOTAL 40X;
- AJUSTE DE 5 UNIDADES DE DIOPTRIA, APENAS NA OCULAR ESQUER
DA, AJUSTE INTERPUPILAR ENTRE 55mm A 75mm;
- 01 (UM) PAR DE OCULARES DE 10X COM UM SUPERCAMPO AM
PLO COM APROXIMADAMENTE 23mm DE DIAMETRO;
- TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45°C E 360° DE GIRO;
- ALIMENTACAO: BIVOLT;
- CAPA PARA PROTECAO CONTRA PO;

QTD TOT: 12 UNI: eq

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39,192
LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
REITORIA
RUA 7 DE SETEMBRO, 1156 - CENTRO - PORTO ALEGRE
QTD: 12
RECURSO : 7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412

-- LOTE 0008 --

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

830.508.0267

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULAR COM AS SEGUINTE CARACTERIS-
TICAS TECNICAS MINIMAS:

- ESTATIVA RIGIDA EM ALUMINIO DE ALTA QUALIDADE PARA LUZ TRANSMITIDA COM SUPORTE PARA REVOLVER PORTA-OBJETIVAS;
- CONTROLE FINO MICROMETRICO SEPARAVEL, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE LADO;
- EQUIPADO COM TRAVA MECANICA PARA PRE FOCALIZACAO E PROTECAO DA LAMINA;
- FONTE DE ALIMENTACAO 6V/30W COM CONTROLE DE LUZ FRONTAL TISTORIZADO CONTINUAMENTE VARIABEL;
- VOLTAGEM SELECIONAVEL 100 - 240v 60Hz, POR CHAVE COMUTADORA;
- TUBO DE OBSERVACAO BINOCULAR COM INCLINACAO DE 30 GRAUS, MOVIMENTO GIRATORIO DE 60 GRAUS, NUMERO DE CAMPO F.N.22. CORRECAO DIOPTICA NO TUBO ESQUERDO DE +/- 5 E PARFOCALIDADE AUTOMATICA, DISTANCIA INTERPUPILAR REGULAVEL ENTRE 50 E 76 mm;
- OCULAR DE CAMPO AMPLO 10X, COM NUMERO DE CAMPO F.N.22, DIAMETRO DE 30 mm, COM SUPORTE PARA RETICULO DE 24mm E AJUSTE DE DIOPTRIA;
- PLATINA MECANICA RETANGULAR COM CONTROLE DE LADO DIREITO E AJUSTE DE TORQUE EMBUTIDO PARA OS MOVIMENTOS XY, PLATAFORMA DE CERAMICA ULTRA DURAVEL COM PLATAFORMA DE 191mm X 156, PERCURSO DO CHARRIOT DE 76 mm NO EIXO X E 52mm NO EIXO Y. ROTATIVA EM 270 GRAUS COM TRAVA DE SEGURANCA, MOVIMENTO UNIFORME ATRAVES DE ESFERAS;
- PRESILHA DUPLA PARA LAMINA DE ATE 25 mm X 75 mm, MANUSEIO PELO LADO ESQUERDO;
- PEGADOR DE BORRACHA PARA AUMENTAR A SENSIBILIDADE MELHORANDO A PRECISAO NOS CONTROLES DO CHARRIOT;
- CONDENSADOR ACROMATICO;
- FILTRO LDB DE 45 mm, COM ENCAIXE DIRETAMENTE POR CIMA DO DIAFRAGMA DE CAMPO;
- REVOLVER PORTA-OBJETIVA PARA CINCO OBJETIVAS(OBJETIVA PLANA ACROMATICA 4X E OBJETIVAS ACROMATICAS 10X, 20X, 40X, 100X), COM ROLAMENTO DE ESFERAS E ENCAIXE DE POSICAO;

QTD TOT: 11 UNI: un

CONSIDERAR OBSERVACOES: 1,39

LOCAIS DE ENTREGA MATERIAL:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
REITORIA

RUA 7 DE SETEMBRO, 1156 - CENTRO - PORTO ALEGRE

QTD: 11

RECURSO : 7991 - TR C FINEP-MCT/UERG701412

OBSERVACOES GERAIS :

AS CONDICOES GERAIS E A MINUTA DE CONTRATO PARA ESTA LICITACAO ENCON-
TRAM-SE COMO ANEXOS, QUE SAO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, NO PROTO-
COLO DA CELIC E NO SITE WWW.CELIC.RS.GOV.BR, EM CONSULTA DE LICITA-
COES, LICITACOES ATRAVES DO SISTEMA LIC, NO FINAL DA PAGINA.

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

- OBS:1 O LICITANTE DEVERA APRESENTAR DECLARACAO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES E OBSERVACOES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITACOES REALIZADAS POR MEIO ELETRONICO). DEVERA SER POSSIBILITADA A CONFIRMACAO DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO ITEM, ATRAVES DE CATALOGO TECNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. EM CASO DE DUVIDA, O PREGOEIRO ANTES DA ADJUDICACAO OU O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERA SOLICITAR UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA EM LOCAL INDICADO PELOS MESMOS, SEM QUALQUER CUSTO.
- OBS:39 PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S):
1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MINIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ORGAO REQUISITANTE.
 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO A RELACAO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MINIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIAO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICACAO DO ITEM OU NAS OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVACOES GERAIS DA COMPRA).
 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NAO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICACAO DO ITEM, ESTA DEVERA SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ORGAO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERA ENTRAR EM CONTATO COM O ORGAO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.
 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERA(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSORIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TECNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELETRICO;
 5. A ASSISTENCIA TECNICA DURANTE A VIGENCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARA(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S);
 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERA SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENCAO E/OU SUPORTE TECNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERA SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIAO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO;
 7. NO CASO DE REMOCAO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENCAO, ESTA FICARA A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERA CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERIODO, COMO FIEL DEPOSITARIO DO MESMO(S);
 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NAO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUCAO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDICOES DE USO NO PRAZO MAXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARA A(S) SUBSTITUICAO(ES) PROVISORIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUARIO(S) A CONTINUACAO DE SUAS ATIVIDADES.
- OBS:192 O ORGAO REQUISITANTE, EM CASO DE DUVIDA, PODERA SOLICITAR AO LICITANTE VENCEDOR, QUE APRESENTE, QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO:
- O REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE NACIONAL;
 - AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDA PELA ANVISA, CONFORME DISPOSTO

NRO EXPEDIENTE : 909945.2400.16-1
COD. ESPECIFICACAO DO MATERIAL

NA LEI 9782/99.

DATA EMISSAO : 27/04/2016

PREGOEIRO