



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Ofício 0008/2020

Porto Alegre, 24 de Abril de 2020.

Prezado (a) Senhor(a):

Chega a este Departamento, através do Sistema Compras RS, Pedido de Impugnação dos lotes 01 e 02 do Edital de Dispensa de Licitação TDL0253/2020 impetrado por vossa empresa.

Este expediente foi encaminhado ao setor técnico, e após diligência manifestou-se conforme documento em anexo.

Face ao exposto, não houve acolhimento da solicitação de impugnação apresentada.

Atenciosamente,

Diretora do Departamento Administrativo.

Vera Oliveira
Diretora Administrativa/SES
I.D.: 647772

COREMED COM. E REP. DE PROD. MED. HOSP. LTD

Rua Domingos Martins, 121 – sala 203 – Centro – Canoas /RS - CEP: 92010-170

gabriela@coremedrs.com.br

LOTE 01

Item 01 - Monitores

Item direcionado para equipamento B450 da fabricante GE.

ANVISA: 80035360114 e 80071260166

Site do fabricante:

O equipamento supracitado é o único a atender o conjunto de solicitações deste certame, deixando com vício insolúvel, impedindo a participação de outros fabricantes. Segue:

1. Display colorido no mínimo de 12 polegadas". Página 35 (manual especificações).
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision e GE com a linha Carescape.
2. em branco
3. Capacidade apresentação simultânea de 6 curvas. Página 214 (manual especificações).
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
- 4 Tela sensível ao toque. Página 31 (manual especificações).
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
5. Integração com interfaceamento de dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores. Não há uma central que torne possível a visualização de 200 monitores simultaneamente, se trata de sistema voltado apenas para integração, que na empresa alvo de direcionamento é o Gateway Carescape, vide abaixo:
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX colocando INTELLIVUE CENTRO DE INFORMAÇÕES, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.
6. Configuração automática da tela conforme disponibilidade do parâmetro, com no mínimo 01 configuração pré-programada e gravada de tela, e possibilidade de configurar no mínimo 05 programações pelo próprio usuário e armazená-las no equipamento simultaneamente.

a. Página 191 (manual especificações)ITENS A, B e C:
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision e GE com a linha Carescape.
7. Tendências gráficas e numéricas de 24 horas. Página 189 (manual especificações):
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
8. Gráfico de mini-tendências na tela de monitoração em tempo real. Página 190 (manual especificações).
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
9. Deve possibilitar interface com outros equipamentos, tais como ventiladores pulmonares.
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.
10. Monitorização de ECG com de frequência cardíaca de 30 à 250 bpm. Página 135 (manual especificações)
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
11. Análise QT/QTC continua. Pagina 173 (manual do usuário)
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.
12. Frequência respiratória por impedância com escala de 6 à 120mrm. Página 140 (manual especificações)
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.
13. Temperatura: dois canais de temperatura, escala de 10º a 45ºC.
Itens A e A:
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity
14. Oximetria: Tecnologia Nellcor, Masimo ou TruSignal (tecnologia própria da GE). Escala de 1 a 100% de SpO2.
- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity descritivo deixa aberto para Nellcor e Masimo que são atendidos pelas empresas citadas, a inclusão de TruSignal não impedia concorrência para diversas marcas)
15. Pressão Não Invasiva com escala de 20 à 260 mmHg. Página 150 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

16. Aferição de pressão invasiva com faixa de -40 à 320 mmHg. Página 152 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

17. Curva de pressão invasiva e seis escalas de medidas selecionáveis. Página 152 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

18. Débito cardíaco com intervalo de medição de temperatura sanguínea entre 17° a 42°C. Página 154 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

19. Análise automática da variação da pressão de pulso, isto é delta PP automático. Página 262 (manual usuário).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

Item 2 - Central

Quanto aos monitores solicitados junto à central:

Item direcionado para equipamento B450 da fabricante GE.

ANVISA: 80035360114 e 80071260166

Site do fabricante:

O equipamento supracitado é o único a atender o conjunto de solicitações deste certame, deixando com vício insolúvel, impedindo a participação de outros fabricantes. Segue:

1. Display colorido no mínimo de 12 polegadas". Página 35 (manual especificações).

atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

2. Capacidade apresentação simultânea de 6 curvas. Página 214 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

3. Tela sensível ao toque. Página 31 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

4. Integração com interfaceamento de dados de monitoração, incluindo todos os parâmetros gráficos para sistema do hospital, através de protocolo HL7 bidirecional para no mínimo 200 monitores. Não há uma central que torne possível a visualização de 200 monitores simultaneamente, se trata de sistema voltado apenas para integração, que na empresa alvo de direcionamento é o Gateway Carescape, vide abaixo:

a. Páginas 158 (manual da Central Carescape).

ITENS A E B

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX colocando INTELLIVUE CENTRO DE INFORMAÇÕES, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

5. Configuração automática da tela conforme disponibilidade do parâmetro, com no mínimo 01 configuração pré-programada e gravada de tela, e possibilidade de configurar no mínimo 05 programações pelo próprio usuário e armazená-las no equipamento simultaneamente.

ITENS A, B e C:

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision e GE com a linha Carescape.

6. Tendências gráficas e numéricas de 24 horas. Página 189 (manual especificações):

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

7. Gráfico de mini-tendências na tela de monitoração em tempo real. Página 190 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

8. Deve possibilitar interface com outros equipamentos, tais como ventiladores pulmonares.

a. Página 480 (manual do usuário)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

9. Monitorização de ECG com de frequência cardíaca de 30 à 250 bpm. Página 135 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

10. Análise QT/QTC contínua. Página 173 (manual do usuário)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity.

11. Frequência respiratória por impedância com escala de 6 à 120mm. Página 140 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity.

12. Temperatura: dois canais de temperatura, escala de 10° a 45°C.

a. Página 153 (manual especificações)

ITENS A e B:

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity, porém o descritivo deixa aberto para Nellcor e Masimo que são atendidos pelas empresas citadas, a inclusão de Trusignal não impede a livre concorrência para diversas marcas.

14. Pressão Não Invasiva com escala de 20 à 260 mmHg. Página 150 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

15. Aferição de pressão invasiva com faixa de -40 à 320 mmHg. Página 152 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape e Drager com a linha infinity

16. Curva de pressão invasiva e seis escalas de medidas selecionáveis. Página 152 (manual especificações)

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

17. Débito cardíaco com intervalo de medição de temperatura sanguínea entre 17° a 42°C. Página 154 (manual especificações).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

18. Análise automática da variação da pressão de pulso, isto é delta PP automático. Página 262 (manual usuário).

- atendem as empresas NihonKoden com a linha Triton, Philips com a linha MX, Mindray com a linha Benevision, GE com a linha Carescape.

RESPOSTAS – ESCLARECIMENTOS

Lote 1, Item 1, questionamento 1

A Philips possui monitor compatível que atende edital sem necessidade de rack externo, como por exemplo a linha MX.

Lote 1, item 1, questionamento 2

Neste item, as marcas Mindray e NihonKoden, possuem sistemas ou parcerias semelhantes a sistemas de integração.

Lote 1, item 1, questionamento 3

Neste item, tanto o produto oferecido pela Philips e demais marcas como Mindray ou Drager, realizam 6 curvas simultâneas atendendo o edital.

Lote 1, item 1, questionamento 4

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha premium MX, assim como demais concorrentes como Mindray e NihonKoden.

Lote 1, item 1, questionamento 5

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha Premium MX, assim como demais concorrentes como Mindray, linha Benevision, possui compatibilidade com tecnologia Nellcor e Masimo.

Lote 1, item 1, questionamento 6

A Philips atende este quesito na linha Premium MX.

Lote 1, item 1, questionamento 7

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha premium MX, assim como demais concorrentes.

Lote 1, Item 02, questionamento 1

A Philips possui monitor compatível que atende edital sem necessidade de rack externo, como por exemplo a linha MX, assim como demais equipamentos existentes no mercado, das marcas Mindray, modelos Benevision, NihonKoden modelo Triton.

Lote 1, item 02, questionamento 2

Neste item, as marcas Mindray e NihonKoden, possuem sistemas ou parcerias semelhantes s sistemas de integração.

Lote 1, item 02, questionamento 3

Neste item, tanto o produto oferecido pela Philips e demais marcas como Mindray ou Drager, realizam 6 curvas simultâneas. Atendendo edital.

Lote 1, item 02, questionamento 4

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha Premium MX, assim como demais concorrentes como Mindray, linha Benevision.

Lote 1, item 2, questionamento 5

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha premium MX, assim como demais concorrentes como Mindray, linha Benevision, , possui compatibilidade com tecnologia Nellcor e Masimo.

Lote 1, item 2, questionamento 6

A Philips atende este quesito na linha Premium MX

Lote 1, item 2, questionamento 8.

Neste item a Philips possui esta tecnologia na linha premium MX, assim como demais concorrentes.

Lote 2, item 1, Questionamento 1.

A Philips atende este quesito na linha Premium MX.

Lote 2, item 1, Questionamento 2.

Neste a Philips possui esta tecnologia na linha premiumMX, assim como demais concorrentes como Mindray, linha Benevision. A linha efcia modelo CM100 ofertado, possui compatibilidade com tecnologia Nellcor e Masimo através de adaptador.

Lote 2, item 1, Questionamento 3.

Neste item as Philips não dispõe mas pode ser aceito, sem prejuízo ao objeto.

André Bueno
Fisioterapeuta
CREFITO 23.009