



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SEPLAG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 22879

EDITAL NÚMERO: 319 / 2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/06/2020 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 20/1300-0002974-0

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

CONFORME AMPLAMENTE INFORMADO PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, A PREVISÃO PARA A ABERTURA DE LEITOS DE ASSISTÊNCIA NO HRSM FOI PREVISTA PARA O PRÓXIMO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2020. NESSE SENTIDO CONSTITUIU-SE, NO ÂMBITO DA SES, MAS COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ENTES ENVOLVIDOS, UM GRUPO DE TRABALHO COM A MISSÃO DE IDENTIFICAR AS REAIS CONDIÇÕES FÍSICAS DA EDIFICAÇÃO DESTINADA AO HOSPITAL, READEQUAR AS INSTALAÇÕES E ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ESCOPO DEFINIDO PELA CIB - A IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO DE ADULTOS NAS ÁREAS DE CARDIOLOGIA, TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA E NEUROLOGIA, COM O ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS, OS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO E 130 LEITOS, SENDO 70 LEITOS CIRÚRGICOS, 50 LEITOS CLÍNICOS E 10 LEITOS DE UTI ADULTO. FRENTE ÀS DIFICULDADES FINANCEIRAS PELAS QUAIS PASSA O ESTADO, A ATUAL GESTÃO DEFINIU COMO POSSÍVEL, PARA O ANO DE 2020, COM DATA PREVISTA PARA O FINAL DO MÊS DE JULHO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) LEITOS, SENDO 120 (CENTO E VINTE) CLÍNICOS E 10 (DEZ) DE UTI. PARA TANTO O MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DA PORTARIA MINISTERIAL Nº. 2.941, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019, DISPONIBILIZOU À SECRETARIA DA SAÚDE O VALOR DE R\$ 36.610.280,00 (TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) PARA, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº. 8782846000119005, ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA (HRSM), OBJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO DA MACROREGIÃO DE SAÚDE CENTROOESTE, O QUE SERÁ FEITO, COMO PRIMEIRA ETAPA, ATÉ JULHO/2020, NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE CARDIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CENTRAL DE MONITORAÇÃO SALA DE RECUPERAÇÃO

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 438.074,00

Item 1 - 0870.0190.009999

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 227.294,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: CENTRAL DE MONITORAÇÃO PARA SALA DE RECUPERAÇÃO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0870.0190.009995

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR MULTIPARAMETROS

QUANTIDADE: 12,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 17.565,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MONITOR MULTIPARAMETROS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM DEMAIS CARACTERÍSTICAS



TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 12

Lote 2 CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 645.154,00

Item 1 - 0870.0190.010001

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 227.294,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: CENTRAL DE MONITORAMENTO PARA UTI; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Item 2 - 0870.0190.009996

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI

QUANTIDADE: 20,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 20.893,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MONITOR MULTIPARAMETROS PARA UTI; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20

Lote 3 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ESTADIÔMETRO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010082

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ESTADIÔMETRO

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: ESTADIÔMETRO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 4 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010049

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS**QUANTIDADE:** 2,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** ESTERILIZADOR POR MÉTODOS FÍSICO-QUÍMICOS ; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 5 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - FOCO CIRÚRGICO DE TETO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.009998

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - FOCO CIRÚRGICO DE TETO**QUANTIDADE:** 6,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** FOCO CIRÚRGICO DE TETO ; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 39**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 6

Lote 6 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010084

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS**QUANTIDADE:** 2,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME



ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 7 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LANTERNA CLÍNICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010034

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LANTERNA CLÍNICA

QUANTIDADE: 29,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: LANTERNA CLÍNICA ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 29

Lote 8 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LAVADORA TERMODESINFECTORA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010048

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LAVADORA TERMODESINFECTORA

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: LAVADORA TERMODESINFECTORA ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 9 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15L

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010047

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15L

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un



FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** LAVADORA ULTRASSÔNICA ACIMA DE 15L ; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 10 –CARRO MACA–

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.000063

CARRO MACA

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CARRO MACA - **TIPO DO CARRO:** DUPLO; **NUMERO DE LEITOS:** 01 LEITO; **TIPO DE MATERIAL:** AÇO INOX; **ESTRUTURA:** TUBULAR; **ACABAMENTO:** POLIDO; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** DOTADO DE SISTEMA EXCLUSIVO DE ENGATES, PERMITINDO ACOPLAGEM DOS CARROS ENTRE SI EM AMBOS OS LADOS E TRAVA DE SEGURANÇA NO LEITO E COM RODAS GIRATÓRIAS DE NO MÍNIMO 6" DE DIÂMETRO, COM ARO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, SENDO DUAS COM FREIO EM DIAGONAL, DOTADO DE GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL E PÁRA-CHOQUE DE POLIETILENO EM TODA VOLTA (DESCRITIVO PARA AMBOS OS CARROS, AMBOS TEM QUE SER IDENTICOS) DEVE ACOMPANHAR SUPORTE DE SORO ADAPTÁVEL EM DOIS PONTOS DIFERENTES DO LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, 01 COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN COM ZÍPER, LAVAVEL DENSIDADE D28 MEDIDAS MNIMAS 1,85 X 0,50 X 0,8M; MEDIDAS MNIMAS POR CARROS 1,85 X 0,60 X 0,80 MEDIDAS MAXIMAS POR CARROS 2,10 X 0,60 X 0,80;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 4

Lote 11 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MANTA TÉRMICA ELÉTRICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010000

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MANTA TÉRMICA ELÉTRICA

QUANTIDADE: 10,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** MANTA TÉRMICA ELÉTRICA ; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10

Lote 12 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MAPA MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias



VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010092

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MAPA- MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIA

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MAPA- MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 13 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010077

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MÁQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MÁQUINA UNITARIZADORA DE DE MEDICAMENTOS ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 14 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MEDIDOR DE CUFF

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010023

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MEDIDOR DE CUFF

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MEDIDOR DE CUFF ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

Lote 15 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MESA CIRÚRGICA



TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010028

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MESA CIRÚRGICA

QUANTIDADE: 6,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MESA CIRÚRGICA ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 6

Lote 16 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MESA DE EXAMES

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010066

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MESA DE EXAMES

QUANTIDADE: 18,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MESA DE EXAMES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 18

Lote 17 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE DEBITO CONTINUO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010003

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE DEBITO CONTINUO

QUANTIDADE: 6,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MONITOR DE DEBITO CONTINUO ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 6



Lote 18 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE IMAGENS RADIOLÓGICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010065

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS

QUANTIDADE: 3,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MONITOR DE IMAGENS RADIOLÓGICAS ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

Lote 19 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA - PIC

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010107

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA - PIC

QUANTIDADE: 3,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA - PIC ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

Lote 20 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OSMOSE REVERSA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010039

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OSMOSE REVERSA

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: OSMOSE REVERSA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 21 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OTOSCÓPIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010070

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OTOSCÓPIO**QUANTIDADE:** 9,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** OTOSCÓPIO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 39, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 9

Lote 22 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OXÍMETRO DE PULSO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010035

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - OXÍMETRO DE PULSO**QUANTIDADE:** 29,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** OXÍMETRO DE PULSO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 39, 187**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 29

Lote 23 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - PAPAGAIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010037

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - PAPAGAIO**QUANTIDADE:** 150,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - **TIPO DE EQUIPAMENTO:** PAPAGAIO; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM:** DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 150

Lote 24 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - POLISSONÓGRAFO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010088

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - POLISSONÓGRAFO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: POLISSONÓGRAFO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 25 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SECADORA DE TRAQUEIAS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010046

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SECADORA DE TRAQUEIAS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SECADORA DE TRAQUEIAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 26 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SERRA PARA GESSO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010103

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SERRA PARA GESSO

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SERRA PARA GESSO ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2**Lote 27 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SERRA PERFURADORA OSSEA DRILL**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010090

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SERRA PERFURADORA OSSEA DRILL

QUANTIDADE: 5,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SERRA PERFURADORA OSSEA DRILL ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 5**Lote 28 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA HOLTER - ANALISADOR E GRAVADOR**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010085

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA HOLTER - ANALISADOR E GRAVADOR

QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA HOLTER - ANALISADOR E GRAVADOR; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1**Lote 29 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA PARA URODINÂMICA**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010109

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA PARA URODINÂMICA



QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITAIS/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA PARA URODINÂMICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 30 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010087

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITAIS/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 31 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010086

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITAIS/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 32 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE HIPO/HIPERTEMA (COLCHÃO/MANTA)

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias



Item 1 - 0870.0190.009993

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA DE HIPO/HIPERTEMA (COLCHÃO/MANTA)

QUANTIDADE: 8,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA DE HIPO/HIPERTEMA (COLCHÃO/MANTA); ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 8

Lote 33 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010089

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA TESTE ERGOMÉTRICO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

Lote 34 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SUPORTE DE HAMPER

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010063

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - SUPORTE DE HAMPER

QUANTIDADE: 119,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: SUPORTE DE HAMPER ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 119

Lote 35 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência



PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010027

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

Lote 36 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010031

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 37 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010106

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1



Lote 38 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.009997

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

QUANTIDADE: 27,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO ; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 27

Lote 39 EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - VENTILÔMETRO/RESPIRADOR

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010069

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - VENTILÔMETRO/RESPIRADOR

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR SES - TIPO DE EQUIPAMENTO: VENTILÔMETRO/RESPIRADOR; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEMAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONFORME ANEXO I;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 2

Lote 40 APARELHO MOV RAO X 30KW

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0191.000012

APARELHO MOV RAO X 30KW

QUANTIDADE: 5,0000

UNIDADE: eq

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

APARELHO MOVEL RAO X; POTENCIA GERADOR: 30KW; TENSAO GERADOR: 40KV-133KV; FAIXA MAS: 0,50-200,00; TEMPO EXPOSICAO: 2S-5S; TIPO TUBO: ANODO GIRATORIO C/ANGULO ALTA ROTACAO; PONTO FOCAL: 0,50-1,00MM; CAPACIDADE: 100 KHU; DISPLAY: DIGITAL; AJUSTE TENSAO: MINIMO 25 PASSOS; TENSAO ALIMENTACAO: 110/220V; LARGURA: 590,00 MM; ALTURA: 1.950,00 MM; PROFUNDIDADE: 1.200,00 MM; ACOMPANHA: DISPARADOR C/ COMPRIMENTO MINIMO 3M; GARANTIA: MINIMA 01 ANO ----- 1-EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA EXAMES DE RAO-X/INJAS UNIDADES DO HOSPITAL); 2-SISTEMA MOTORIZADO COM BATERIAS DE ALTA DURACAO INTEGRADAS; 3-GERADOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: A) POTENCIA MINIMA DE 30 KW, B)



TENSAO VARIAVEL NO MINIMO ENTRE 40 KV E 133 KV, D) COM MAS VARIAVEL NA FAIXA DE 0,5 A 200 MAS OU MAIS; E) TEMPO MINIMO APROXIMADO DE EXPOSICAO DE 2 MS; F) TEMPO MAXIMO DE EXPOSICAO 5S. 4-TUBO DE RAIOS-X COM AS SEGUINTE CARACTERISITICAS MNIMAS: A) ANODO COM ANGULO GIRATORIO DE ALTA TOTACAO COM NO MINIMO 3.000 RPM; B) PONTO FOCAL NOMNAL DE APROXIMADAMENTE 0,8MM; C) CAPACIDADE TERMICA MAXIMA DE PELO MENOS 100 KHU. 5-DIAFRAGMA COM AS SEGUINTE CARACTERISITICAS MNIMAS: A) INDICADOR DE CAMPO DE LUZ COM TEMPO DE DESLIGAMENTO DA LAMPADA AUTOMATICO; B) ROTACAO DE 360 GRAUS. 6-UNIDADE DE CONTROLE COM NO MINIMO: A) DISPLAY DIGITAL COM INDICACAO DE KV E MAS; B) INDICACAO E AJUSTE DE KV; C) AJUSTE DE TENSAO EM APROXIMADAMENTE 25 PASSOS; D) INDICACAO E AJUSTE DE MAS; G) BOTAO PARA LIGAR A LAMPADA DO CAMPO DE LUZ; H) BOTAO DE PARADA DE EMERGENCIA; I) PAINEL COM INDICACAO DIGITAL DE DADOS RADIOLOGICOS. 7-INDICACAO SONORA E VISUAL DE DISPARO. 8-GAVETA PORTA CHASSIS PROTEGIDA DE RADIACAO PARA NO MNIMO 8 CHASSIS DE 35 X 43 CM. 9-DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSORIOS: A) DISPARADOR COM COMPRIMENTO MNIMO DE 3M. 10-DEVE POSSUIR OS SEGUINTE MOVIMENTOS: A) A ROTACAO DO TUBO/COLIMADOR NO EIXO VERTICAL DE 90 GRAUS OU MAIS. 11 COM SISTEMA AUTOMATICO DE PARADA EMERGENCIAL EM CASO DE COLISAO 12-EQUIPAMENTO PRATICO, DE FACIL DESLOCAMENTO ENTRE AS AREAS 13-DIMENSOES MAXIMAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE LEITOS E CONDIÇÕES DE TRANSPORTE EM ELEVADOR(LXPXA): 590MM X 1200MM X 1960MM 14-CONEXAO SIMPLIFICADA A QUALQUER TOMADA DE PAREDE ATERRADA A) COMUTACAO AUTOMATICA OU MANUAL PARA TENSAO DE REDE 127/220 V, 50/60 HZ 15-GARANTIA MNIMA DE 01(UM)ANO 16-MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA FLORIANOPOLIS 1041 PINHEIRO MACHADO SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 5

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA). 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO. 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROMISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; * FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. * B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000.