



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

Porto Alegre, 17 de junho de 2020.

INFORMAÇÃO ECAT- DEPLAN/CELIC Nº 0148/2020

Proa nº 20/2000 0047651 1

PARA: DELIC/CELIC

PE 0320/2020

Assunto: Pedido de Análise das propostas referentes aos lotes 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 31, 32, 34, 38 e 40.

Trata-se de pedido de análise as propostas apresentadas às fls. 969/1306, as quais foram repassadas a Secretaria Estadual da Saúde RS – SES, Órgão responsável técnico responsável pela análise ao PE 320/2020, a qual se manifestou conforme descrito abaixo e e-mails em anexo.

Seguem as respostas aos pedidos de análise as propostas:


Lote 1: AMBU Adulto com Reservatório

Empresa: **ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 1 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e **está** de acordo com o edital.

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160





Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta: Atende

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Lote 2: Negatoscópio

Empresa: **HOSPI BIO IND. E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI
EPP**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 2 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta:

1. O edital solicita que o modelo seja de embutir e a empresa oferece o produto Levita LV 71 i que é de sobrepor.

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Lote 3: Oftalmoscópio

Empresa: V.L. FUZETI - COMERCIAL

Declaração





Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 3 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro na ANVISA RMS 80891620015.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 4: Adipômetro

Empresa: **ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 4 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 10: Aparelho de Densitometria Óssea

Empresa: IMP EQUIP MEDICOS LTDA

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 10 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não** está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80047300540.

Resposta:

1. Edital solicita tempo máximo de 360 segundos de exposição do corpo inteiro e o equipamento ofertado realiza em aproximadamente 7 minutos.
2. O edital solicita posicionamento automático do fêmur e o equipamento ofertado não realiza ou não apresenta
3. O equipamento solicita marcação colorida para risco de fratura e o equipamento ofertado não realiza ou não apresenta.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC





CREFITO 23009

Lote 11: Aparelho de Raio-x Fixo

Empresa: SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 11 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com os termos do edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 10354170003 / 80117580432.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 12: Aquecedor de Fluidos Sanguine

Empresa: HECADI EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 12 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não** está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80040730077.

Resposta:

1. Edital solicita temperatura do aquecedor entre 32 e 42 graus Celsius e o equipamento ofertado Keewell FT 1800 realiza medida entre 33 e +/-42 graus Celsius.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 13: Arco Cirúrgico

Empresa: IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA

Declaração





Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 13 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e **está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 81655630025.

Resposta: Atende

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Lote 14: Autoclave Hospitalar Horizontal

Empresa: **DENTAL GUIDA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA - ME**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 14 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não** está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80040730077.

Resposta:

1. Não foi encaminhada proposta com equipamento ofertado, apenas catálogo com família de equipamentos.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 16: Balde a Pedal

Empresa: A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares LTDA- ME

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 16 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.





Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 17: Biombo

Empresa: **MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 17 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 18: Biombo Plumbífero

Empresa: **Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 18 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 23: Cadeira de Banho / Higiênica

Empresa: **V.L. FUZETI - COMERCIAL**

Declaração





Declaramos para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 23 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não esta** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 80917280004 e 8091728002.

Não atende:

1. **Roda traseira maciça de 6 polegadas (edital solicita roda traseira aro 20).**
2. **Capacidade de peso máxima 85kg (edital solicita capacidade entre 100 e 150Kg).**

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 24: Cadeira de Rodas Adulto

Empresa: **ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 24 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta:

1. Não serão aceitas cadeiras dobráveis tipo "X".
2. O edital solicita cadeira de rodas adulto e o modelo ofertado é para adulto obeso

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 25: Cadeira de Rodas Obeso

Empresa: V.L. FUZETI - COMERCIAL

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 25 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 80917280001 .

Não atende:

1. **Capacidade de peso máxima 150Kg (edital solicita no mínimo 160Kg).**





André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 27: Câmara Mortuária

Empresa: **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 27 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 28: Capnógrafo

Empresa: **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 27 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e não está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

Resposta:

1. O edital solicita capnógrafo de mesa e não um monitor multiparametro com acessório de capnografia.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 31: Carro Maca Simples

Empresa: **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**

Declaração

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160





Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 31 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 32: Carro Transporte de Cadáveres

Empresa: DELCIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 32 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

Resposta:

1. O edital solicita que rodizio seja de pelo menos 8 polegadas e o equipamento ofertado tem rodizio de 6 polegadas.
2. O edital solicita carro de transporte de cadáver com cobertura e o equipamento ofertado não possui.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 34: CR – Digitalizador de Imagens

Empresa: Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda.

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 34 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e **está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80101380012 e 80101380011.

Resposta: Atende





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO



André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 38: Eletrocardiógrafo

Empresa: Ana Maria Pires Belem - Anamed

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 38 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80070210004.

Resposta:

1. O edital solicita tela de LCD colorida e o equipamento ofertado Bionet Cardiocare 2000 apresenta display digital em preto e branco.
2. O edital solicita conexão wi-fi e o equipamento ofertado Bionet Cardiocare 2000 não dispõe deste recurso.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 39: Eletroneuromiógrafo

Empresa: V.L. FUZETI - COMERCIAL

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 39 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com os termos do edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 10354170003.

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Lote 40: Esfigmomanômetro

Empresa: Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me

Declaração

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160





Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 40 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor **está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80275310022.

Resposta: Atende

André Bueno
Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Desta forma, diante das considerações expostas pela Equipe Técnica do Órgão responsável pela análise das propostas, encaminho para conhecimento.

Contudo, à consideração superior.

Joycemar Moreira da Silva,
ECAT- DEPLAN/CELIC

Paulo Alexandre Oliveira,
Gerente ECAT- DEPLAN/CELIC

De acordo. Encaminhe-se ao DELIC/CELIC, para conhecimento.

DEPLAN/CELIC, em 17 de junho de 2020.

Sibele de Almeida Geiss,
Diretora DEPLAN/CELIC





Nome do documento: 0148 20 2000 0047651 1 - PE 320 2020 - RESPOSTA DA ANALISE PROPOSTAS.doc

| Documento assinado por | Órgão/Grupo/Matrícula | Data |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Joycemar Moreira da Silva | SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260853701 | 17/06/2020 12:09:48 |
| Paulo Alexandre Oliveira | SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260509001 | 17/06/2020 12:36:26 |
| Sibele de Almeida Geiss | SEPLAG / DEPLAN/CELIC / 349546901 | 17/06/2020 12:42:53 |

