GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

**SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS**

Porto Alegre, 19 de junho de 2020.

**INFORMAÇÃO ECAT- DEPLAN/CELIC Nº 0154/2020**
Proa nº 20/2000 0047651 1
PARA: DELIC/CELIC

PE 0320/2020

Assunto: Pedido de Análise das propostas referentes aos lotes 2, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 32 e 38,

Trata-se de pedido de análise as propostas apresentadas às fls. 1348/1482, as quais foram repassadas a Secretaria Estadual da Saúde RS – SES, Órgão responsável técnico responsável pela análise ao PE 320/2020, a qual se manifestou conforme descrito abaixo e e-mails em anexo.

Seguem as respostas aos pedidos de análise as propostas:

**Lote 2: Negatoscópio**

Empresa: **ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED**

Classificado: 2

Declaração

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 2 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

**Resposta:**

1. O edital solicita que o modelo seja de embutir e a empresa oferece o produto Renascer RN14014 não informando que é de embutir no site do fabricante.

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 14: Autoclave Hospitalar**

Empresa: DENTAL GUIDA COM. DE MAT. ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA – ME

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 14 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 8000471004 .

**Não atende:**

1. O edital solicita que o equipamento tenha comando microprocessado com pelo menos 9 programas e e o equipamento ofertado possui apenas 08 programas de acordo com seu manual na ANVISA.

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

**Lote 15: Balança Tipo Plataforma**

Empresa: ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 15 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

**Resposta: Atende**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 23: Cadeira de Banho / Higiênica**

Empresa: **ANA MARIA PIRES BELEM**

Classificado: 2

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 23 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não esta** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 80917280004 e 8091728002.

**Não atende:**

1. **Roda traseira maciça de 6 polegadas (edital solicita roda traseira aro 20).**
2. **Capacidade de peso máxima 85kg (edital solicita capacidade entre 100 e 150Kg).**

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 24: Cadeira de Rodas Adulto**

Empresa: **V.L. FUZETI COMERCIAL ME**

**Classificado: 2**

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 24 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e **está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial.

**Resposta: Atende**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 25: Cadeira de Rodas Obeso**

Empresa: JS IND. E COM. DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA – ME

Classificado: 2

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 25 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro ANVISA RMS 80917280001 .

**Não atende:**

3. **Capacidade de peso máxima 120Kg (edital solicita no mínimo 160Kg ).**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 26: Cama Fawler Eletrica**

Empresa: **HOSPI BIO INDU. E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP**

Classificado: 2

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 26 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro da ANVISA RMS 81095400010.

.

**Resposta:**

1. O edital solicita que a cama deve chegar a uma altura mínima de 40cm e o produto oferecido ART 069 B CAMA FAWLER SUPER LUXO MOTORIZADA realiza movimento de descida a uma altura mínima de 60cm conforme seu manual.
2. O edital solicita que a cama não ultrapasse a altura de 75cm e o modelo oferecido eleva-se a 84cm
3. O edital solicita sistema de autocontorno ou estrado côncavo para melhor conforto do paciente e o produto ofertado não faz referencia no seu manual.
4. Não é possível verificar sistema de prevenção de escaras com diferenças densidades no colchão ofertado.

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

CREFITO 23009

**Lote 28: Capnógrafo**

Empresa: Cirúrgica Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me

Classificado: 2

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 28 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

**Resposta: Atende**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 32: Carro Transporte de Cadáveres**

Empresa: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Classificação: 2

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 32 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e **está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

Documento PROA Assinado

**Resposta: Atende**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

**Lote 38: Eletrocardiógrafo**

Empresa: **COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA**

Classificado: 2

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 38 do pregão eletrônico em epigrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial, catálogo comercial e registro ANVISA RMS 80070210004.

.

**Resposta:**

2. O edital solicita conexão wi-fi e o equipamento ofertado Bionet Touch 3000 não dispõe deste recurso.

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Quanto ao questionamento de que constou errado o nome da empresa vencedora para o lote 31, segue abaixo a retificação:

**Lote 31: Carro Maca Simples**

Empresa: ANA MARIA PIRES BELEM - ANAMED

Declaração

Documento PROA Assinado

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CELIC-RS
SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 31 do pregão eletrônico em epigrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

**Resposta: Atende**

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Desta forma, diante das considerações expostas pela Equipe Técnica do Órgão responsável pela análise das propostas, encaminho para conhecimento.

Contudo, à consideração superior.

**Joycemar Moreira da Silva,**
ECAT- DEPLAN/CELIC

**Paulo Alexandre Oliveira,**
Gerente ECAT- DEPLAN/CELIC

**De acordo.** Encaminhe-se ao DELIC/CELIC, para conhecimento.

DEPLAN/CELIC, em 19 de junho de 2020.

**Sibele de Almeida Geiss,**
**Diretora DEPLAN/CELIC**

Documento PROA Assinado

**Nome do documento:** 0154 20 2000 0047651 1 - PE 320 2020 - RESPOSTA DA NOVA ANALISE PROPOSTAS LOTES 2 14 OUTROS.doc

| Documento assinado por | Órgão/Grupo/Matrícula | Data |
|---|---|---|
| Joycemar Moreira da Silva | SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260853701 | 19/06/2020 10:53:27 |
| Paulo Alexandre Oliveira | SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260509001 | 19/06/2020 11:07:56 |
| Igor Amur Calinin | SEPLAG / DEPLAN/CELIC / 350994001 | 19/06/2020 11:17:05 |

Documento PROA Assinado