



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

Porto Alegre, 23 de junho de 2020.

INFORMAÇÃO ECAT- DEPLAN/CELIC Nº 0160/2020

Proa nº 20/2000 0047651 1

PARA: DELIC/CELIC

PE 0320/2020

Assunto: Pedido de Análise das propostas referentes aos lotes 15 e 26

Trata-se de pedido de análise as propostas apresentadas às fls. 1637/1837, as quais foram repassadas a Secretaria Estadual da Saúde RS – SES, Órgão responsável técnico pela análise ao PE 320/2020, a qual se manifestou conforme descrito abaixo e e-mails em anexo.

Seguem as respostas aos pedidos de análise as propostas:

Lote 15: Balança Tipo Plataforma

Empresa: **K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

Classificado: 3

Declaração



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO



Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 15 do pregão eletrônico em epígrafe, **atende** as necessidades deste setor e está de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e catálogo comercial e registro na ANVISA.

Resposta: Atende

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009

Lote 26: Cama Fowler Elétrica

Empresa: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME

Classificado: 4

Declaração

Declaro para os devidos fins que a proposta vencedora para o lote 26 do pregão eletrônico em epígrafe, **não atende** as necessidades deste setor e **não está** de acordo com o edital.

Análise realizada com base no descritivo, proposta comercial e registro na ANVISA RMS 80881050010 e 80881050011.

1. O edital solicita que a cama tenha dispositivo de pivô antissisalamento ou de estrado curvo para melhor conforto e distribuição da pressão abdominal. O equipamento ofertado MS1103, não faz referência ao dispositivo na proposta ou no manual.
2. O edital solicita que a cama tenha altura mínima de 40cm na sua posição mais baixa e 78cm no máximo na sua posição mais elevada. No manual os valores são de 35cm e 80cm respectivamente.
3. O edital solicita freio central para as 04 rodas e o equipamento MS1103 ofertado possui na lateral

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC

CREFITO 23009



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO



Desta forma, diante das considerações expostas pela Equipe Técnica do Órgão responsável pela análise das propostas, encaminho para conhecimento.

Contudo, à consideração superior.

Joycemar Moreira da Silva,
ECAT- DEPLAN/CELIC

Paulo Alexandre Oliveira,
Gerente ECAT- DEPLAN/CELIC

De acordo. Encaminhe-se ao DELIC/CELIC, para conhecimento.

DEPLAN/CELIC, em 23 de junho de 2020.

Sibele de Almeida Geiss,
Diretora DEPLAN/CELIC



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160

Nome do documento: 0160 20 2000 0047651 1 - PE 320 2020 - RESPOSTA NOVA ANALISE PROPOSTAS LOTES 15 e 26.doc

Documento assinado por

Joycemar Moreira da Silva
Paulo Alexandre Oliveira
Sibele de Almeida Geiss

Órgão/Grupo/Matrícula

SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260853701
SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260509001
SEPLAG / DEPLAN/CELIC / 349546901

Data

24/06/2020 12:03:36
24/06/2020 13:02:03
24/06/2020 13:18:40

