



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
4º Coordenadoria Regional de Saúde
Núcleo Regional de Planejamento e Regulação

Conforme solicitação de parecer encaminhado o que segue:

As descrições dos EPI's abaixo atendem os parâmetros solicitados:

- Lote 1: Avental Hospitalar Tam G - ATENDE
- Lote 2: Avental Napa tipo açougueiro - ATENDE
- Lote 3: Avental de Segurança impermeável - ATENDE
- Lote 4: Óculos de segurança com proteção lateral - ATENDE
- Lote 6: Macacão de Segurança tipo Tyvek M - ATENDE
- Lote 8: Termômetro Clínico Digital Portátil - ATENDE
- Lote 9: Termômetro Clínico Digital Laser Portátil Infravermelho - ATENDE
- Lote 10: Sapatilha hospitalar propé G - ATENDE
- Lote 11: Touca Cirúrgica descartável - ATENDE
- Lote 16: Luva Hospitalar Extra P - ATENDE
- Lote 17: Saco para órbita - ATENDE
- Lote 18: Alcool etílico - ATENDE
- Lote 19: Alcool antisséptico - ATENDE

Informo ainda que os lotes 5,7,12,13,14, e 15 não atendem a descrição solicitada:


Lote 5 e 7: Macacão de Segurança tipo Tyvek GG e G -

Descrição do CA-MTE 30688 não é compatível com o catálogo fornecido pela empresa Sauber Limpeza.

Lote 12, 13, 14 e 15: Luva Hospitalar G, M e P -

O catálogo fornecido pelo fornecedor não é compatível no item Comprimento: solicitamos no mínimo 240 milímetro e o catálogo tem 230 milímetro.

Santa Maria, 29 de junho de 2020.


Carla Luciane Boniatti
Delegada Regional de Saúde Adjunta
4ª CRS- Santa Maria/RS
ID-459836

Carla Luciane Boniatti
Delegada Regional de Saúde Adjunta
ID 4598369
4ª CRS - Santa Maria/RS