



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

Porto Alegre, 27 de julho de 2020.

INFORMAÇÃO ECAT- DEPLAN/CELIC Nº 0219/2020

Proa nº 20/2000 0061299 7

PARA: DELIC/CELIC

PE 0598/2020

Assunto: REF.: Análise aos pedidos de esclarecimento Lote 1 e 2, aquisição por dispensa de ventiladores pulmonares e monitores para leitos de UTIs

Trata-se de pedido de análise de proposta ao Lote 1 e 2, referente ao PE 598/2020, sendo esta repassada a Secretaria Estadual da Saúde RS – SES, Órgão responsável técnico pela análise.

Em relação aos lotes 01 e 02, segue abaixo as manifestações da Equipe Técnica da Secretaria Estadual da Saúde RS – SES, conforme e-mails em anexo:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FL. 357:

Termo de Dispensa de Licitação 0598/2020

Processo administrativo 20/2000-0061299-7

Resposta ao pedido de esclarecimentos

Solicitante: Leistung do Brasil





Lote 02 – Ventiladores:

Boa tarde! Solicitamos esclarecimentos a solicitação de 04 circuitos adulto/pediátricos em silicone. É sabido da escassez deste acessório no mercados, questionamos a necessidade de ser em silicone ao invés de PVC. Grato no Aguardo.

Resposta: O edital não será alterado

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Termo de Dispensa de Licitação 0598/2020

Processo administrativo 20/2000-0061299-7

Resposta ao pedido de esclarecimentos

Solicitante: Coremed

Lote 01 – Monitores Descritivo do equipamento solicita: “Possibilidade de interface com equipamentos de terceiros. “ A família Efficia de monitoração realiza integração se equipamentos de terceiros através de equipamento dedicado para esta função. O EC40, que enviam as informações direta do equipamento de terceiro para central de monitoração e este pode enviar os dados ao sistema de prontuário eletrônico. Os dados não transitam pelo monitor, está solução não está contemplada no orçamento, por ser atrelada à central. Cabe ressaltar que qualquer tecnologia de integração de equipamentos de terceiros, dependerá dos modelos de equipamentos a serem integrados (marca, modelo, revisão de software), criando variações de cabos de interconexão e softwares específicos e estás informação não constam no processo para viabilizar estudo de compatibilidade e orçamento. Pelos motivos expostos, solicitamos aceite de tecnologia.

Resposta: O edital não será alterado

André Bueno

Fisioterapeuta IC-FUC
CREFITO 23009

Desta forma, diante das considerações expostas pela Equipe Técnica do Órgão responsável pela análise da proposta, encaminhamos para conhecimento.





GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO



Contudo, à consideração superior.

Joycemar Moreira da Silva,
ECAT- DEPLAN/CELIC

Paulo Alexandre Oliveira,
Gerente ECAT- DEPLAN/CELIC

De acordo. Encaminhe-se ao DELIC/CELIC, para conhecimento.

DEPLAN/CELIC, em 27 de julho de 2020.

Sibele de Almeida Geiss,
Diretora DEPLAN/CELIC



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS
AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160



Nome do documento: 0219 20 2000 0061299 7- PE 598 2020 - RESPOSTA AOS PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.doc

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Joycemar Moreira da Silva	SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260853701	27/07/2020 23:17:11
Paulo Alexandre Oliveira	SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260509001	27/07/2020 23:23:06
Igor Amur Calinin	SEPLAG / DEPLAN/CELIC / 350994001	27/07/2020 23:29:34

