



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SEPLAG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 23761

EDITAL NÚMERO: 631 / 2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/10/2020 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 20/2000-0078030-0

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

ESTE ITEM SERÁ UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE COVID-19. RECENTEMENTE FORAM ADQUIRIDOS DOIS EQUIPAMENTOS DE EXTRAÇÃO DE RNA/DNA AUTOMATIZADOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, TENDO EM VISTA QUE O LACEN TEM RECEBIDO EM TORNO DE 1000 AMOSTRAS/DIA. ESTES INSUMOS SERÃO UTILIZADOS NOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS, TORNANDO MAIS ÁGIL O DIAGNÓSTICO E O PROCESSO DE AMOSTRAGEM. A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE ESTES INSUMOS SE JUSTIFICA POR SETRATAR DE UM NOVO PROCESSO (AUTOMATIZADO) PARA O QUAL O LACEN NÃO POSSUI ESTOQUE. ATUALMENTE, ESTA ETAPA DO DIAGNÓSTICO (EXTRAÇÃO DO RNA) É FEITA DE FORMA MANUAL E CONSUME EM MÉDIA 2 HORAS E 30 MINUTOS PARA 96 AMOSTRAS, ALÉM DE ENVOLVER 3 TÉCNICOS POR PROCESSO. A AUTOMAÇÃO TRARÁ AGILIDADE NA EXECUÇÃO DESTA ETAPA, REDUZINDO O TEMPO E O NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS E PRODURÁ UM INCREMENTO DIÁRIO NA LIBERAÇÃO DE RESULTADOS, PASSANDO DE 500/DIA PARA 1000/DIA, REDUZINDO A DEMANDA E A PREMISSA. INFORMAMOS QUE O REFERIDO INSUMO SERÁ AMPLAMENTE UTILIZADO EM OUTROS DIAGNÓSTICOS ALÉM DO COVID-19, TAIS COMO: TODAS AS INFLUENZAS, ZIKA, DENGUE, FEBRE AMARELA, CHIKUNGUNYA, ENTRE OUTRAS, NÃO CORRENDO RISCO DE ENCONTRO SEM USO, ALÉM DE TRAZER BENEFÍCIO E AGREGAR TECNOLOGIA DE PONTA AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO LACEN.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EXTRACAO DNA/RNA VIRAL E PATOGENOS

TIPO DE ENTREGA : PROGRAMADA

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 15 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0507.010035

EXTRACAO DNA/RNA VIRAL E PATOGENOS -

QUANTIDADE: 60.000,0000

UNIDADE: ts

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EXTRACAO DNA/RNA VIRAL E PATOGENOS - TIPO: TECNOLOGIA BASEADA EM ESFERAS MAGNÉTICAS; APLICAÇÃO: PROTOCOLOS AUTOMATIZADOS DE ALTO RENDIMENTO; APRESENTAÇÃO: CONFORME FABRICANTE; CAPACIDADE: MÍNIMO P/ PLACAS C/ 96 POÇOS FUNDOS; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE ALMOXARIFADO AVENIDA IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20000

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE ALMOXARIFADO AVENIDA IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20000

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE ALMOXARIFADO AVENIDA IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20000

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

- OS INSUMOS ENTREGUES DEVERÃO ATENDER A DESCRIÇÃO SOLICITADA; - AS EMBALAGENS DEVERÃO ESTAR LACRADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DO FABRICANTE QUANTO À TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

O PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO SERÁ DE ATÉ 6 (SEIS) MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR PERÍODOS SUCESSIVOS, ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA (COVID-19), SENDO QUE SERÁ CONSIDERADO PRAZO DE INÍCIO A DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

OBSERVAÇÃO ESPECÍFICA DA COMPRA

PRIMEIRA ENTREGA DE 20.000 TESTES EM 15 DIAS; SEGUNDA ENTREGA DE 20.000 TESTES EM 30 DIAS; TERCEIRA ENTREGA DE 20.000 TESTES EM 60 DIAS.