



Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SEPLAG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 23897

EDITAL NÚMERO: 661 / 2020

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/10/2020 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 20/2000-0075380-9

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATÓRIO;

JUSTIFICATIVA

A COMPRA É NECESSÁRIA E URGENTE TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO BIOBANCO (EXIGIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE) – GUARDA DE AMOSTRAS POSITIVAS DO SARS-COV-2, QUE ESTEJAM EM CONDIÇÕES DE REUTILIZAÇÃO NO PROSSEGUIMENTO DE EXAMES COMPLEMENTARES, COMO POR EXEMPLO, GENOTIPAGEM A SER REALIZADA NO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA NACIONAL – FIOCRUZ. A CAPACIDADE DE GUARDA DE AMOSTRAS NO LACEN/RS FOI SUPERADA COM A REALIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 36.000 TESTES ATÉ O MOMENTO PARA O DIAGNÓSTICO SARS-COV-2 NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMA DO CORONAVÍRUS – COVID-19. É IMPORTANTE CONSIDERAR, NESTA SENDA, A PIORA NOS INDICADORES DE PROPAGAÇÃO DA COVID-19, TENDO, POR ESSA RAZÃO, HAVIDO MUDANÇA RECENTE NO MAPA DO DISTANCIAMENTO CONTROLADO, EM QUE 6 (SEIS) REGIÕES ESTÃO EM BANDEIRA VERMELHA (ALTO RISCO EPIDEMIOLÓGICO). TAL SITUAÇÃO ENSEJA, PORTANTO, MAIOR DEMANDA DE ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 FREEZER - TIPO: CIENTÍFICO ULTRATEMPERATURA: -50°C/-86°C

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

Item 1 - 0830.0103.010001

FREEZER - TIPO: CIENTÍFICO ULTRATEMPERATURA: -50°C/-86°C

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATÓRIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

FREEZER - TIPO: CIENTÍFICO ULTRA; TEMPERATURA: -50°C/-86°C; VOLTAGEM: 220 VOLTS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: MÍNIMO 300L; GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES; ALARME SONORO: SIM; MEDIDAS EXTERNAS: LARGURA OU PROFUNDIDADE INFERIOR A 800 MM; MEDIDAS INTERNAS: NÃO SE APLICA; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: É IMPRESCINDÍVEL OBSERVAR AS MEDIDAS EXTERNAS POIS AS MESMAS PODEM IMPOSSIBILITAR O INGRESSO DO EQUIPAMENTO NO LABORATÓRIO.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SAUDE ALMOXARIFADO - LACEN - CEVS AVENIDA IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO DISPONIBILIZADO PELO LICITANTE OU SITE DA FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE. 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA). 3. PARA



EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO. 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.