







SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES - CELIC RS

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2021.

INFORMAÇÃO ECAT- DEPLAN/CELIC Nº 0045/2021 PROA Nº 20/1500 0021844 0 PE Nº 0044/2021

PARA: DELIC/CELIC

Assunto: Ref. Análise a proposta e catálogo técnico suscitado no PE 0044/2021

Trata-se de pedido de análise a proposta e ao catálogo técnico, apresentado pela Empresa INDUSLAB, referente ao PE 0044/2021, Lote 1, Item 1, código 0830 0508 009991 - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM SISTEMA PARA CAPTURA E AVALIAÇÃO DE IMAGENS, conforme documentos apresentados às fls. 365/379.

A Equipe Técnica do SEAPDR, Órgão responsável pela solicitação de catalogação do item, manifestou-se conforme e-mail em anexo e transcrito abaixo:

- "Ao analisar a proposta da empresa Induslab e o respectivo catálogo do produto, encontramos os seguintes itens em discordância com o descritivo do Edital:
- 1. Tipo de Tubo: O descritivo do Edital solicita ajuste de dioptria em ambas as oculares, porta (100:0/0:100). De acordo com o catálogo, o microscópio Panthera C com câmera Moticam 1080 / Motic, oferece: Tubo trinocular com divisão 50 % câmera: 50 % oculares fixo, ou seja, tubo que proporciona pouca luminosidade nas oculares e na câmera. O tubo solicitado deve proporcionar 100 % de luminosidade nas oculares e 100 % na câmera, de acordo com a escolha do usuário.
- Suporte de condensador: O descritivo do edital solicita suporte de condensador com movimento vertical e controle do lado esquerdo e direito da estativa. De acordo com o catálogo, o microscópio Panthera C com câmera Moticam 1080 / Motic, oferece: somente controle do lado esquerdo.
- 3. **Câmera:** câmera deve apresentar as seguintes configurações, no mínimo: interfaces HDMI e USB 3.0. De acordo com catálogo, **a câmera ofertada** possui

SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160



assiu*ago*









interface <u>USB 2.0</u>, sendo assim, inferior ao solicitado que é USB 3.0.**Tempo de Exposição:** configurações solicitadas, no mínimo, de 0,001 segundo a 10,0 segundos, tamanho do pixel de, **no máximo**, 2,2 µm x 2,2 µm. De acordo com o catálogo, **a câmera ofertada oferece** <u>0,06 ms - 900 ms = 0,9 s e 2,8 µm pixel</u>, características que diferem do descritivo e interferem na qualidade da imagem.

4. Assistência técnica: De acordo com o descritivo do Edital, a licitante deverá indicar assistência técnica autorizada pelo fabricante, com sede no Rio Grande do Rio Grande do Sul. A Biogen Biotecnologia e Química Ltda, comercializa equipamentos para laboratórios, não realiza a assistência técnica (manutenção, consertos, etc.) aos equipamentos fornecidos.

Pelo exposto, concluímos que a proposta apresentada não atende o Edital. ". Grifei

Desta forma, diante da manifestação exposta acima, devolvemos o expediente para conhecimento.

Contudo, à consideração superior.

Joycemar Moreira da Silva, Analista Especial ECAT-DEPLAN/CELIC

Jairo H. Maciel Jr.,
Gerente Substituto ECAT- DEPLAN/CELIC

De acordo. Encaminha-se ao DELIC/CELIC para conhecimento.

DEPLAN/CELIC, 10 de fevereiro de 2021.

Sibele de Almeida Geiss, Diretora DEPLAN/CELIC



SUBSECRETARIA CENTRAL DE LICITAÇÕES – CELIC RS AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501 – 2º ANDAR – CEP: 90110-150 FONE: (51) 3288-1160







Nome do documento: 0045 21 PROA 20 1500 0021844 0 - DELIC CELIC - ANALISE PROPOSTA E CATALOGO TECNICO LOTE 1.doc

Documento assinado por

Joycemar Moreira da Silva Jairo Holthausen Maciel Junior Igor Amur Calinin

Órgão/Grupo/Matrícula

SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 260853701 SEPLAG / ECAT/DEPLAN / 349711901 SEPLAG / DEPLAN/CELIC / 350994001

Data

10/02/2021 15:32:27 10/02/2021 15:41:31 10/02/2021 15:48:15

