



## Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA

## SECRETARIA

CELIC

## UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

SPGG - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

## E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

## ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

## TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 31332

EDITAL NÚMERO: 632 / 2022

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/07/2022 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 22/2000-0056821-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

## OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

## JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO PARA O LACEN

## DESCRIÇÃO DO OBJETO

## Lote 1 BALANÇA ANALÍTICA 5 DÍGITOS 120/220 G

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0183.010029

**BALANÇA ANALÍTICA 5 DÍGITOS 120/220 G****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** un**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA**

BALANÇA ANALÍTICA - TIPO: BALANÇA ANALÍTICA COM CAPACIDADE PARA CINCO CASAS DECIMAIS (0,00001 MG); PRATO: AÇO INOX; CAPACIDADE: 120 G A 220 G; INDICADOR DE NÍVEL: SIM; REPETITIVIDADE: MENOR OU IGUAL A 0,05MG; TENSÃO: BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TARA. DEVERÁ SER APROVADA E LACRADA PELO INMETRO. DEVERÁ POSSUIR CAPELA COM ABERTURAS NOS LADOS E NO TOPO. DEVERÁ POSSUIR DISPLAY DIGITAL E SAÍDA RS-232 OU SUPERIOR. TESTES DIAGNÓSTICOS, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO DE NO MÁXIMO 10 S. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL E CAPA DE PROTEÇÃO. DEVERÁ POSSUIR CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 4**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO**LOCAIS DE ENTREGA**SECRETARIA DA SAUDE ALMOXARIFADO - LACEN - CEVS AVENIDA IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

OBSERVAÇÃO 4

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A INDICAÇÃO DE POSTO(S) DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA.