



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35729

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 20/11/2023

EDITAL NÚMERO: / 2023

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 22/1203-0003208-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0508.010000

**AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE TUNGSTENIO - 0,50MMPB E 0,25MMPB;**

**QUANTIDADE:** 9,0000

**UNIDADE:** un

**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**

AVENTAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA DE TUNGSTENIO - **MODELO:** PADRÃO; **COMPRIMENTO MÍNIMO:** 110 CM; **LARGURA MÍNIMA:** 60 CM; **COR:** INDIFERENTE; **ESTERILIDADE:** NÃO ESTERIL;

**MATERIAL:** TUNGSTENIO; **COMPRIMENTO DA MANGA:** NÃO SE APLICA; **FECHAMENTO:** VELCRO, TIRAS ALTO COLANTES OU FAIXA ABDOMINAL QUE AJUSTE O AVENTAL AO CORPO; **APRESENTAÇÃO**

**COMERCIAL:** UNIDADE; **GARANTIA:** 12 MESES; **REGISTRO:** ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE; **ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR:** PROTEÇÃO NA FRENTE DE 0,50MMPB E COSTAS DE 0,25MMPB;

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:** 1, 1013

**CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:** NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 9

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:**

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA \*