

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - DS
CMOBM
PARECER TÉCNICO PE 923/CELIC/2023

OBJETO DE ANÁLISE: Solicitação de PARECER TÉCNICO do Pregão Eletrônico 923/2023 LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9 e 9.

Assunto: Análise catálogo técnico.

Destino: CELIC

MATERIAL APRESENTADO: Proposta vencedora no pregão eletrônico nº 923/2023

RELATÓRIO:

Análise da Proposta LOTE 1: Item 1 - 0910.0457.000065 LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA- 21MM

Marca ofertada: MK Life - Lima Pro-T Sortida 21mm c/6

Na especificação técnica deste item consta que este deve conter 55% de NI e 45% de TI. Porém, observa-se que, em relação ao material ofertado na proposta em questão, **NÃO consta** no catálogo a composição da liga metálica de NiTi, não sendo possível, SMJ, aceitar esta marca de lima ofertada.

Análise da Proposta LOTE 2: Item 1 - 0910.0457.000066 LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA- 25MM

Marca ofertada: MK Life - Lima Pro-T Sortida 25mm c/6

Na especificação técnica deste item consta que este deve conter 55% de NI e 45% de TI. Porém, observa-se que, em relação ao material ofertado na proposta em questão, **NÃO consta** no catálogo a composição da liga metálica de NiTi, não sendo possível, SMJ, aceitar esta marca de lima ofertada.

Análise da Proposta LOTE 3: Item 1 - 0910.0457.000072 LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE 25MM MEDIUM

Marca ofertada: Maillefer - recíprocante Medium

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Análise da Proposta LOTE 4: Item 1 - 0910.0457.000073 LIMA ENDODÔNTICA

RECIPROCANTE 21MM MEDIUM

Marca ofertada: Easy, - Lima R 35.05 21mm c/4

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, **NÃO atende** as especificações técnicas exigidas no termo de referência, pois no catálogo consta que a lima ofertada apresenta movimentos reciprocanes com ângulo de 270° para a esquerda e de 30° para a direita. Porém, nas especificações técnicas do termo de referência consta que os movimentos reciprocanes devem ser de 270° para a esquerda e de 90° para a direita

Análise da Proposta LOTE 5: Item 1 - 0910.0457.000074 LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE 25MM PRIMARY

Marca ofertada: Maillefer - Primary 25 mm

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Análise da Proposta LOTE 6: Item 1 - 0910.0457.000075 LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE 21MM PRIMARY

Marca ofertada: Maillefer - primary 21mm

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Análise da Proposta LOTE 7: Item 1 - 0910.0457.000076 LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE - 25MM

Marca ofertada: Maillefer - reciprocante 25mm

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Análise da Proposta LOTE 8: Item 1 - 0910.0457.000077 LIMA ENDODÔNTICA RECIPROCANTE - 21MM

Marca ofertada: Maillefer - reciprocante 21mm

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

Análise da Proposta LOTE 9: Item 1 - 0910.0457.009999 LIMA RECIPROCANTE 25MM LARGE

Marca ofertada: Maillefer - reciprocante Large

Observa-se que o material ofertado na proposta em questão, atende as especificações técnicas exigidas no termo de referência.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, os produtos oferecidos pelas propostas vencedoras referentes aos **lotes: 03, 05, 06, 07, 08 e 09** têm **PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL**, estando de acordo com as especificações técnicas do termo de referência.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2023.

CRISTINA DALL'AGNOL RODRIGUES- CAP QOES

Chefe do Setor de compras

ID FUNC 2888971