



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 35882

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 05/12/2023

EDITAL NÚMERO: 56 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 23/01/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 23/2000-0159369-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO - ITEM: EQUIPAMENTO RT-PCR EM TEMPO REAL

JUSTIFICATIVA

DOS DIAGNÓSTICOS DE RAIVA REALIZADOS TODOS OS ANOS NO RIO GRANDE DO SUL, NO CENTRO DE DIAGNÓSTICO E PESQUISAS DE ELDORADO DO SUL – CPVDF, LIGADO AO DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO E PESQUISA AGROPECUÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO (DDPA/SEAPI), CERCA DE 80% SÃO AMOSTRAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIANTE DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO (LEI Nº11794 DE 2008), QUE REGULA A UTILIZAÇÃO DE ANIMAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS E PESQUISA, E DOS CUSTOS ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DE BIOTÉRIO PARA OBTENÇÃO DE ANIMAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA BIOLÓGICA, É NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DA RT-PCR EM TEMPO REAL PARA O DIAGNÓSTICO DE RAIVA EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉTODO UTILIZADO ATUALMENTE. ALÉM DISSO, SERÁ POSSÍVEL REDUZIR O TEMPO DE DIAGNÓSTICO PARA ATÉ CINCO DIAS (COMPARADO AOS 30 DIAS ATUAIS NECESSÁRIOS PARA A PROVA BIOLÓGICA). DIANTE DA SITUAÇÃO POSTA, O EQUIPAMENTO É ESSENCIAL E TEM NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO COM URGÊNCIA, VISTO QUE É NECESSÁRIO PARA QUE SEJA DADA CONTINUIDADE AO DIAGNÓSTICO DESTA ZOOSE E PARA QUE, A PARTIR DESTA AQUISIÇÃO, SEJA CELEBRADO NOVO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL (SEAPI/RS) E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REAL TIME PCR (RT-PCR) É UM MÉTODO LABORATORIAL QUE UTILIZA A ENZIMA TRANSCRIPTASE REVERSA PARA TRANSFORMAR O RNA DO VÍRUS EM DNA COMPLEMENTAR. É USADO PARA QUANTIFICAR UM RNA ESPECÍFICO, NESTE CASO O RNA VIRAL. A REAÇÃO DE AMPLIFICAÇÃO É VISUALIZADA POR FLUORESCÊNCIA, PERMITINDO QUE AMOSTRAS POSITIVAS SEJAM VISUALIZADAS COM A UTILIZAÇÃO DE MICROSCÓPIO APROPRIADO. ESSA TÉCNICA É AMPLAMENTE UTILIZADA PARA DIAGNÓSTICO, INCLUSIVE TORNOU-SE AINDA MAIS CONHECIDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID19. A COMPRA DO EQUIPAMENTO DE RT-PCR PARA DIAGNÓSTICO DA RAIVA NO RS AUXILIARÁ NA VIGILÂNCIA DA DOENÇA, JÁ QUE OS RESULTADOS SERÃO OBTIDOS MAIS RAPIDAMENTE E COM ALTA SENSIBILIDADE.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTO RT-PCR EM TEMPO REAL

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 272.832,00

Item 1 - 0830.0183.010000

EQUIPAMENTO RT-PCR EM TEMPO REAL

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 272.832,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO RT-PCR EM TEMPO REAL - **USO:** PARA ANÁLISE DE ÁCIDOS NUCLEÍCOS; **CAPACIDADE:** PLACAS C/ 96 POÇOS; **VOLUME:** 0,2 ML.; **TIPO DE ENSAIO:** QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS; **SOFTWARE:** INTERATIVO E INTUITIVO. TECNOLOGIA C/ 5 CANAIS ACOPLADOS C/ LED BRANCO; **TELA TOUCHSCREEN:** SIM; **TECNOLOGIA:** PERMITE O CONTROLE DE 6 ZONAS DE TEMPERATURA DENTRO DO BLOCO; **ACOMPANHA:** LAPTOP; CABO DE FORÇA; GUIA DO USUÁRIO E GUIA RÁPIDO; TREINAMENTO IN LOCO; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO ITEM:** PERMITE EXECUTAR PROTOCOLOS COM DIVERSAS CONDIÇÕES DE AMPLIFICAÇÃO; POSSIBILITA ANÁLISE E ENVIO DE INFORMAÇÕES A NUVEM. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

**OBSERVAÇÕES DOS ITENS:****OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE MAIOR JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE E ESTE NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39 E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 CASO O FABRICANTE NÃO EMITA A DECLARAÇÃO CITADA NO SUBITEM 2.1, O LICITANTE VENCEDOR PODERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO PRÓPRIA ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE DE EVENTUAIS CUSTOS REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 2.3 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1 E 2.2, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROMOVERÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONserto, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*