



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36231

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/02/2024

EDITAL NÚMERO: 124 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 14/03/2024 09:31

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0005665-4

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0857-DIAGNOSTICA (IPB/LACEN/FEPPS);

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, SE FOR O CASO: DIANTE DE TENTATIVAS DE COMPRAS FRACASSADAS/DESERTAS PARA REGISTRO DE PREÇOS (COMPRA 34220), SOLICITARAM TAMBÉM POR COMPRA NORMAL NO LOTE 02 DO PROA 23/2000-0108035-9. COMPRA 35296 - RESULTADO DESERTO. TENDO EM VISTA O HISTÓRICO DE RESULTADOS FRACASSADOS, SOLICITA-SE QUE O CERTAME SEJA PREFERENCIAL PARA AS ME/EPPS. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE DE ATENDER DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIANTE DE TENTATIVAS DE COMPRAS FRACASSADAS/DESERTAS PARA REGISTRO DE PREÇOS (COMPRA 35399). TENDO EM VISTA O HISTÓRICO DE RESULTADOS FRACASSADOS, SOLICITA-SE QUE O CERTAME SEJA PREFERENCIAL PARA AS ME/EPPS.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 TESTE ENZIMAIMUNOENSAIO (EIA) PARVOVIRUS B19

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 53.750,40

Item 1 - 0857.0133.000154

TESTE ENZIMAIMUNOENSAIO (EIA) PARVOVIRUS B19

QUANTIDADE: 960,0000

UNIDADE: ts

VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,99

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (IPB/LACEN/FEPPS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TESTE ENZIMAIMUNOENSAIO (EIA) EM SORO OU PLASMA; TIPO SANDUI CHE DE MICROCAPTURA PARA DETECCAO DE ANTICORPOS IGM DO PARVOVIRUS B19

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 175

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 960

Lote 2 MENINGITE (25 TESTES) PASTOREX - MARCA BIO-RAD

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 7.919,88



Item 1 - 0857.0133.000047

MENINGITE (25 TESTES) PASTOREX - MARCABIO-RAD

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: kt

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.979,97

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA (IPB/LACEN/FEPPS)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

KIT DE LATEX PARA DETECÇÃO DE ANTÍGENOS SOLÚVEIS DE NEISSE-RIA MENINGITIDIS, SOROGRUPOS A, C, Y/W 135, B/E. COLI K1 E HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE E STREPTOCOCCUS SOROGRUPO B, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: REAGENTES EM PARTÍCULAS DE LATEX, SENSIBILIZADAS A PARTIR DE ANTICORPOS MONOCLONAIS DE CAMUNDONGOS E POLICLONAIS DE COE- LHO, A SEREM UTILIZADOS EM AMOSTRAS DE LÍQUOR (L.C.R.) E SO- RO, CONTENDO OS SEGUINTE REATIVOS: 01) REAGENTE 1: UM FRASCO DE 1,2 ML DE LATEX NA COR BRANCA, ESPECÍFICO PARA N. MENINGITIDIS GRUPO B/E. COLI K1; 02) REAGENTE 2: UM FRASCO DE 1,2 ML DE LATEX NA COR VIOLE- TA, SENDO O CONTROLE NEGATIVO DO REAGENTE 01; 03) REAGENTE 3: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR BRANCA, ESPECÍFICO PARA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B; 04) REAGENTE 4: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR VERDE, ESPECÍFICO PARA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE; 05) REAGENTE 5: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR AMARE- LA, ESPECÍFICO PARA STREPTOCOCCUS SOROGRUPO B; 06) REAGENTE 6: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR AZUL, ESPECÍFICO PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A; 07) REAGENTE 7: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR VERME- LHA, ESPECÍFICO PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C; 08) REAGENTE 8: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR ROSA, ESPECÍFICO PARA N. MENINGITIDIS GRUPO Y/W 135; 09) REAGENTE 9: UM FRASCO DE 0,4 ML DE LATEX NA COR PURPU- RA, SENDO O CONTROLE NEGATIVO DOS REAGENTES 3,4,5,6,7 E 8; 10) REAGENTE 10: UM FRASCO COM ANTÍGENOS POLIVALENTE LÍQ- UÍDIZADOS (N. MENINGITIDIS GRUPOS A, B, C, Y/W 135 E HAEMOPHI- LUS INFLUENZAE TIPO B, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE E STREPTOCO- CCUS SOROGRUPO B) PARA RECONSTITUIÇÃO COM 1 ML DE ÁGUA ESTE- RIL, SENDO O CONTROLE POSITIVO, COM VOLUME SUFICIENTE PARA 20 REACÕES; 11) REAGENTE 11: UM FRASCO COM 40 ML DE DILUENTE PARA AMOS- TRAS DE SORO E FLUIDO PLEURAL; 12) CARTÕES DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REACÕES; 13) BASTÕES DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REACÕES; 14) 50 SLIDES PARA LATEX ESPECÍFICO DE N. MENINGITIDIS GRU- PO B (R1) E O SEU CONTROLE NEGATIVO (R2); EM KIT PARA 25 DETERMINAÇÕES (TIPO PASTOREX MENINGITIS/SANO- FI DIAGNOSTICS PASTEUR OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUA- LIDADE SUPERIOR). OBSERVAÇÕES: * O KIT DEVERA SER PREVIAMENTE TESTADO E APROVADO PELO LA- CEN; ** BASEADOS EM DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO DIAGNÓSTICO DE ME- NINGITES BACTERIANAS EM NOSSO PAÍS, NÃO PODERÃO SER ACEITOS KITS QUE CONTENHAM ANTÍGENOS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO A E N. MENINGITIDIS GRUPO C ASSOCIADOS; DA MESMA FORMA, NEM AN- TÍGENOS PARA N. MENINGITIDIS GRUPO C E N. MENINGITIDIS GRUPO W 135 ASSOCIADOS. MARCA BIO-RAD

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 175

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTO MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 175

** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUIR: O LICITANTE VENCEDOR, DEVERÁ ENTREGAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO E CATALOGO TÉCNICO ONDE CONTENHAM AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. ESTES DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE AO ÓRGÃO REQUISITANTE, EM HORÁRIO COMERCIAL, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL. EM PRAZO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE. A NÃO ENTREGA DOS MESMOS EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DESTES ITENS. TESTES JÁ APROVADOS E QUE NÃO TIVERAM SOFRIDO MODIFICAÇÕES NO PRODUTO, PODERÃO SER DISPENSADOS DESSE PROCESSO APÓS O CONTATO COM O SETOR TÉCNICO DO ÓRGÃO. OS KITS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NACIONAL O QUE DEVERÁ SER COMPROVADO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DAS AMOSTRAS AO SOLICITANTE. DIAGNÓSTICA/REAGENTE: O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS PARA TESTE DE DROGAS NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 3 MESES E PARA DIAGNÓSTICA NÃO DE VERA SER INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTOS IMPORTADOS: PARA PRODUTOS IMPORTADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE, O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE, EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA DO PAÍS DE ORIGEM, OU LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA BRASILEIRA.