



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36576

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 15/04/2024

EDITAL NÚMERO: 258 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0005317-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA. NÃO SE APLICA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ORS-30 220V - MARCA SANDER

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010270

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ORS-30 220V - MARCA SANDERS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA - TIPO DE AGUA PRODUZIDA: PURIFICADA; TIPO DE AGUA DE ENTRADA: DEVE SER DEFINIDA PELO CLIENTE; VOLUME DE AGUA PRODUZIDA: 30LITROS/HORA; VOLTAGEM: 220V; ESTAGIOS DO SISTEMA DE PRÉ TRATAMENTO DA AGUA: 1º ESTAGIO: ELEMENTO DE POLIPROPILENO; 2º ESTAGIO: ELEMENTO DE CARVÃO ATIVADO; 3º ESTAGIO: RESINA MSTA (DESMINERALIZADOR); 4º ESTAGIO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS; TIPO DE SUPORTE: FIXAÇÃO NA PAREDE OU PEDESTAL OU CAVALETE; MATERIAL DO SUPORTE: AÇO INOXIDAVEL; CONSUMO: 180 VA À 850 VA; DIMENSÕES: (LXPXA) 50 X 50 X 130; PESO: 25KG; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA: 90 DIAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MARCA SANDERS.;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.