

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
HBM/SM – “HOSPITAL Cel IZIDRO”

Da Adjunta do Setor Cirúrgico HBMSM

Ao Sr. Chefe do Setor de Compras do Departamento de Saúde

Assunto: Parecer proposta final

Trata-se de um parecer referente à Dispensa de Licitação 0258/DS/2024 cujo objeto é a aquisição de Sistema de Osmose Reverso para o Hospital da Brigada Militar de Santa Maria.

Com base no catálogo do produto e nas informações fornecidas pela empresa sobre suas características, gostaria de observar que existem algumas diferenças entre o descritivo e o objeto em questão.

1) Tamanho solicitado: 50x50

Tamanho ofertado pela empresa: 40x40

2) Tamanho reservatório solicitado: 50 litros

Tamanho reservatório ofertado pela empresa: 12 a 40 litros

3) Material solicitado: Inox

Material Ofertado: Material metálico, com pintura epóxi.

Diante do exposto, levando em conta o catálogo fornecido e as informações prestadas pela empresa informo que o produto não está de acordo com o descritivo do produto.

Santa Maria, 23 de abril de 2024.


Luana Lacerda Rosa – Cap QOES

Adjunta Setor Cirúrgico HBM/SM



Nome do documento: Parecer Osmose.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

LUANA LACERDA ROSA

BM / HBM-SM/B.CIR / 454045001

23/04/2024 11:03:24





CARTA PROPOSTA

AO Estado do Rio Grande do Sul por intermédio da Brigada Militar / Departamento de Saúde.

Ref.: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0258DS2024 – Carta Proposta de Fornecimento.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme o termo de referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

Item	DESCRIÇÃO	Unid.	Quant.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SISTEMA DE OSMOSE REVERSA - TIPO DE AGUA PRODUZIDA: PURIFICADA; TIPO DE AGUA DE ENTRADA: DEVE SER DEFINIDA PELO CLIENTE; VOLUME DE AGUA PRODUZIDA: 30LITROS/HORA; VOLTAGEM: 220V; ESTAGIOS DO SISTEMA DE PRÉ TRATAMENTO DA AGUA: 1º ESTAGIO: ELEMENTO DE POLIPROPILENO; 2º ESTAGIO: ELEMENTO DE CARVÃO ATIVADO; 3º ESTAGIO: RESINA MISTA (DESMINERALIZADOR); 4º ESTAGIO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS; TIPO DE SUPORTE: FIXAÇÃO NA PAREDE OU PEDESTAL OU CAVALETE; MATERIAL DO SUPORTE: AÇO INOXIDAVEL; CONSUMO: 180 VA À 850 VA; DIMENSÕES: (LXPXA) 50 X 50 X 130; PESO: 25KG; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA: 90 DIAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MARCA SANDERS.;	UND	1	PROTONS BRASIL / OSMOSE REVERSA 4 ESTÁGIOS	R\$21.000,00	R\$21.000,00
TOTAL	R\$ 21.000,00 (Vinte e um mil reais)					

VALIDADE DA PROPOSTA	60 (Sessenta) dias	DADOS DA EMPRESA
PRAZO DE ENTREGA	Conforme edital	RAZÃO SOCIAL: GTX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 37.596.389/0001-90 Insc.Estadual: 260563897 Endereço: Rua Nelson Martins, 1771, Edificio Gustavo Kirchner, sala 2, Centro, Palhoça/SC, CEP: 88131-300 Tel: (48) 98866-4452 Endereço de e-mail: documentacao.gtx@gmail.com Banco: BANCO DO BRASIL – Nº 0001 AG: 0016-7 CC: 95561-2
GARANTIA	12 (Doze) meses	
PAGAMENTO	30 (Trinta) dias	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	Nacional	
OPTANTE PELO SIMPLES	SIM	
INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	NÃO INCLUSO	



GTX
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DADOS REPRESENTANTE LEGAL: MARINA MENDES GERTRUDES - CARGO: PROPRIETÁRIA

CPF: 097.708.259-80 - RG:5499785 – SSP/SC

-Declaramos que **estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos**, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no edital, Termo de Referência e Contrato, não havendo concordância entre os termos prevalecerá o que está no edital.

-Declaramos **estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal**, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.

-Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

-Declaro que nos preços propostos encontram-se **incluídos todos os tributos**, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, impostos, tributos, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

A empresa GTX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI declara que:

a) Nos valores das propostas de preços estão incluídas todas as despesas com tributos e fornecimento de certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais e outros de qualquer natureza e, ainda, gastos com transportes e acondicionamento em embalagens adequadas, conforme caso;

b) Atende todas as exigências técnicas mínimas, prazos de entrega ou de prestação, cronograma de execução e as respectivas quantidades, conforme caso;

c) Caso seja vencedora no certame, submete-se a todas as condições estabelecidas neste Edital e na minuta do contrato que o integra, sob pena de rescisão unilateral do contrato.

d) Validade mínima da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data da apresentação dos envelopes de proposta de preços e de documentos para habilitação à Comissão Municipal de Licitação.

e) Prazo de entrega / execução de acordo com as previsões do Edital.

Palhoça - SC, 22 de abril de 2024


GTX MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME
37.596.389/0001-90

MARINA MENDES GERTRUDES

EMPRESÁRIA

RG: 5499785 – SSP/SC

CPF: 097.708.259-80



**OSMOSE REVERSA
POR30-4**

Aplicações

- Sistemas de purificação de água Osmose Reversa.
- Manipulação de medicamentos não parenterais
- Câmaras climatizadas
- Controle de qualidade em laboratórios
- Antecedendo ultrapurificadores
- Fornecer água desmineralizada com baixa condutividade (Padrão API)

Características

Projetadas para anos de desempenho.

- Estrutura simples e confiável
- Tubulação branca
- 100% testado em fábrica
- Bomba de pressurização
- Controle automático
- 4 estágios de purificação: Carbon Block / Carvão ativado; Membrana; Coluna Deionizadora / Coluna Deionizadora.

Material e Estrutura

- Fixação em parede ou apoiada na base.
 - Skid metálico com pintura epóxi
-

- Plástico de engenharia
- Carcaças padrão: 10" x 2,5" Azul
- Dimensões (LxAxP): 40 x 40 x 20cm

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

Pressão de entrada	PH	Alimentação automática	Vazão de Serviço	Controle
0 - 4Kgf/cm ²	6,0 a 8,0	110 – 220V	30 L/h	Automático

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Código	Modelo	Pré tratamento	Vazão	Membrana	Polimento
POR30-4	POR30-4	PP + CTO	30 litros / hora (0,50 L/Min)	150 GPD	Resina Mista

Consumíveis	POR30-4
Cartucho PP	10x2,5
Carbon Block	10x2,5
Membrana (GPD)	150 GPD
Coluna resina mista	10x2,5



Obs: Imagem meramente ilustrativa, podendo ocorrer variações.