



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

DA - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

E-MAIL

DIVISAO-COMPRAS@SAUDE.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36689

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/04/2024

EDITAL NÚMERO: 316 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/05/2024 09:00

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0044134-5

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR LOTE

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS COMUNS ÀS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA GENÔMICA, ANÁLISES GENÉTICAS DO TESTE DO PEZINHO, DIAGNÓSTICO DE SARS-COV-2, MONKEYPOX, FEBRE AMARELA, DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, RAIVA, ENTRE OUTRAS. NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 INSUMOS CEVS-CDCT

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0830.0441.000008

KIT DE EXTRACAO DE DNA DE SANGUE (250 REACOES)

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: kt

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

- KIT PARA PURIFICACAO DE DNA TOTAL PARA REALIZACAO EM REA- COES DE PCR E SOUTHERN BLOTTING; - O DNA PURIFICADO DEVERA SER DE ATE 50KB; - O KIT DEVE INCLUIR COLUNAS ESPECIFICAS PARA A EXTRACAO DE DNA; - O DNA PURIFICADO DEVERA ESTAR LIVRE DE PROTEINAS, NUCLE- ASE E OUTROS RESIDUOS; - SUFICIENTE PARA 250 REACOES; ** TIPO KIT MINI DA QUIAGEM OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR*

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 175, 176

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 2 - 0830.0507.010070

TAQ PLATINUM 500 DNA FREE INVITROGEN/THERMOFISHER

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: fr

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAQ PLATINUM 500 DNA FREE - TIPO: ENZIMA DE ALTA FIDELIDADE UTILIZADA PARA AMPLIFICAR FRAGMENTOS DE DNA; USO: REACAO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR); TECNOLOGIA: HOT-START AUTOMATICO; MARCA: INVITROGEN/THERMOFISHER; AÇÃO: POLIMERIZAR NUCLEOTIDEOS DURANTE A SINTESE DE FRAGMENTOS DE DNA. DEVE SUPORTAR 55 CICLOS NA PCR; CONCENTRAÇÃO: 5U/L; APRESENTACAO: FRASCO COM 500 REACOES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA: <u>SECRETARIA DA SAUDE</u> CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4
Item 3 - 0830.0507.010088 CONJUNTO PAR DE PRIMERS E SONDA FAM QUANTIDADE: 4,0000 UNIDADE: cj FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO DE SONDAS/PRIMER PARA PCR EM TEMPO REAL - USO: REACOES DE PCR EM TEMPO REAL; COMPOSIÇÃO: PAR DE PRIMERS E 1 SONDA CUSTOMIZADOS, SENDO A SONDA COM MODIFICAÇÃO NA EXTREMIDADE 5' (FAM) E QUENCHER NA EXTREMIDADE 3'; ESCALA DE SINTESE: 200 NMOL; PURIFICACAO: HPLC; UNIDADE LICITATORIA: CONJUNTO; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PARA USO EM EQUIPAMENTO BIORAD E/OU ABI 7.500;; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAS DE ENTREGA: <u>SECRETARIA DA SAUDE</u> CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4
Item 4 - 0830.0507.010087 CONJUNTO PAR DE PRIMERS E SONDA HEX OU VIC QUANTIDADE: 4,0000 UNIDADE: cj FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO DE SONDAS/PRIMER PARA PCR EM TEMPO REAL - USO: REACOES DE PCR EM TEMPO REAL; COMPOSIÇÃO: 1 PAR DE PRIMERS E 1 SONDA CUSTOMIZADOS, SENDO A SONDA COM MODIFICAÇÃO NA EXTREMIDADE 5' VIC OU HEX E NA EXTREMIDADE 3' COM QUENCHER; ESCALA DE SINTESE: 200 NMOL; PURIFICACAO: HPLC; UNIDADE LICITATORIA: CONJUNTO; INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: PARA USO EM EQUIPAMENTO BIORAD E/OU ABI 7.500;; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAS DE ENTREGA: <u>SECRETARIA DA SAUDE</u> CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4
Item 5 - 0830.0507.010091 FILME ADESIVO DE ALUMINIO PARA VEDACAO DE PLACAS OPTICAS EM APLICAÇÕES DE PCR QUANTIDADE: 6,0000 UNIDADE: pa FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FILME ADESIVO DE ALUMINIO PARA PLACAS OPTICAS - USO: VEDAÇÃO DE PLACAS OPTICAS NAS APLICAÇÕES DE PCR; TIPO: LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGENIOS; MATERIAL: ALUMINIO; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: NO MÍNIMO -40°C A +100 °C; NUMERO DE POÇOS: 96 POÇOS; PRÉ ESTERELIZADO: NÃO; APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 FILMES; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAS DE ENTREGA: <u>SECRETARIA DA SAUDE</u> CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6
Item 6 - 0830.0507.010098 KIT SNAPSHOT MULTIPLEX THERMOFISHER QUANTIDADE: 1,0000 UNIDADE: kt FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: KIT SNAPSHOT MULTIPLEX THERMOFISHER - USO: MINISSEQUENCIAMENTOS GENÉTICOS SNPS NA PLATAFORMA ABI3500; MARCA: THERMOFISHER SNAPSHOT® MULTIPLEX KIT, Nº DO CATÁLOGO DA THERMOFISHER 4323161; COMPATÍVEL: SEQUENCIADOR GENÉTICO ABI 3500 E PADRAO GS LIZ 120; APRESENTAÇÃO: KIT SUFICIENTE PARA 1000 REACOES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAS DE ENTREGA: <u>SECRETARIA DA SAUDE</u> CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1
Item 7 - 0830.0507.010169



TIRAS DE 8 TUBOS DE PCR 0,2ML COM TIRAS DE TAMPAS - 0,2ML	
QUANTIDADE: 4,0000	UNIDADE: em
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
TIRAS DE 8 TUBOS DE PCR 0,2ML COM TIRAS DE TAMPAS - TIPO: TIRAS DE 8 TUBOS COM TIRAS DE 8 TAMPAS NÃO ACOPLADAS; USO: REAÇÕES DE PCR; VOLUME: 0,2ML; MATERIAL: POLIPROPILENO; GRAU DE PUREZA: LIVRE DE DNASE E RNASE; AUTOCLAVAVEL: SIM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 125 TIRAS DE TUBOS E 125 TIRAS DE TAMPAS;	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO	
LOCAS DE ENTREGA:	
SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4	
Item 8 - 0830.0507.007347	
PLACA OPTICA	
QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: em
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
PLACA OPTICA PARA 96 AMOSTRAS, DE POLIPROPILENO COMPATIVEL PARA USO NO SISTEMA DE PCR, SISTEMA DE PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL E SEQUENCIADORES AUTOMATICOS DE DNA ABI PRISM, EM EMBALAGEM COM 10 PLACAS	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO	
LOCAS DE ENTREGA:	
SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30	
Item 9 - 0830.0507.007878	
ADESIVO OPTICO P/ PLACA 96 AMOSTRAS	
QUANTIDADE: 20,0000	UNIDADE: cx
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
ADESIVO OPTICO, PARA SER UTILIZADO COMO VEDANTE EM PLACAS DE 96 AMOSTRAS, PARA O EQUIPAMENTO 7500 REAL TIME PCR SYSTEM DA APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL LTDA, EM CAIXA COM 100 UNIDADES (TIPO ABI PRISM OPTICAL ADHESIVE COVERS, REF 4311971 OU SI- MILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR)	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO	
LOCAS DE ENTREGA:	
SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20	
Item 10 - 0830.0639.000086	
REAGENTE - PURIFICACAO PRODUTOS PCR	
QUANTIDADE: 2,0000	UNIDADE: fr
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
REAGENTE PARA PURIFICACAO DE PRODUTOS DE PCR, PARA REMOCAO DE PRIMERS E DESOXINUCLEOTIDEOS. COMPOSTO POR DUAS ENZIMAS: EXONUCLEASE I E SHRIMP ALKALINE PHOSPHATASE. O PRODUTO DEVE PERMITIR QUE A REACAO OCORRA EM APENAS UM TUBO. FRASCO: CONTENDO QUANTIDADE MINIMA PARA REALIZACAO DE "500" REACOES. (REAGENTE TIPO "EXOSAP-IT(R)" OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU QUALIDADE SUPERIOR).	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 197	
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO	
LOCAS DE ENTREGA:	
SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2	
Item 11 - 0830.0639.001789	
AGUA DESTILADA ULTRAPURA LIVRE DNASE / RNASE	
QUANTIDADE: 2,0000	UNIDADE: fr
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO	
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	
AGUA DESTILADA ULTRAPURA, LIVRE DE DNASE E RNASE, PARA APLI- CACAO EM BIOLOGIA MOLECULAR, FILTRADA EM MEMBRANA DE 0,1 M- CROMETROS, EM FRASCO COM 500 ML	



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 12 - 0855.1000.000014

TAMPAO ANALISADOR GENETICO ABI 3500 E 3500XL ANODO

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAMPAO ANALISADOR GENETICO ABI 3500 E 3500XL - USO: APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR NOS ANALISADORES GENETICOS ABI 3500 E 3500XL; TIPO: ANODO; APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE SEQUENCIAMENTOS GENETICOS; MARCA: THERMOFISHER Nº DO CATALOGO 4393927; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 4 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 13 - 0855.1000.000015

TAMPAO ANALISADOR GENETICO ABI 3500 E 3500XL CATODO

QUANTIDADE: 2,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TAMPAO ANALISADOR GENETICO ABI 3500 E 3500XL - USO: APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR NOS ANALISADORES GENETICOS ABI 3500 E 3500XL; TIPO: CATODO; APLICAÇÃO: TODOS OS TIPOS DE SEQUENCIAMENTOS GENETICOS; MARCA: THERMOFISHER Nº DO CATALOGO 4408256; APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 4 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: NO MOMENTO DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE, A VALIDADE DO MESMO NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 80% DO INDICADO PELO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Item 14 - 0855.1000.000013

REAGENTE CONDICIONADOR DE LAVAGEM PARA ABI 3500XL

QUANTIDADE: 4,0000 UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

REAGENTE CONDICIONADOR DE LAVAGEM PARA ABI 3500XL - USO: APLICAÇÕES DE ELETROFORESE CAPILAR NOS ANALISADORES GENETICOS ABI 3500 E 3500XL E SEQSTUDIO FLEX; TIPO: PRONTO PARA USO E USO UNICO; APLICAÇÃO: PARA ESCORVAR A BOMBA DE POLÍMERO, LAVAR A BOMBA DE POLÍMERO ENTRE AS TROCAS DE TIPO DE POLÍMERO E DURANTE O DESLIGAMENTO DO INSTRUMENTO; MARCA: THERMOFISHER Nº DO CATALOGO 4393718; APRESENTAÇÃO: BOLSA UNITARIA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

Item 15 - 0855.0133.010019

POLIMERO PARA ANALIZADOR GENÉTICO 3500/3500XL APPLIED BIOSYSTEMS/THERMOFISHER

QUANTIDADE: 12,0000 UNIDADE: cx

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

POLIMERO PARA ANALIZADOR GENÉTICO 3500/3500XL - APLICAÇÃO: ANÁLISE DE FRAGMENTOS DE SEQUENCIAMENTOS DE DNA/RNA; USO: ANALISADORES GENÉTICOS ABI 3.500 E 3.500XL; TIPO: POP7; MARCA: APPLIED BIOSYSTEMS/THERMOFISHER NÚMERO DO CATÁLOGO A26073;; COMPATIBILIDADE: COM TODOS OS OUTROS REAGENTES (APPLIED BIOSYSTEMS/THERMOFISHER) QUE FAZEM PARTE DOS PROTOCOLOS DE ANÁLISES GENÉTICAS NOS EQUIPAMENTOS ABI 3.500 E 3.500XL; APRESENTAÇÃO: BOLSA PARA 96 AMOSTRAS/PRONTO PRA USO; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

**LOCAS DE ENTREGA:**

SECRETARIA DA SAUDE CEVS - CDCT IPIRANGA 5400 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 175

** CONDIÇÕES PARA ASSINATURA CONTRATUAL ** O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO PARA ENTREGA DO QUE SEGUIR: O LICITANTE VENCEDOR, DEVERÁ ENTREGAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO E CATALOGO TÉCNICO ONDE CONTENHA AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. ESTES DEVERÃO SER ENTREGUES DIRETAMENTE AO ÓRGÃO REQUISITANTE, EM HORÁRIO COMERCIAL, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL. EM PRAZO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE. A NÃO ENTREGA DOS MESMOS EM LOCAL E DATA DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, ACARRETARÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DESTES ITENS. TESTES JÁ APROVADOS E QUE NÃO TIVERAM SOFRIDO MODIFICAÇÕES NO PRODUTO, PODERÃO SER DISPENSADOS DESSE PROCESSO APÓS O CONTATO COM O SETOR TÉCNICO DO ÓRGÃO. OS KITS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NACIONAL O QUE DEVERÁ SER COMPROVADO JUNTAMENTE COM A ENTREGA DAS AMOSTRAS AO SOLICITANTE. DIAGNOSTICA/REAGENTE: O PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS PARA TESTE DE DROGAS NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 3 MESES E PARA DIAGNOSTICA NÃO DE VERA SER INFERIOR A 6 MESES, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PRODUTOS IMPORTADOS: PARA PRODUTOS IMPORTADOS, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR JUNTAMENTE COM AS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE, O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE, EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA DO PAÍS DE ORIGEM, OU LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA BRASILEIRA.

OBSERVAÇÃO 176

AS TIRAS REAGENTES PODEM SER COTADAS EM EMBALAGENS DIFERENTES DA SOLICITADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*