



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 36709

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 30/04/2024

EDITAL NÚMERO: 243 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 20/05/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0006313-1

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

A PEÇA DE MÃO ANGULADA – TRANSMISSÃO 1:2 É ADAPTADA NO MOTOR CIRÚRGICO COM BOMBA PERISTÁTICA QUE SERÁ UTILIZADO PELOS CIRURGIÕES BUCO-MAXILO-FACIAIS QUE ATUAM NO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE PORTO ALEGRE (HBMPA) NAS CIRURGIAS BUCOMAXILO-FACIAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTES. SUA LEVE ANGULAÇÃO DE 20° PROPORCIONA UMA CIRURGIA MAIS PRÁTICA E MENOS CANSATIVA, SUA FUNÇÃO MULTIPLICADORA RESULTA EM 80.000 RPM A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA PELA UO 1260 E COM O RECURSO 1165 (FESP)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PEÇA DE MÃO ANGULADA - TRANSMISSÃO 1:2

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 3.878,77

Item 1 - 0910.0632.010000

PEÇA DE MÃO ANGULADA - TRANSMISSÃO 1:2

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.878,77

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PEÇA DE MÃO ANGULADA - TRANSMISSÃO DA PEÇA DE MÃO: 1:2; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOClave); TIPO DE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; ENCAIXE: COMPATÍVEL COM MOTOR CIRÚRGICO; GARANTIA: MÍNIMO 01 ANO; VELOCIDADE MÁXIMA NA PONTA DA BROCA: 80.000 RPM; TIPO DA PEÇA DE MÃO: ANGULADA; TIPO DE PONTEIRA DA PEÇA DE MÃO ANGULADA: ALONGADA; TIPO DE MATERIAL DA PINÇA DA PEÇA DE MÃO ANGULADA: AÇO INOXIDÁVEL;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.