

**RE: PE 0230/2024 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO**

Fernanda De Mello <fernanda-mello@saude.rs.gov.br>

Qua, 05/06/2024 11:40

Para: Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

Cc: Loeci Natalina Timm <loeci-timm@saude.rs.gov.br>; Jose Paulo Meira Da Rocha <jose-paulo@saude.rs.gov.br>; Reservatórios e Vetores Lacen - [ SES ] <resvet@saude.rs.gov.br>

Em uma nova análise detalhada da proposta do revendedor Pebrsul e o catálogo do produto ofertado pela proponente Carl Zeiss do Brasil Ltda o mesmo não atende a descrição do Termo de Referência.

Justificativa:

Consta no catálogo em Especificações Técnicas, p.21 a descrição do zoom manual e intervalo de zoom 5:1 (0,8-4,0) e a faixa de magnificação 4x-40x . Estas características não atendem a descrição do objeto do termo de referência. Sendo necessário adaptação de lentes auxiliares o que torna o uso complexo e sem precisão.

Portanto solicito a retificação da avaliação anterior emitida em 31/5/2024.

Atenciosamente,

*Fernanda de Mello*  
*Bióloga CRBio 04624-03D*  
Laboratório de Reservatórios e Vetores  
Seção de Análises Ambientais e de Produtos  
LACEN/CEVS/SES-RS  
Fone: 51 3288 4014  
Av. Ipiranga, 5400, sala 33  
Bairro Jardim Botânico CEP 90610 000  
Porto Alegre/RS

---

**De:** Fernanda De Mello <fernanda-mello@saude.rs.gov.br>

**Enviado:** sexta-feira, 31 de maio de 2024 15:24

**Para:** Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

**Cc:** Jose Paulo Meira Da Rocha <jose-paulo@saude.rs.gov.br>; Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>; Loeci Natalina Timm <loeci-timm@saude.rs.gov.br>; Reservatórios e Vetores Lacen - [ SES ] <resvet@saude.rs.gov.br>

**Assunto:** RE: PE 0230/2024 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

O produto ofertado atende o edital e as necessidades do laboratório.

Em contato com o fornecedor este esclareceu as dúvidas e enviou a declaração em anexo completando a descrição.

Atenciosamente,

*Fernanda de Mello*  
*Bióloga CRBio 04624-03D*  
Laboratório de Reservatórios e Vetores  
Seção de Análises Ambientais e de Produtos  
LACEN/CEVS/SES-RS  
Fone: 51 3288 4014  
Av. Ipiranga, 5400, sala 33  
Bairro Jardim Botânico CEP 90610 000  
Porto Alegre/RS

---

**De:** Jose Paulo Meira Da Rocha <jose-paulo@saude.rs.gov.br>

**Enviado:** sexta-feira, 31 de maio de 2024 07:11

**Para:** Reservatórios e Vetores Lacen - [ SES ] <resvet@saude.rs.gov.br>; Fernanda De Mello <fernanda-mello@saude.rs.gov.br>

**Assunto:** ENC: PE 0230/2024 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

Bom dia.

Solicito avaliação da proposta, com base nas especificações do edital acima, e dos catálogos enviados pelo ofertante, abaixo anexados. Caso necessite de mais informações, favor solicitar diretamente ao pregoeiro.

Att,

*José Paulo Rocha*

LACEN/CEVS/SES/RS

(51) 3288.4009

---

**De:** Joycemar Moreira da Silva <joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 29 de maio de 2024 16:39

**Para:** Jose Paulo Meira Da Rocha <jose-paulo@saude.rs.gov.br>; Danielle Ferreira Lima Nunes <danielle-nunes@saude.rs.gov.br>

**Cc:** Pregoeiros - CELIC - [ SPGG ] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

**Assunto:** PE 0230/2024 - LOTE 1 - ANALISE PROPOSTA FINAL E CATALOGO TECNICO

 [LOTE 1 - CATALOGO TECNICO 3.pdf](#)

 [LOTE 1 - Manual do Equipamento 1.pdf](#)

 [LOTE 1 - PROPOSTA FINAL 4.pdf](#)

Prezados,

Informo que hoje, dia 29/05/2024, foi recebida proposta final e catálogo técnico (em anexos) do produto ofertado **PE 023/2024, no lote 01**, pela empresa CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se os produtos ofertados atendem a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que a divulgação do resultado foi **AGENDADO PARA O DIA 31/05/2024 ÀS 14HS.**

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Atenciosamente,

	<p><b>GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL</b> SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GOVERNANÇA E GESTÃO</p>	<p><b>Joycemar Moreira, Pregoeiro (51) 993160474/(51) 3288 1192</b></p> <p><b>Divisão de Pregoeiros DELIC/CELIC</b></p> <p><b>Secretaria Planejamento, Governança e Gestão</b> +55 (51) 3288 1172 • 1173 • 1178</p> <p>CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar Porto Alegre, RS • 90119-900</p> <p><a href="mailto:Joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br">Joycemar-silva@planejamento.rs.gov.br</a></p>
---	---	--