



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37043

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 09/07/2024

EDITAL NÚMERO: 351 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 31/07/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0006766-8

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

O EXAME DE CISTOSCOPIA É REALIZADO DENTRO DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA - HBM/SM, ONDE POSSUÍMOS DUAS SALAS CIRÚRGICAS EQUIPADAS COM APARELHOS DE VÍDEO MARCA STORZ SOB OS NÚMEROS PATRIMONIAIS: 00100377 E 00100378. A CISTOSCOPIA, TAMBÉM CONHECIDA COMO URETROCISTOSCOPIA, É UM PROCEDIMENTO UROLÓGICO DE DIAGNÓSTICO USADO PARA EXAMINAR O INTERIOR DA BEXIGA E DA URETRA, ÓRGÃO QUE TRANSPORTA A URINA DA BEXIGA PARA FORA DO CORPO. O EXAME PODE DIAGNOSTICAR UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES, COMO CÁLCULOS NA BEXIGA, INFECÇÕES E TUMORES. IMPORTANTE DESTACAR QUE ATUALMENTE O CENTRO CIRÚRGICO DA HBM/SM POSSUI TRÊS CAMSAS DE CISTOSCÓPIO SENDO NOS TAMANHOS 17,21 E22 FR, UTILIZADAS CONFORME A AVALIAÇÃO DO ESPECIALISTA PARA OS PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE E O TAMANHO PARA CADA PACIENTE. APÓS REALIZAR CADA PROCEDIMENTO O EQUIPAMENTO OBRIGATORIAMENTE PASSARÁ PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO NO CME, SENDO ASSIM POR POSSUIR APENAS UMA UNIDADE DE CADA TAMANHO, ACABA-SE POR RESTRINGIR O NÚMERO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MESMO DIA/TURNO. POR TANTO NECESSITAMOS A AQUISIÇÃO DAS CAMSAS DE CISTOSCÓPIO DE OUTROS TAMANHOS A FIM DE AUMENTAR A OFERTA DE PROCEDIMENTOS UROLÓGICOS, SUPRIR A DEMANDA JÁ EXISTENTE E OTIMIZAR OS ATENDIMENTOS PELO UROLOGISTA DENTRO DO CENTRO CIRÚRGICO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CAMISA DE CISTOSCÓPIO - COM CISTOSCÓPIO STORZ

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 20.925,00

Item 1 - 0870.0005.009994

CAMISA DE CISTOSCÓPIO - COM CISTOSCÓPIO STORZ

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 6.975,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CAMSA DE CISTOSCÓPIO - **COMPATIBILIDADE:** COM CISTOSCÓPIO STORZ; **AUTOCLAVÁVEL:** SIM; **DIÂMETRO:** DE 19 FR ATÉ 20 FR; **CARACTERÍSTICAS DO CANAL DE TRABALHO:** COMPRIMENTO DO CANAL DE TRABALHO DE PELO MENOS 21 CM ATÉ 24 CM E CANAL DE TRABALHO QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS SEM-RÍGIDOS E FLEXÍVEIS COM DIÂMETRO DE PELO MENOS 7 FR; **REGISTRO:** SIM - ANVISA; **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** A CAMSA DE CISTOSCÓPIO DEVERÁ POSSUIR 02 ENTRADAS LATERAIS (01 A DIREITA E 01 A ESQUERDA), PARA IRRIGAÇÃO/DRENAGEM, COM TORNEIRA DOSADORA DE FLUXO. DEVERÁ ACOMPANHAR A CAMSA DE CISTOSCÓPIO: - 01 OBTURADOR COMPATÍVEL; - 01 PONTE LESCÓPICA (INTERMEDIÁRIO) COM 01 CANAL DE TRABALHO QUE POSSIBILITE USO DE PINÇAS SEM-RÍGIDAS E FLEXÍVEIS DE PELO MENOS 7 FR DE DIÂMETRO, E QUE SEJA COMPATÍVEL TAMBÉM COM INSTRUMENTAIS STORZ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 197, 207

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO



ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; \*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. \*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; \*FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; \* PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 197

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENVIAR AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA SEREM TESTADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DA COMPRA E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE OBSERVAR, E EM HIPÓTESE ALGUMA ENTREGAR PRODUTO QUE NÃO SEJA AQUELE (EX: MARCA, CONCENTRAÇÃO, PUREZA, ETC.) QUE FOI ENVIADO PARA ANÁLISE NO ÓRGÃO REQUISITANTE.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.