



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37119

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/07/2024

EDITAL NÚMERO: 567 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1205-0001240-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO COM ANTICOAGULANTE EDTA-K3 UTILIZADO EM PERÍCIAS REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - ANTICOAGULANTE EDTA K3 - 4 ML - TAMPAROXÁ

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 1.042,02

Item 1 - 0830.0507.000745

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - ANTICOAGULANTE EDTA K3 - 4 ML - TAMPAROXÁ

QUANTIDADE: 14,0000

UNIDADE: cx

VALOR UNITÁRIO: R\$ 74,43

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO - COMPOSIÇÃO DA PAREDE DO TUBO: PLÁSTICO TIPO PET, TRANSPARENTE E INCOLOR; VOLUME: 4 ML; COM TAMPAROXÁ: SIM; TIPO DE TAMPAROXÁ: ROSCA INTERNA; COR DA TAMPAROXÁ: ROXA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ANTICOAGULANTE EDTA-K3; DIMENSÕES MÍNIMAS 13X75MM; TAMPAROSCA DE SEGURANÇA; CAIXA COM NO MÍNIMO 100 UNIDADES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 183

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA/ALMOXARIFADO - SEDE IGP COMENDADOR CORUJA 131 PAVILHÃO 03 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 14

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 183

OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO DE VENCIMENTO COM NO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE.