



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37125

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 18/07/2024

EDITAL NÚMERO: 369 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 07/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0011910-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

O PRESENTE ESTUDO TÉCNICA PRELIMINAR OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRÚRGICO CONTINUO OU INTERMITENTE. NO AMBIENTE HOSPITALAR, EM ESPECIAL NO BLOCO CIRÚRGICO, É FUNDAMENTAL CONTAR COM EQUIPAMENTOS DE ALTA QUALIDADE PARA GARANTIR A SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. UM DOS EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS NESSE CONTEXTO É O ASPIRADOR CIRÚRGICO. O ASPIRADOR CIRÚRGICO É UM INSTRUMENTO CRUCIAL PARA A REMOÇÃO DE FLUIDOS E SECREÇÕES DURANTE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ELE CONTRIBUI PARA MANTER O CAMPO OPERATÓRIO LIMPO E VISÍVEL, PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE REALIZEM SUAS INTERVENÇÕES COM MAIOR PRECISÃO E SEGURANÇA. ALÉM DISSO, O ASPIRADOR CIRÚRGICO DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES HOSPITALARES, POIS A REMOÇÃO ADEQUADA DE FLUIDOS E SECREÇÕES CONTRIBUI PARA DIMINUIR O RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO PACIENTE E DO AMBIENTE CIRÚRGICO. A PRESENÇA DO ASPIRADOR CIRÚRGICO NO BLOCO CIRÚRGICO É ESSENCIAL PARA O SUCESSO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, A SEGURANÇA DO PACIENTE E A INTEGRIDADE DO AMBIENTE HOSPITALAR. PORTANTO, INVESTIR EM EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE E NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS É FUNDAMENTAL PARA MANTER A EFICIÊNCIA E A EXCELÊNCIA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE SAÚDE. O HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA CONTA ATUALMENTE COM UM ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM TECNOLOGIA OBSOLETA, QUE PRECISA SER SUBSTITUÍDO PARA GARANTIR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR. DIANTE DE TODA A ANÁLISE DESENVOLVIDA NO PRESENTE INSTRUMENTO, A AQUISIÇÃO MOSTRA-SE VIÁVEL EM TERMOS DE DISPONIBILIDADE DE MERCADO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SENDO POSSÍVEL OBSERVAR ÓBICES AO PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE COMPRA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ASPIRADOR CIRÚRGICO CONTINUO OU INTERMITENTE - 460MM X 400MM X 850MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 38.342,97

Item 1 - 0870.0190.010259

ASPIRADOR CIRÚRGICO CONTINUO OU INTERMITENTE - 460MM X 400MM X 850MM

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 12.780,99

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ASPIRADOR CIRÚRGICO - TIPO: CIRÚRGICO; UTILIZAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM OU SUÇÃO OU VÁCUO OU ASPIRAÇÃO; MODO DE FUNCIONAMENTO: CONTINUO OU INTERMITENTE; REGISTRO ANVISA: SIM; ISENTO DE ÓLEO: SIM; ALIMENTAÇÃO: 110-240V OU 220/110-127V OU 127/220V; FREQUÊNCIA: 50 OU 60 HZ; ALÇAS OU BARRAS: SIM; NÍVEL DE RUÍDO: MÁXIMO 60 DBA; VAZÃO LIVRE OU FLUXO DE ASPIRAÇÃO: MÍNIMA 60 LPM; FRASCOS: MÍNIMO 02 COM CAPACIDADE DE 5L; COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: MÍNIMA 460MM; LARGURA: MÍNIMA 400MM; ALTURA: MÍNIMA 850MM; GARANTIA: MÍNIMA 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 18, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1



O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 18

OS PRODUTOS DEVERAO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.