



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37142

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 19/07/2024

EDITAL NÚMERO: 371 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 08/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0005317-9

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

O PRESENTE ESTUDO TÉCNICA PRELIMINAR OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ORS-30 220V - MARCA SANDERS. O HOSPITAL DA BRIGADA É UMA INSTITUIÇÃO RECONHECIDA POR SUA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO, PRESTANDO SERVIÇOS DE QUALIDADE PARA A COMUNIDADE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO E A CONSTANTE BUSCA POR INOVAÇÕES SÃO CARACTERÍSTICAS MARCANTES DA INSTITUIÇÃO, QUE VISA SEMPRE GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM-ESTAR DOS PACIENTES. DENTRO DESSE CONTEXTO, O SISTEMA DE OSMOSE SE DESTACA COMO UMA FERRAMENTA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BLOCO CIRÚRGICO. A JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DESSE SISTEMA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADA À ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. A OSMOSE É RESPONSÁVEL POR GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA UTILIZADA NOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, SENDO FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA TERMO-DESINFECTORIA. EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA GARANTIR A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS. A SEGURANÇA DO PACIENTE É UMA DAS PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES DE QUALQUER INSTITUIÇÃO DE SAÚDE, E O USO DO SISTEMA DE OSMOSE CONTRIBUI SIGNIFICATIVAMENTE PARA A PREVENÇÃO DE INFECÇÕES HOSPITALARES. A ÁGUA DE BAIXA QUALIDADE PODE SER UM MEIO PROPÍCIO PARA A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E MICROORGANISMOS NOCIVOS, O QUE PODE REPRESENTAR UM RISCO PARA A SAÚDE DOS PACIENTES. COM A OSMOSE, É POSSÍVEL GARANTIR A PUREZA DA ÁGUA UTILIZADA NOS PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. ALÉM DISSO, A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE OSMOSE TAMBÉM CONTRIBUI PARA A PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, UMA VEZ QUE A PRESENÇA DE IMPUREZAS NA ÁGUA PODE ACELERAR O DESGASTE DOS MATERIAIS. DESSA FORMA, INVESTIR EM UM SISTEMA DE OSMOSE REPRESENTA NÃO APENAS UMA MEDIDA DE SEGURANÇA PARA OS PACIENTES, MAS TAMBÉM UMA FORMA DE OTIMIZAR OS RECURSOS E GARANTIR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS CIRÚRGICOS. EM SUMA, O SISTEMA DE OSMOSE É UM COMPONENTE FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DA BRIGADA. A SUA AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, A SEGURANÇA DOS PACIENTES E A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS CIRÚRGICOS. INVESTIR NESSE EQUIPAMENTO É INVESTIR NA QUALIDADE E NA EXCELÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO, REAFIRMANDO O COMPROMISSO EM OFERECER UM SERVIÇO DE SAÚDE DE ALTO PADRÃO. DIANTE DE TODA A ANÁLISE DESENVOLVIDA NO PRESENTE INSTRUMENTO, A AQUISIÇÃO MOSTRA-SE VIÁVEL EM TERMOS DE DISPONIBILIDADE DE MERCADO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SENDO POSSÍVEL OBSERVAR ÔBICES AO PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE COMPRA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ORS-30 220V - MARCA SANDERS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 36.946,67

Item 1 - 0870.0190.010270

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA ORS-30 220V - MARCA SANDERS

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 36.946,67

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA - TIPO DE ÁGUA PRODUZIDA: PURIFICADA; TIPO DE ÁGUA DE ENTRADA: DEVE SER DEFINIDA PELO CLIENTE; VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDA: 30 LITROS/HORA; VOLTAGEM: 220V; ESTÁGIOS DO SISTEMA DE PRÉ TRATAMENTO DA ÁGUA: 1º ESTAGIO: ELEMENTO DE POLIPROPILENO; 2º ESTAGIO: ELEMENTO DE CARVÃO ATIVADO; 3º ESTAGIO: RESINA MISTA (DESMINERALIZADOR); 4º ESTAGIO: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS; TIPO DE SUPORTE: FIXAÇÃO NA PAREDE OU PEDESTAL OU CAVALETE; MATERIAL DO SUPORTE: AÇO INOXIDÁVEL; CONSUMO: 180 VA À 850 VA; DIMENSÕES: (LXPA) 50 X 50 X 130; PESO: 25KG; INSTALAÇÃO: SIM; GARANTIA: 90 DIAS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: MARCA SANDERS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO



LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.