



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37108

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/07/2024

EDITAL NÚMERO: 373 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 09/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0011769-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

A ABERTURA DO ATUAL PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE VÍDEO PARA LAPAROSCOPIA, CÓDIGO GCE 0870.0190.010264 TEM POR FINALIDADE PROPICIAR A CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO EM CLÍNICAS CIRÚRGICAS: CIRURGIA GERAL, TORÁCICA, GINECOLOGIA, UROLOGIA E PROCTOLOGIA, MINIMIZANDO A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTOS PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, ALIADO A UMA AUMENTO/MANUTENÇÃO DA RESOLUTIVIDADE E DO NÚMERO DE CIRURGIAS REALIZADAS NO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (HBMSM), BEM COMO O TRATAMENTO DOS PACIENTES, COM QUALIDADE E EXCELÊNCIA COM A AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO, O HBMSM PODERÁ REALIZAR AS SEGUINTE CIRURGIAS: VIDEOCOLECTECTOMIA, VIDEOCOLECTECTOMIA, HÉRNIA HIATAL POR VÍDEO, VIDEOCOLECTECTOMIA, OFORECTOMIA POR VÍDEO, HISTERECTOMIA POR VÍDEO, DENTRE OUTRAS. A VIDEOCIRURGIA, GARANTE AOS PACIENTES CONFORTO E SEGURANÇA NOS PROCEDIMENTOS, CELERIDADE NA RESOLUÇÃO DOS CASOS ESPECÍFICOS E SATISFAÇÃO DO USUÁRIO. POIS, AS VANTAGENS EM RELAÇÃO À CIRURGIA ABERTA TRADICIONAL SÃO: OS PACIENTES GERALMENTE EXPERIMENTAM MENOS DOR; MENOR TEMPO DE RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA; MELHOR EFEITO ESTÉTICO, DEVIDOS ÀS INCISÕES PEQUENAS. ESSES BENEFÍCIOS NÃO SÃO APENAS UMA QUESTÃO DE COMODIDADE, ELES TÊM IMPLICAÇÕES PROFUNDAS NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES E NA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE COMO UM TODO POR CONTA DO GIRO DE LEITOS E ATENDIMENTO MAIS AGILIZADO. EMBORA O INVESTIMENTO INICIAL EM EQUIPAMENTOS E TREINAMENTO POSSA PARECER ELEVADO, A DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO, A RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA E A MENOR INCIDÊNCIA DE COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS RESULTAM EM ECONOMIAS SIGNIFICATIVAS A LONGO PRAZO. ISSO NÃO APENAS ALIVIA A PRESSÃO SOBRE OS RECURSOS DO SISTEMA DE SAÚDE, MAS TAMBÉM PERMITE QUE UM MAIOR NÚMERO DE PACIENTES TENHA ACESSO A TRATAMENTOS CIRÚRGICOS DE QUALIDADE. ESTA ANÁLISE AVULTA-SE COMO IMPRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE MATERIAL A SER EMPREGADO NO TRATAMENTO DE PESSOAS, ISTO POSTO, OS BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS RELACIONAM-SE ESSENCIALMENTE COM A SALVAGUARDA DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS PACIENTES E SERVIDORES ENVOLVIDOS NA TERAPIA, CUJO TRATAMENTO NECESSITARÁ DO MATERIAL DEMANDADO. AS CHAMADAS "TORRES DE VÍDEO" SÃO COMPOSTAS POR UM CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA VISUALIZAÇÃO DE ÓRGÃOS OU CAVIDADES CORPORAIS COM USO DE UMA CÂMERA DE VÍDEO ACOPLADA A UM SISTEMA ÓTICO. É COMPOSTA POR UM MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO, CÂMERA, FONTE DE LUZ DE LED, INSUFLADOR E ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS. CABE DESTACAR, QUE ESTE EQUIPAMENTO É CAPAZ DE ACESSAR QUASE TODOS OS ÓRGÃOS COM UM APARELHO CONTENDO UMA MINI-CÂMERA QUE TRANSMITE IMAGENS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA MONITORES DE VÍDEO, QUE PODEM SER GRAVADOS E UTILIZADOS EM ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E PROCEDIMENTOS. A DEMANDA EM REFERÊNCIA FAZ-SE NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA OBSOLESCÊNCIA DO EQUIPAMENTO ATUAL PRINCIPALMENTE EM RELAÇÃO À IMAGEM APRESENTADA DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, POIS O MESMO FOI ADQUIRIDO ANTES DO ANO DE 2013. EM CONSEQUÊNCIA DESTA AQUISIÇÃO, A ANÁLISE DE INVESTIMENTO X RETORNO PREVÊ MELHORIAS NO PARQUE DE MATERIAL DE SAÚDE DESTE HOSPITAL E A REDUÇÃO DO QUANTITATIVOS DE ENCAMINHAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ANTIGO, A QUAL PODERÁ EM POUCO TEMPO RESULTAR NA FALTA DE PEÇAS NO MERCADO PARA REPOSIÇÃO, FATO QUE SE OCORRER, TAIS PROCEDIMENTOS NÃO PODERÃO MAIS OCORRER EM NOSSO NOSOCÔMO. DIANTE DE TODA A ANÁLISE DESENVOLVIDA NO PRESENTE INSTRUMENTO, A AQUISIÇÃO MOSTRA-SE VIÁVEL EM TERMOS DE DISPONIBILIDADE DE MERCADO, CONSOANTE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NÃO SENDO POSSÍVEL OBSERVAR ÔBICES AO PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE COMPRA.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CONJUNTO DE VÍDEO PARA LAPAROSCOPIA

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Preferência

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 593.349,42

Item 1 - 0870.0190.010264

CONJUNTO DE VÍDEO PARA LAPAROSCOPIA

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: cj

VALOR UNITÁRIO: R\$ 593.349,42

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CONJUNTO DE VÍDEO LAPAROSCOPIA - **COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO:** MICRO CAMERA; FONTE DE LUZ COM LÂMPADA LED; CABO DE LUZ FLUIDO 3MM; INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO2; MONITOR DE VÍDEO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM 4K; VÍDEO RECORD COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO; SISTEMA ÓTICO C/ ÓTICA DE VISÃO DIRETA; ARMÁRIO DE AÇO PARA EQUIPAMENTOS DE VIDEOCIRURGIA; **TIPO**



DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM: 4K; QUANTIDADE DE ÓCULOS PASSIVOS PARA O SISTEMA 3D: NÃO SE APLICA; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO DIRETA COM A IMPRESSORA: SIM; QUANTIDADE DE SAÍDAS DO SINAL DE VÍDEO DIGITAL DVI: NÃO SE APLICA; TIPO DE LÂMPADA: LED; DIMENSÃO DO MONITOR LED: 22; ALIMENTAÇÃO: 100V - 240V - 50/60HZ; DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES: EQUIPAMENTO DE VIDEOLAPAROSCOPIA E DOCUMENTAÇÃO P/ CIRURGIAS ENDOSCÓPICAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E PARÂMETROS APROXIMADOS: - MICRO-CÂMERA E PROCESSADORA DE IMAGEM - MICRO-CÂMERA DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 4K. COM CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 03CHIPS, CONEXÃO COMPATÍVEL COM ÓTICAS RÍGIDAS E FLEXÍVEIS DE DIFERENTES FABRICANTES, FUNÇÃO PARA AJUSTE DE COR E CONEXÕES DE SAÍDA E VÍDEO COMPATÍVEL 4K; AJUNTE DE CAMPO FOCAL; CABEÇA DA CÂMERA COM NO MÍNIMO 3 BOTÕES; PROCESSADORA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K, COMPATÍVEL COM MICRO-CÂMERA, RECONHECIMENTO E INTERFACE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO INTEGRADA OU VIA DISPOSITIVO EXTERNO DE ARMAZENAMENTO USB; BALANÇO DE BRANCO AUTOMÁTICO, CAPTURA DE TELA, GRAVAÇÃO DE VÍDEO, ACOPLADOR DE ÓTICA UNIVERSAL; COMPRIMENTO DO CABO DO CABEÇOTE DE NO MÍNIMO 3,0 METROS; CABEÇOTE COM ENGATE RÁPIDO; ZOOM ANALÓGICO E DIGITAL OU PAR FOCAL INTEGRADO AO CABEÇOTE; ENTRADAS/SAÍDAS MÍNIMAS 2 DE SINAL HDM E 01 DVI. - FONTE DE LUZ - ILUMINAÇÃO LED; TEMPERATURA DE COR DE 3000 A 7000 GRAUS KELVIN, INTENSIDADE LUMINOSA CENTRAL = 300000LUX, INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL DE 0-100% MANUAL, SISTEMA STAND-BY PARA LÂMPADA COM VIDA ÚTIL APROXIMADA DE = 50.000 HORAS, SISTEMA DE ALARME (OU INDICADOR NO DISPLAY) INDICANDO O TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DO MÓDULO LED; COM DISPLAY SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN). - 2 (DOIS) CABOS DE LUZ DE FIBRA ÓTICA - COMPRIMENTO DE 3M ± 10%, COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4,8 MM E COMPATÍVEL COM ÓTICA E FONTE DE LUZ DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO; AUTOCLAVÁVEL. - INSUFLADOR ELETRÔNICO DE CO₂ - MICROPROCESSADO PARA CONTROLE DE FUNÇÕES; TELA SENSÍVEL AO TOQUE; SISTEMA DE AUTO CORREÇÃO DE PARÂMETROS DE PRESSÃO E DE FLUXO; TAXA DE FLUXO DO GÁS DE NO MÍNIMO 45 L/MIN; ALARMES SONORO E VISUAL DE SEGURANÇA PARA SOBRESSÃO NA CAVIDADE ABDOMINAL, COM MODOS DE INSUFLAÇÃO CONTÍNUO E PULSANTE; LIMITE DE PRESSÃO ATÉ 30MMHG; SISTEMA DE INSUFLAÇÃO COM AJUSTE AUTOMÁTICO; DISPLAY DE PRESSÃO DESEJADA E DO FLUXO DE GÁS DESEJADO E INDICADORES DO CONSUMO DE GÁS, FORNECIMENTO DE GÁS, FLUXO DE GÁS E PRESSÃO ATUAL; CONECTOR LUER LUCK EM AÇO INOX PARA MANGUEIRA DE INSUFLAÇÃO DE CO₂; - MONITOR DE VÍDEO - RESOLUÇÃO MÍNIMA 4K COM 3840 X 2160 LINHAS, COM MÍNIMO DE 31" E MÁXIMO DE 43" DE DIAGONAL ÚTIL E GRAU CIRÚRGICO/MÉDICO; DEVE SER DO TIPO LED E SER COMPATÍVEL COM A QUALIDADE DA IMAGEM GERADA PELO PROCESSADOR DE VÍDEO, PARTE INTEGRANTE DESTESistema; ENTRADAS DE VÍDEO DIGITAIS COMPATÍVEIS COM RESOLUÇÃO 4K, HDM 2.0 (MÍNIMO DUAS ENTRADAS), DVI E 12G SDI ESTÉRIO (UMA OU MAIS DUAS ENTRADAS DE VÍDEO DIGITAL). - VIDEO RECORD - INTEGRADO OU NÃO A PROCESSADOR DE VÍDEO COM SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM NO MÍNIMO FULL HD 1920X1080; COM ENTRADAS E SAÍDAS COMPATÍVEIS COM FULL HD. DEVE PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DOS ARQUIVOS DE VÍDEO E IMAGENS POR MEIO DE DISPOSITIVO USB; SUPORTE A UNIDADE FLASH DE ARMAZENAMENTO USB DISCO RÍGIDO EXTERNO DE NO MÍNIMO 1 TB; COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR DE IMAGEM E MICRO-CÂMERA; - 02 LAPAROSCÓPIOS - SISTEMA ÓTICO C/ ÓTICA DE VISÃO DIRETA 02 ENDOSCÓPIO RÍGIDO 30°, DIÂMETRO 10 MM E COMPRIMENTOS DE NO MÍNIMO 320MM E MÁXIMO DE 375 MM (+ 2CM), ESTES COM MAGNIFICAÇÃO ÓTICA, COM ADAPTADORES PARA CABOS DE LUZ FRIA, COM FIBRA ÓTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ INCORPORADA AO INSTRUMENTAL; DEVERÁ ACOMPANHAR CAIXA DE ESTERILIZAÇÃO EM POLICARBONATO OU OUTRO MATERIAL AUTOCLAVÁVEL, PARA CADA ENDOSCÓPIO. - TROLEI OU ESTANTE MÓVEL ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE VIDEOCIRURGIA ESPECIFICADO ACIMA - COM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; RODÍZIOS DE BORRACHA E DISPOSITIVO DE TRAVAS / FREIO EM PELO MENOS 2 RODÍZIOS; PORTA FRONTAL COM CHAVES EM POLICARBONATO OU ACRÍLICO, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) PRATELEIRAS COM ALTURA AJUSTÁVEL PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DE EDITAL. DEVE TER TAMANHO / ESPAÇO SUFICIENTE INTERNO PARA ALOCAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTESistema; 01 (UNID.) FILTRO DE LINHA (RÉGUA DE TOMADAS), COM CHAVE LIGA DESLIGA COM LÂMPADA / LED INDICADOR (LIGADO), FUSÍVEL INTERNO, COMPATÍVEL COM O CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS PADRÃO ABNT TRIPOLAR, COM CABO DE NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO; SUPORTE PARA NO MÍNIMO 02 CILINDROS DE CO₂ DE 4KG CADA CHEIOS OU NO MÍNIMO 1 CILINDRO DE CO₂ DE 8 KG CHEIO. OUTRAS CONSIDERAÇÕES: OS COMPONENTES DE IMAGEM, FONTE DE LUZ, ENDOSCÓPIOS E CABO DE FIBRA DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE; FORNECIMENTO DE CABOS, CONEXÕES, ACESSÓRIOS, ETC., INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO; OS ITENS COMPOSTOS NESTE DESCRITIVO QUE UTILIZAREM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DEVEM SER 110/220V 60HZ (BIVOLT AUTOMÁTICO); ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; MANUAL TÉCNICO E OPERACIONAL EM PORTUGUÊS DOS EQUIPAMENTOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO; TREINAMENTO OPERACIONAL PARA USUÁRIOS E TÉCNICO PARA ENGENHARIA CLÍNICA, ESTES A SEREM EXECUTADOS NO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE FORMA PRESENCIAL; ENTREGA E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EM UM PRAZO MÁXIMO 120 DIAS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCALS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 - SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S)



SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROVISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.