



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37150

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 22/07/2024

EDITAL NÚMERO: 377 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 12/08/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/2000-0081453-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0855-DIAGNOSTICA;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O EQUIPAMENTO PHOENIX DO LABORATÓRIO DE BACTERIOLOGIA DO LACEN. OS INSUMOS SERÃO UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO PHOENIX M50 PARA IDENTIFICAÇÃO DE MECANISMOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE AMBLER (MICROBIOLOGIA CLÍNICA PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE- MÓDULO 10 – DETECÇÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE RESISTÊNCIA BACTERIANA AOS ANTIMICROBIANOS PELO LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA - ANVISA), AGILIZANDO A LIBERAÇÃO DAS AMOSTRAS ANALISADAS E RESPECTIVOS LAUDOS, PARA QUE SEJAM IDENTIFICADOS OS GENES DE RESISTÊNCIA PREDOMINANTES NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE TODO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIANTE DAS PESQUISAS DE MERCADO, CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE FORNECEDORES CAPAZES DE ATENDER A ESTA NECESSIDADE QUE DESTINA INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ESTE FIM, DECLARAMOS A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MODELOS DIVERSOS

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 94.894,20

Item 1 - 0855.0133.010011

PHOENIX M50 BD AST BROTH 246003

QUANTIDADE: 15,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 903,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD AST BROTH 246003; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 TUBOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TUBOS COM 8,0 ML. DE SOLUÇÃO DE CALDO MUELLER HINTON E POLISORBATO 80; TUBOS COM SOLUÇÃO PARA PREPARAÇÃO DO INÓCULO DO TESTE DE SENSIBILIDADE DE BACTÉRIAS NO SISTEMA PHOENIX™, EM PAINÉIS AST OU COMBO (ID/AST); MARCA BD, CÓDIGO 246003;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15

Item 2 - 0855.0133.010012

PHOENIX M50 BD PHOENIXSPEC CALIBRATOR 440911

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 3.250,00

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:



PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD PHOENIXSPEC CALIBRATOR 440911; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PARA O AJUSTE DO NEFELÔMETRO PHOENIXSPEC™, NA CONCENTRAÇÃO DETERMINADA PELAS ESCALAS DE MCFARLAND. MARCA BD, CÓDIGO 440911; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAIS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2		
Item 3 - 0855.0133.010013 PHOENIX M50 BD PMIC/ID-601 449569 QUANTIDADE: 5,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.125,00 FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD PMIC/ID-601 449569; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 25 PAINÉIS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PARA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA E TESTE DE SENSIBILIDADE DA MAIORIA DAS BACTÉRIAS AERÓBICAS E ANAERÓBICAS FACULTATIVAS GRAMPOSITIVAS DE ORIGEM HUMANA COM AGENTES ANTIMICROBIANOS SELECIONADOS. MARCA BD, CÓDIGO 449569; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAIS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 5		
Item 4 - 0855.0133.010014 PHOENIX M50 BD ID BROTH 246001 QUANTIDADE: 15,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 637,00 FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD ID BROTH 246001; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 100 TUBOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: TUBOS COM 4,5 ML DE SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE CÁLCIO, TRICINA GLICINA E POLISORBATO 80. PARA PREPARAÇÃO DO INÓCULO DO TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS NO SISTEMA PHOENIX™, EM PAINÉIS ID, PAINÉIS AST, PAINÉIS ESTENDIDOS (EMERGE) OU PAINÉIS COMBO (ID/AST); MARCA BD, CÓDIGO 246001; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAIS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 15		
Item 5 - 0855.0133.010015 PHOENIX M50 BD NMIC/ID-471 449580 QUANTIDADE: 25,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.125,00 FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD NMIC/ID-471 449580; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 25 PAINÉIS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PAINEL COM 6 POÇOS PARA PARA DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CARBAPENEMASES EM BGN NÃO FERMENTADORES DE GLICOSE E ENTEROBACTÉRIAS; PAINEL CARACTERIZA, DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DE AMBLER, APENAS AS ENTEROBACTÉRIAS. MARCA BD, CÓDIGO 449580; CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1 CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO LOCAIS DE ENTREGA: SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 25		
Item 6 - 0855.0133.010016 PHOENIX M50 BD NMIC/ID-470 449724 QUANTIDADE: 25,0000UNIDADE: emVALOR UNITÁRIO: R\$ 1.125,00 FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: BD NMIC/ID-470 449724; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 25 PAINÉIS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: PAINEL COM 9 POÇOS, PARA DETECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DE AMBLER, OS BACILOS GRAM		



NEGATIVOS NÃO FERMENTADORES DE GLICOSE E ENTEROBACTÉRIAS; MARCA BD, CÓDIGO 449724;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 25

Item 7 - 0855.0133.010017

PHOENIX M50 AST INDICATOR SOLUTION 246004

QUANTIDADE: 2,0000	UNIDADE: em	VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.709,60
--------------------	-------------	------------------------------

FAMÍLIA DO ITEM: DIAGNOSTICA

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

PAINEL DE DIAGNÓSTICO - MÉTODO DE ANÁLISE: AUTOMATIZADO; COMPATIBILIDADE: PHOENIX M50; REFERÊNCIA: AST INDICATOR SOLUTION 246004; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 6 MESES;

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 10 FRASCOS; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: FRASCO COM 6 ML DE SOLUÇÃO INDICADORA DE REDOX; MARCA BD, CÓDIGO 246004;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE CEVS ALMOXARIFADO IPIRANGA 5400 JARDIM BOTÂNICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*