Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37193
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 26/07/2024
EDITAL NÚMERO: 616 / 2024
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/08/2024 09:35
NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0013902-2
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL;

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 ARMÁRIO - ARMAZENAMENTO DE ENDOSCÓPIO - BRANCO - 2MM X 550MM X 590MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0320.0001.000192

ARMÁRIO - ARMAZENAMENTO DE ENDOSCÓPIO - BRANCO - 2MM X 550MM X 590MM

QUANTIDADE: 3,0000 **UNIDADE:** un

FAMÍLIA DO ITEM: MOVEIS/ESTOFADOS/COMPONENTES EM GERAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ARMÁRIO - **TIPO:** ARMAZENAMENTO DE ENDOSCOPIOS; **TAMPO DE ARMÁRIO:** COM TAMPO; **MATERIAL DO TAMPO:** AÇO CARBONO; **ESPESSURA DO TAMPO:** 0,60 MM; **REVESTIMENTO DO TAMPO:** AÇO CARBONO; **BORDA DO TAMPO:** SEM BORDA; **MATERIAL DO CORPO:** AÇO CARBONO; **ESPESSURA DO CORPO:** 0,60 MM; **REVESTIMENTO DO CORPO:** AÇO CARBONO; **COR DO REVESTIMENTO:** CINZA CLARO RAL 7035; **MATERIAL DO FUNDO:** AÇO CARBONO; **PORTAS:** 01; **MATERIAL DA PORTA:** AÇO CARBONO; **TRATAMENTO MATERIAL:** LAMINADO; **ESPESSURA DA PORTA:** 0,60 MM; **COR DA PORTA:** CINZA CLARO RAL 7035; **DOBRADIÇAS:** 3 UN; **ALTURA DA PORTA:** 2.200,00 MM; **LARGURA DA PORTA:** 550,00 MM; **PUXADORES:** 1 UN; **FECHAMENTO:** CHAVE; **SAPATAS:** 4 UN; **FORMATO SAPATAS:** RODIZIOS; **ALTURA DO ARMÁRIO:** 2.200,00 MM; **LARGURA DO ARMÁRIO:** 550,00 MM; **PROFUNDIDADE DO ARMÁRIO:** 592,00 MM; **GARANTIA:** MÍNIMO 12 MESES; **COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** - PORTA FRONTAL COM VISOR ACRÍLICO TRANSLUCIDO, COM FECHO E CHAVE E COM ARESTAS DE VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR; - PARTE INTERIOR COM 06 SUPORTES PARA ENDOSCÓPIO FABRICADOS EM ALUMÍNIO INJETADO E COM PROTEÇÃO PARA APOIO DO EQUIPAMENTO EM NYLON;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 19

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 19

OS PRODUTOS DEVERÃO SER FORNECIDOS EM EMBALAGENS ORIGINAIS DE FABRICA. NOS MOVEIS DE METAL, AS CHAPAS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTICORROSIVO. A PROPOSTA DEVERÁ INDICAR GARANTIA TOTAL COM VALIDADE MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. OS MOVEIS DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE EMBALADOS E IDENTIFICADOS PELO FORNECEDOR.