



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37425

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 20/08/2024

EDITAL NÚMERO: 711 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0013900-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 EQUIPAMENTO HOSPITALAR - AGLUTINOSCÓPIO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.010277

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - AGLUTINOSCÓPIO

QUANTIDADE: 2,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - TIPO DE EQUIPAMENTO: AGLUTINOSCÓPIO ; COMPOSIÇÃO: -MATERIAL CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; -PINTURA EPÓXI, COM SUPERFÍCIE ILUMINADA EM ACRÍLICO BRANCO TRANSLÚCIDO; -LÂMPADA BRANCA DIFUSA; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES; VOLTAGEM: 127V OU 220V OU BIVOLT; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: INDICADO PARA SOROTIPOS, IDENTIFICAÇÃO DO FATOR RH, QUE POSSIBILITA PERFEITA HOMOGENEIZAÇÃO DOS ERI TRÓCITOS. -ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE ;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

Lote 2 ALICATE DE ORDENHA - PARABOLSA DE SANGUE COMPRIMENTO MINIMO 185 MM

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0190.000069

ALICATE DE ORDENHA - PARABOLSA DE SANGUE COMPRIMENTO MINIMO 185 MM

QUANTIDADE: 4,0000

UNIDADE: un



FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ALICATE DE ORDENHA - USO: PARA BOLSA DE SANGUE; MATERIAL DO CORPO DO ALICATE: ALUMÍNIO; MATERIAL DOS ROLETES: AÇO INOXIDÁVEL; REVESTIMENTO DOS ROLETES: POLIPROPILENO; MATERIAL DO EIXO, ROLAMENTO E MOLA: AÇO INOXIDÁVEL; COMPRIMENTO DO ALICATE: MÍNIMO 185 MM; INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O INSTRUMENTO DEVERÁ POSSUIR MOLA PARA RETORNO AUTOMÁTICO DE ABERTURA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

Lote 3 BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS - ALTURA MÍNIMA: 1,70 M

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0049.009993

BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS - ALTURA MÍNIMA: 1,70 M

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIOS - MODELO: BIOMBO TRIPLO; TIPO: HOSPITALAR; ESTRUTURA DO MATERIAL: AÇO INOX REDONDO (3/4 OU 19,05MM); RODÍZIOS: SIM; TAMANHO DOS RODÍZIOS: 2" OU 50MM; MATERIAL DAS CORTINAS: EM TECIDO DE PANO PLÁSTICO QUE POSSA SER HIGIENIZADO; COR: BRANCO OU BRANCO OPACO; ABA CENTRAL: COM PONTEIRAS PLÁSTICAS OU DE BORRACHA; ABAS LATERAIS: MÍNIMO 180º GRAUS COM MOVIMENTO; ALTURA MÍNIMA: 1,70 M; ALTURA MÁXIMA: 1,80 M; COMPRIMENTO ABERTO: MÍNIMO 1,80M; UNIDADE LICITATÓRIA: UNIDADE; FORNECIMENTO: UNIDADE; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.