Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BM-DS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37467
DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 22/08/2024
EDITAL NÚMERO: 730 / 2024
DATA DA REALIZAÇÃO:
NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0008893-2
TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS;

JUSTIFICATIVA

AQUISIÇÃO DE TERMOINJETORA DE GUTA-PERCHA PARA EQUIPAR OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CENTRO MÉDICO-ODONTOLÓGICO DA BRIGADA MILITAR (CMOBM) E DO SETOR ODONTOLÓGICO DO HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA (HBMPA). A TERMOCOMPACTADORA DE GUTA-PERCHA É UTILIZADA PARA AQUECIMENTO E CORTE DA GUTA- PERCHA UTILIZADA NA OBTURAÇÃO DOS CANAIS RADICULARES DURANTE O TRATAMENTO ENDODÔNTICO (DE CANAL), FACILITANDO O TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA E TRAZENDO AGILIDADE AO TRATAMENTO. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA PELA UO 1260 E COM O RECURSO 1165 (FESP).

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 TERMOINJETORA ENDODONTICA DE GUTA PERCHA BIVOLT

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 10 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0910.0643.000030

TERMOINJETORA ENDODONTICA DE GUTA PERCHA BIVOLT

QUANTIDADE: 4,0000 **UNIDADE:** un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLOGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA - **ITEM:** TERMOINJETORA DE GUTA PERCHA; **INDICAÇÃO DE USO:** AQUECIMENTO E INJEÇÃO DE GUTA PERCHA EM CANAIS RADICULARES LIMPOS E INSTRUMENTADOS; **FONTE DE ALIMENTAÇÃO:** BATERIA DE LÍTIO; **VOLTAGEM:** BIVOLT; **COMPONENTES:** 01 CANETA EXTRUSORA SEM FIO, 01 BASE CARREGADORA, 01 CARREGADOR, AGULHA 23G E AGULHA 25G; **AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA:** 2.000 AMPERES; **FAIXA DE TEMPERATURA:** PELO MENOS ENTRE 150 E 200 GRAUS CELSIUS; **GARANTIA MÍNIMA:** 12 MESES; **MODELO E MARCA COMERCIAL:** MODELO FI-G DA MARCA WOODPECKER OU MODELO FAST-FILL DA MARCA MKLIFE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.