



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37708

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 17/09/2024

EDITAL NÚMERO: 548 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/10/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1300-0005474-6

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO: 365

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0910-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE LICITAÇÃO VISA ATENDER ÀS DEMANDAS QUE SURGEM DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E QUE, POR INTERMÉDIO DESTA CENTRAL DE LICITAÇÕES, SÃO INCLuíDAS PARA PREVISÃO DE REGISTRO DE PREÇOS EM GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS, POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO NO QUAL GERE EFICIÊNCIA NAS CONTRATAÇÕES. OS ÓRGÃOS TEM A NECESSIDADE DE MANTER O ESTOQUE DOS ALMOXARIFADOS, PRINCIPALMENTE COM AQUISIÇÃO FREQUENTE E AGRUPAMENTO DAS DEMANDAS SEMELHANTES. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE SUPRIR AS DEMANDAS COTIDIANAS, A PRESENTE LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO DARÁ MAIS AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES, REDUZINDO A QUANTIDADE DE PROCESSOS INDIVIDUAIS, GERANDO ASSIM MELHORES CONTRATOS PARA ADMINISTRAÇÃO. CONSIDERANDO QUE ESTA CELIC ADOTA DESDE JULHO DE 2022 O CALENDÁRIO DE REGISTRO DE PREÇOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA E MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PERMITINDO UMA MAIOR FLEXIBILIDADE NA GESTÃO DAS AQUISIÇÕES E POSSIBILITANDO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO MAIS EFICIENTE. O REGISTRO DE PREÇOS TEM COMO DIRETRIZ ESTABELECER QUANTIDADES MÍNIMAS E MÁXIMAS A SEREM ADQUIRIDAS, BEM COMO PRAZOS DE ENTREGA ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS, PROPORCIONANDO UMA MAIOR PREVISIBILIDADE DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS. A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO OCORRE MENSALMENTE COM LIBERAÇÃO ALTERNADA EM DOIS GRUPOS DE FAMÍLIAS PARA PREVISÃO AOS ÓRGÃOS, QUE AO FINAL DO PRAZO ESTABELECIDO É FEITA UMA AVALIAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DESSAS SOLICITAÇÕES. DESSE COMUNICADO, SÃO GERADAS VÁRIAS COMPRAS, QUE SÃO PLANEJADAS PELO SEGUIMENTO DE MERCADO E ÁREAS AFINS, PARA FORMALIZAÇÃO DO EDITAL.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 CURETAS - MCCALL N° 17-18 / 11-12 / DE LUCAS N° 85

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.628,70

Item 1 - 0910.0099.000005

CURETA - PERIODONTAL DE MCCALL N° 17-18

QUANTIDADE: 30,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 64,33

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CURETA - TIPO: PERIODONTAL DE MCCALL; NÚMERO: N° 17-18; CABO: OCO CONIFICADO SEM ADIÇÃO DE BUCHAS; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; DE ACORDO COM A NORMA: ABNT NBR 13911 E ABNT NBR 7153-1; ACABAMENTO: POLIDO E BRILHANTE; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOClave); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES N°: 1

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20



Item 2 - 0910.0099.000049		
CURETAMC CALL 11-12		
QUANTIDADE: 20,0000	UNIDADE: pc	VALOR UNITÁRIO: R\$ 55,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CURETA DUPLA, DE AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MCCALL, PARA USO ODONTOLÓGICO, NRO. 11-12		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº:		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS:		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20		

Item 3 - 0910.0099.009993		
CURETA DE LUCAS Nº 85		
QUANTIDADE: 24,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,95
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
CURETA - TIPO: DE LUCAS; NÚMERO: Nº 85; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: INDIFERENTE; REGISTRO: ANVISA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 01 UNIDADE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SAÚDE, DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20		

Lote 2 SERINGA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% EM GEL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 400,00

Item 1 - 0910.0135.009999		
SERINGA DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% EM GEL		
QUANTIDADE: 40,0000	UNIDADE: ser	VALOR UNITÁRIO: R\$ 10,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA GEL - TIPO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA GEL; INDICAÇÃO DE USO: DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR; COMPOSIÇÃO: DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%, METILPARABENO, PROPILENOGLICOL, HIDROXETILCELULOSE E ÁGUA; CONCENTRAÇÃO: 2%; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM, NO MÍNIMO, 1 SERINGA DE 3G E 03 PONTEIRAS APLICADORAS;		
VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: OS PRODUTOS DEVERÃO POSSUIR, NA DATA DE SUA ENTREGA, PRAZO MÍNIMO 80% (OITENTA POR CENTO) DA VALIDADE TOTAL ESPECIFICADA PELO FABRICANTE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 40		

Lote 3 CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO - ACOPLADO, COM BRAÇO ARTICULADO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Preferência
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 349.789,00



Item 1 - 0910.0177.000001

CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO - ACOPLADO, COM BRAÇO ARTICULADO

QUANTIDADE: 11,0000 UNIDADE: cj VALOR UNITÁRIO: R\$ 31.799,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO - **COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO ODONTOLÓGICO:** CADEIRA, SISTEMA DE ELEVÇÃO, UNIDADE AUXILIAR, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO ARTICULADO, REFLETOR E MOCHO; **ACIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** PEDAL DE COMANDO; **TENSÃO:** 127V OU 220V OU BIVOLT; **BASE DA CADEIRA:** DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO; **MATERIAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** AÇO MACIO; **PINTURA:** ELETROSTÁTICA, BACTERIOSTÁTICA OU BACTERICIDA; **ESTOFAMENTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, RECOBERTO COM LAMINADO EM PVC EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA; **BRAÇOS DE APOIO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** ESQUERDO FIXO E DIREITO ESCAMOTEÁVEL, SEM HASTE DE FIXAÇÃO; **ENCOSTO DE CABEÇA DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** MULTIARTICULADO (REGULAGENS DE ALTURA E DE MOVIMENTOS ÂNTERO-POSTERIORES), ANATÔMICO E REMOVÍVEL; **CAIXA DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA:** EXTERNA, SELADA EM PVC COM RESPIRO E ABAFADOR, SEPARADOR DE DETRITOS COM TELA; **NÚMERO DE SUGADORES DA UNIDADE AUXILIAR:** 2; **INTENSIDADE DE LUZ DO REFLETOR:** MÍNIMA DE 8.000 LUXE MÁXIMA DE 30.000 LUX; **TIPO DO EQUIPO ODONTOLÓGICO:** ACOPLADO, COM BRAÇO ARTICULADO; **CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO CONJUNTO:** CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS COM POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS, SISTEMA DE ELEVÇÃO DO ASSENTO, ENCOSTO, ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO, VOLTA A ZERO E STOP EMERGENCIAL, SILENCIOSO, ISENTO DE ÓLEO, COM MECANISMO DE ELEVÇÃO CAPAZ DE ATENDER ÀS VARIAÇÕES DE PESO DO SER HUMANO, ATRAVÉS DE MOTOREDUTOR ELÉTRICO. CADEIRA EM AÇO MACIO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TODO SISTEMA ELETRÔNICO DE ACIONAMENTO DA CADEIRA CONTENDO FUSÍVEL DE PROTEÇÃO. O PESO A SER SUPTADO PELA CADEIRA DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 145KG. A ESPUMA DO ESTOFAMENTO DEVE TER NO MÍNIMO 60MM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 33MM. A CADEIRA DEVE ATINGIR ALTURA MÍNIMA DE 38CM OU MENOS E ALTURA MÁXIMA DE 70CM OU MAIS. A CADEIRA DEVE SER ACIONADA POR PEDAL DE COMANDO CONTENDO AS FUNÇÕES: SUBIDA/DESCIDA DO ASSENTO/ENCOSTO; VOLTA A ZERO; PELO MENOS 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS; CAPAZ DE OFERECER ENCOSTO COM POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA COM ÂNGULAÇÃO DE -5 GRAUS; STOP EMERGENCIAL; LIGA/DESLIGA DO REFLETOR COM, NO MÍNIMO 3 INTENSIDADES DE LUZ. O ESTOFAMENTO DA CADEIRA DEVE SER ANTI-DEFORMANTE, TOTALMENTE SEM COSTURA, LAVÁVEL, DE FÁCIL ASSEPSIA E COM CANTOS ARREDONDADOS. A CADEIRA DEVE APRESENTAR PROTETOR TRANSPARENTE DE POLICARBONATO NA REGIÃO DOS PÉS DO PACIENTE, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; EQUIPO ODONTOLÓGICO COM BRAÇO PNEUMÁTICO, CUJO CORPO SEJA PRODUZIDO EM AÇO OU POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, SEM CANTOS VIVOS, ARESTAS OU RANHURAS. BANDEJA EM INOX, REMOVÍVEL. NEGATOSCÓPIO ACOPLADO. SERINGA TRÍPLICE TOTALMENTE METÁLICA COM CONDUTOS DE AR E ÁGUA SEPARADOS, TRÊS TERMINAIS DO TIPO "BORDEN" (UNIVERSAL), 02 PARA ALTA-ROTAÇÃO E 01 PARA BAIXA-ROTAÇÃO, AMBOS COM IRRIGAÇÃO. SISTEMA DE VÁLVULAS INDIVIDUAIS PARA CADA PONTA, COM SISTEMA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO DO REFLUXO DO TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO E DE BAIXA ROTAÇÃO. MANGUEIRAS LISAS E SEM RANHURAS, SILICONADAS. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRANSPARENTES, COM DESPRESSURIZADOR AUTOMÁTICO SEM VÁLVULA, E COM FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS. PUXADOR INCORPORADO AO EQUIPO. PEDAL DE ACIONAMENTO DAS PONTAS QUE PODE SER COLOCADO NA POSIÇÃO DE MAIOR CONVENIÊNCIA DO PROFISSIONAL, COM ACIONAMENTO PROGRESSIVO DOS INSTRUMENTOS QUANDO ESTES SE ENCONTRAM FORA DO SUPORTE DE TERMINAIS. UNIDADE AUXILIAR ACOPLÁVEL À CADEIRA, QUE ACOMPANHE OS MOVIMENTOS DA MESMA, REBATÍVEL COM ÂNGULAÇÃO ATÉ 90 GRAUS, COM TUBULAÇÃO EMBUTIDA, DOTADA DE BACIA/CUBA FABRICADA EM PORCELANA, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL PARA DESINFECÇÃO, COM RALO SEPARADOR DE DETRITOS E COM TEMPORIZADOR DE ÁGUA NA CUBA SUGADORES DO TIPO VENTURI PARA SALIVA E SANGUE ACOPLÁVEL À CAIXA DE COMANDO, DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO. REFLETOR ODONTOLÓGICO ACOPLÁVEL A CADEIRA, COM BRAÇO ARTICULADO, COM ILUMINAÇÃO INDIRETA POR ESPELHOS LISOS OU MULTIFACETADOS PARA INCIDÊNCIA DE LUZ EM VÁRIAS DIREÇÕES E ÂNGULOS. REFLETOR COM PROGRAMAÇÃO DE INTENSIDADES DE LUZ. REFLETOR LED, LUZ BRANCA E FRIA, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME. REFLETOR COM SISTEMA DE PEGA ÚNICA OU DUPLA, PROTETOR DO ESPELHO EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO ACIONADO NO COMANDO DE PÉ, SENDO O DESLIGAMENTO DO REFLETOR AUTOMÁTICO, SIMULTÂNEO COM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO NA VOLTA A ZERO. A PINTURA DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER LISA E NA COR BRANCA. MOCHO ODONTOLÓGICO, COM SISTEMA A GÁS DE ELEVÇÃO DO ASSENTO, ACIONADO POR UMA ALAVANCA CUJO MOVIMENTO DE DESCIDA SEJA IMPULSIONADO PELO PESO DO USUÁRIO E DE SUBIDA POR PISTÃO A GÁS. AMBOS OS MOVIMENTOS AMORTECIDOS POR UM SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, POSSUINDO UMA ALAVANCA, LOCALIZADA ABAIXO DO ASSENTO, PARA REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. ENCOSTO COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO (APROXIMAÇÃO) ATRAVÉS DE ALAVANCA E QUE POSSIBILITE REGULAGEM DE ALTURA (LONGITUDINAL). POSSUIR BASE EM AÇO ESCOVADO, COM 05 RODÍZIOS DE GRANDE RESISTÊNCIA ESTRUTURAL E SUSTENTAÇÃO DOS RODÍZIOS, SENDO OS RODÍZIOS SILICONADOS OU EM POLIURETANO QUE NÃO ARRANHE O PISO, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, COM ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA E RECOBERTOS COM PVC EXPANDIDO SEM COSTURAS, LAVÁVEL E COM ENCOSTO ERGONÔMICO, CUJA COR DEVERÁ SER A MESMA DO ESTOFAMENTO DA CADEIRA. A ESPUMA DO ASSENTO DO MOCHO DEVE TER, NO MÍNIMO, 40 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 28MM. O PESO A SER SUPTADO PELO MOCHO DEVE SER DE, NO MÍNIMO, 130KG. A ALTURA MÍNIMA QUE O MOCHO DEVE ATINGIR DEVE SER 52CM OU MENOS E A ALTURA MÁXIMA, 70CM OU MAIS. A OPÇÃO DE ESCOLHA DA COR DO ESTOFAMENTO DOS CONJUNTOS ODONTOLÓGICOS SERÁ DEFINIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE, DEVENDO A EMPRESA VENCEDORA DISPONIBILIZAR CATÁLOGO GERAL DE CORES DO FABRICANTE. TODOS OS ITENS DO CONJUNTO DEVEM OBRIGATORIAMENTE SER DO MESMO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR O ACOPLAMENTO E FUNCIONAMENTO ADEQUADOS. A INSTALAÇÃO DE TODOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NESTE OBJETO DEVE SER REALIZADA PELO LICITANTE VENCEDOR, DE ACORDO COM ESPERAS ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS JÁ EXISTENTES NO LOCAL. APÓS INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR AO CORPO CLÍNICO TREINAMENTO OPERACIONAL DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, BEM COMO A CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE DOIS SERVIDORES INDICADOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE PARA O EXERCÍCIO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, NA SEDE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. MANUAIS DE OPERAÇÃO EM IDIOMA PORTUGUÊS. REGISTROS ANVISA, BPFC E AFE DO LICITANTE. TIPO MODELO G1 (GNATUS) OU MODELO SIENA FLEX (OLSEN) OU MODELO CROMA (DABI) OU MODELO UNIK (KAVO), OU SIMILAR DE MESMA QUALIDADE OU DE QUALIDADE SUPERIOR, DESDE QUE CONTENHAM TODOS OS ADICIONAIS INCLuíDOS NA ESPECIFICAÇÃO. VOLTAGEM DO EQUIPAMENTO E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 39, 1006

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 11

Lote 4 ESCAVADOR DE DENTINA E ESCOVA PLAST LIMPEZA BROCAS

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 3.943,90



Item 1 - 0910.0178.000002		
ESCAVADOR DE DENTINA - Nº 18 DUPLO		
QUANTIDADE: 180,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 19,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ESCAVADOR DE DENTINA - NÚMERO: Nº 18; PONTA DO INSTRUMENTAL: DUPLO; MODELO: BLACK OU DARBY-PERY; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO: COLHER; CABO: OITAVADO; PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NO INSTRUMENTAL; REGISTRO: NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: INDETERMINADA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA</u> INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 140		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20		

Item 2 - 0910.0181.000001		
ESCOVA PLASTICA LIMPEZA BROCAS - PEQUENA		
QUANTIDADE: 31,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 16,90
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ESCOVA PLASTICA COM CERDAS DE AÇO, PARA LIMPEZA DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, PEQUENA.		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SAUDE</u> DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Lote 5 ESCOVA ROBINSON TIPO PINCEL

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 2.212,60

Item 1 - 0910.0181.000036		
ESCOVA ROBINSON TIPO PINCEL		
QUANTIDADE: 740,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,99
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ESCOVA DE ROBINSON P/CONTRA-ÂNGULO, TIPO PINCEL, USO ODONTO- LÓGICO		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SAUDE</u> DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 40		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100		
LOCAS DE ENTREGA:		



SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA INSTITUTO PSIQUIÁTRICO FORENSE AVENIDA BENTO GONÇALVES 2850 SANTO ANTONIO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 500

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

Lote 6 ESCOVA INTERDENTAL - MACIA (3MM, 4MM E 7MM)

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 10.922,54

Item 1 - 0910.0181.009999

ESCOVA INTERDENTAL - MACIA CILÍNDRICA EXTRA-FINA (3 MM)

QUANTIDADE: 262,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 22,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESCOVA INTERDENTAL - **INDICAÇÃO DE USO DA ESCOVA INTERDENTAL:** REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS NA REGIÃO INTERPROXIMAL (ENTRE OS DENTES); **TIPO DE CERDAS:** MACIA; **MATERIAL DAS CERDAS:** NYLON; **FORMATO DA PARTE ATIVA DA ESCOVA:** CILÍNDRICA; **ESPESSURA DA PARTE ATIVA DA ESCOVA:** EXTRA-FINA (3 MM); **MATERIAL DO CABO:** PLÁSTICO E/OU BORRACHA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DA ESCOVA INTERDENTAL:** EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 6 E 10 UNIDADES; **REGISTRO:** ANVISA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** INDETERMINADA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 200

Item 2 - 0910.0181.010000

ESCOVA INTERDENTAL - MACIA CILÍNDRICA FINA (4 MM)

QUANTIDADE: 154,0000

UNIDADE: em

VALOR UNITÁRIO: R\$ 22,63

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

ESCOVA INTERDENTAL - **INDICAÇÃO DE USO DA ESCOVA INTERDENTAL:** REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS NA REGIÃO INTERPROXIMAL (ENTRE OS DENTES); **TIPO DE CERDAS:** MACIA; **MATERIAL DAS CERDAS:** NYLON; **FORMATO DA PARTE ATIVA DA ESCOVA:** CILÍNDRICA; **ESPESSURA DA PARTE ATIVA DA ESCOVA:** FINA (4 MM); **MATERIAL DO CABO:** PLÁSTICO E/OU BORRACHA; **APRESENTAÇÃO COMERCIAL DA ESCOVA INTERDENTAL:** EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 6 E 10 UNIDADES; **REGISTRO:** ANVISA; **VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA:** INDETERMINADA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SAUDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

FUNDACAO DE ARTICULACAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50

LOCAS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 100

Item 3 - 0910.0181.010001

ESCOVA INTERDENTAL - MACIA CILÍNDRICA MÉDIA (7 MM)



QUANTIDADE: 62,0000	UNIDADE: em	VALOR UNITÁRIO: R\$ 24,33
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
ESCOVA INTERDENTAL - INDICAÇÃO DE USO DA ESCOVA INTERDENTAL: REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E DE RESÍDUOS DE ALIMENTOS NA REGIÃO INTERPROXIMAL (ENTRE OS DENTES); TIPO DE CERDAS: MACIA; MATERIAL DAS CERDAS: NYLON; FORMATO DA PARTE ATIVA DA ESCOVA: CILÍNDRICA; ESPESSURA DA PARTE ATIVA DA ESCOVA: MÉDIA (7 MM); MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO E/OU BORRACHA; APRESENTAÇÃO COMERCIAL DA ESCOVA INTERDENTAL: EMBALAGEM CONTENDO ENTRE 6 E 10 UNIDADES; REGISTRO: ANVISA; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: INDETERMINADA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SAÚDE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 10		
LOCALS DE ENTREGA:		
FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 2		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 50		

Lote 7 FILME RADIOGRÁFICO - INTRABUCAL ADULTO CLASSE E

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 4.966,00

Item 1 - 0910.0226.000002		
FILME RADIOGRÁFICO - INTRABUCAL ADULTO CLASSE E		
QUANTIDADE: 20,0000	UNIDADE: cx	VALOR UNITÁRIO: R\$ 248,30
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
FILME RADIOGRÁFICO - USO: INTRABUCAL; INDICAÇÃO: ADULTO; SENSIBILIDADE: CLASSE E; TIPO: PERIAPICAL; TAMANHO: 31MM X 41MM (ADULTO); BORDAS: ARREDONDADAS; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: CAIXA COM 150 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: 12 MESES;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SAUDE</u> DIVISÃO DE SUPRIMENTOS - SES AVENIDA MARECHAL ANDREA 351 BOA VISTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH</u> FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXIAS 418 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTÓRICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 6		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 12		

Lote 8 GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - 209

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 674,10

Item 1 - 0910.0266.0000021
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - 209



QUANTIDADE: 30,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 22,47
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - NUMERO DO GRAMPO PARAISOLAMENTO ABSOLUTO: 209; MATERIAL DO GRAMPO: AÇO INOXIDÁVEL; USO GRAMPO PARAISOLAMENTO: EM DIQUE DE BORRACHA;		
TIPO DE TRATAMENTO DO GRAMPO DE ISOLAMENTO: TRATAMENTO TÉRMICO A VÁCUO; CORTE E ESTAMPAGEM DO GRAMPO: AUTOMÁTICA; TIPO DE ACABAMENTO DO GRAMPO: ACETINADO; REGISTRO NO		
MINISTÉRIO DA SAÚDE: SIM; APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO GRAMPO PARAISOLAMENTO: EMBALAGEM INDIVIDUAL;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 30		

Lote 9 PINÇA CLÍNICA - Nº 317

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 2.640,00

Item 1 - 0910.0353.000017		
PINÇA CLÍNICA- Nº 317		
QUANTIDADE: 120,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 22,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PINÇA CLÍNICA - TIPO: Nº 317; MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL; NORMA REGULAMENTADORA A SER OBSERVADA: NBR ISO 7153-1; PONTAS: ALINHADAS E COM SUPERFÍCIES INTERNAS RANHURADAS;		
ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM INDIVIDUAL;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 100		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20		

Lote 10 PONTA DE ULTRASSOM - SCHUSTER

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total
TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade
PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias
VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias
VALOR DO LOTE : R\$ 14.801,60

Item 1 - 0910.0353.000035		
PONTA DE ULTRASSOM - P4-S SCHUSTER		
QUANTIDADE: 20,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 153,13
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PONTA DE ULTRASSOM - MODELO: P4-S SCHUSTER; ENCAIXE: APARELHO JETLAXIS SONIC SCHUSTER; MATERIAL: AÇO INOX; OPÇÃO: ORIGINAL; USO: REMOÇÃO DE TÁRTARO; ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCALS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 20		



Item 2 - 0910.0353.009997		
PONTA DE ULTRASSOM - T2-S SCHUSTER		
QUANTIDADE: 70,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 87,00
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PONTA DE ULTRASSOM - MODELO: T2-S SCHUSTER; ENCAIXE: APARELHO JETLAXIS SONIC SCHUSTER; MATERIAL: AÇO INOX; OPÇÃO: ORIGINAL; USO: REMOÇÃO DE TÁRTARO; ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: INDETERMINADA;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10		

Item 3 - 0910.0353.009998		
PONTA DE ULTRASSOM - T1-S SCHUSTER		
QUANTIDADE: 70,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 80,70
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PONTA DE ULTRASSOM - MODELO: T1-S SCHUSTER; ENCAIXE: APARELHO JETLAXIS SONIC SCHUSTER; MATERIAL: AÇO INOX; OPÇÃO: ORIGINAL; USO: REMOÇÃO DE TÁRTARO; ESTERILIZAÇÃO: CALOR ÚMIDO (AUTOCLAVE); APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE; VALIDADE MÍNIMA NA DATA DA ENTREGA: INDETERMINADA; MARCA COMERCIAL: SCHUSTER;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DA BM RUA SETE DE SETEMBRO 372 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 60		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 10		

Lote 11 PINÇA DE MULLER PARA CARBONO

TIPO DE PREVISÃO DE CONSUMO : Total

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 1.125,60

Item 1 - 0910.0353.009999		
PINÇA DE MULLER PARA CARBONO		
QUANTIDADE: 24,0000	UNIDADE: un	VALOR UNITÁRIO: R\$ 46,90
FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:		
PINÇA DE MULLER - TIPO: PINÇA DE MULLER PARA CARBONO; MATERIAL: AÇO INOXDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL: SIM; INDICAÇÃO DE USO: PARA SEGURAR O CARBONO NO TESTE DE OCLUSÃO; APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM COM 1 UNIDADE;		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1		
CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>FUNDAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PPD E PPAH</u> FADERS CENTRO RUA DUQUE DE CAXAS 418 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 4		
LOCAS DE ENTREGA:		
<u>SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA</u> HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA RUA EUCLIDES DA CUNHA 1800 PRESIDENTE JOAO GOULART SANTA MARIA RS QUANTIDADE: 20		

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

**OBSERVAÇÃO 1**

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 39

PARA EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S): 1. INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES, SALVO SE CONSTAR DATA DE VALIDADE DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM (CONSIDERAR A MAIOR) A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO AO ÓRGÃO REQUISITANTE; 2. O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL A RELAÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTO OFERTADO, SENDO NO MÍNIMO UM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, SALVO SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.1. CASO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEJA APENAS DO FABRICANTE OU NÃO SE LOCALIZE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE OU REGIÃO METROPOLITANA, INDEPENDENTE DA SUA LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL, O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ANEXAR JUNTO À PROPOSTA FINAL TERMO DE DECLARAÇÃO PRÓPRIO DEVIDAMENTE ASSINADO, ASSUMINDO NA ÍNTEGRA AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NESTA OBSERVAÇÃO 39, COMO REFERENTE A GARANTIA, TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, INCLUSIVE, SE CONSTAR LOCAL DIFERENTE JUNTO A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA (CONSIDERAR O LOCAL INFORMADO NO TEXTO DO ITEM OU OBSERVAÇÕES GERAIS DA COMPRA); 2.2 PARA EFEITO DE RESPONSABILIDADE QUANTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ITEM 2 – SUBITEM 2.1, ESTA FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. 3. PARA EQUIPAMENTOS QUE NECESSITE E CASO NÃO EXISTA DEFINIDA A VOLTAGEM DO PRODUTO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, ESTA DEVERÁ SER ENTREGUE DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO ÓRGÃO REQUISITANTE. PARA TANTO, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O ÓRGÃO REQUISITANTE ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO; 4. O(S) EQUIPAMENTO(S) DEVERÁ(AO) SER ENTREGUE(S) COM TODOS OS ACESSÓRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, ACOMPANHADO(S) DE MANUAIS TÉCNICOS ATUALIZADOS E ESQUEMA ELÉTRICO; 5. A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A VIGÊNCIA DO PRAZO DE GARANTIA DEVERA SER PRESTADA NO LOCAL ONDE ESTARÁ(AO) INSTALADO(S) OU OPERANDO O(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S); 6. O CHAMADO POR TELEFONE DEVERÁ SER ACEITO COMO FORMA DE INICIAR O PEDIDO DE MANUTENÇÃO E/OU SUPORTE TÉCNICO PARA FINS DE CONTAGEM DE PRAZO DE ATENDIMENTO, ESTE NUNCA DEVERÁ SER SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, PARA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA, E 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, PARA O INTERIOR DO ESTADO; 7. NO CASO DE REMOÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) PARA MANUTENÇÃO, ESTA FICARÁ A CARGO DO FORNECEDOR, BEM COMO SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM. O FORNECEDOR SERÁ CONSIDERADO, PARA TODOS OS EFEITOS, DURANTE ESTE PERÍODO, COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO MESMO(S); 8. NO CASO DE DESLOCAMENTO, NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS(S)/APARELHO(S) AO LOCAL DE ORIGEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO NO PRAZO MÁXIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, A CONTAR DA HORA DO COMPARECIMENTO PARA O ATENDIMENTO, O FORNECEDOR PROVIDENCIARÁ A(S) SUBSTITUIÇÃO(ÕES) PROMISÓRIA(S) DE OUTRO(S) EQUIPAMENTO(S)/APARELHO(S) EQUIVALENTE(S) OU SUPERIOR(ES) AO QUE ESTIVER(EM) EM CONCERTO, POSSIBILITANDO AO USUÁRIO(S) A CONTINUAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/M; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/M; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 1006

A. DA ENTREGA DE AMOSTRA APÓS CUMPRIDA A ETAPA DE HABILITAÇÃO DOS DOCUMENTOS, DECLARADA HABILITADA, POSTERIOR A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO, A EMPRESA PARTICIPANTE DO CERTAME LICITATÓRIO DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) AMOSTRA COMPLETA DO OBJETO OFERTADO PARA FINS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, COMO CONDIÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO. O PRAZO DE ENTREGA DAS AMOSTRAS AO ÓRGÃO REQUISITANTE É DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS APÓS A HABILITAÇÃO. JUNTAMENTE DEVERÃO ACOMPANHAR OS LAUDOS DE QUALIDADE CITADOS NA DESCRIÇÃO TÉCNICA (OBS: OS LAUDOS NECESSÁRIOS TERÃO SEUS CUSTOS POR CONTA DOS LICITANTES). A NÃO ENTREGA DOS LAUDOS TÉCNICOS NO PRAZO DEFINIDO DE 15(QUINZE) DIAS ÚTEIS, ACARRETERÁ NA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. SERÁ ACEITO LAUDOS DO PRODUTO TANTO EM NOME DO LICITANTE QUANTO DO FABRICANTE DA MATÉRIA PRIMA. B. DA AVALIAÇÃO DA AMOSTRA A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE, NO PRÓXIMO DIA ÚTIL APÓS O FINAL DO PRAZO DE ENTREGA SE REUNIRÁ NO INÍCIO DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, A FIM DE REALIZAR A ANÁLISE DO OBJETO ENTREGUE, INCLUINDO OS LAUDOS REQUISITADOS. TAL REUNIÃO PODERÁ SER ACOMPANHADA PELOS PARTICIPANTES DO CERTAME LICITATÓRIO. SERÁ CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO ENTREGUE, PROPOSTO PELO LICITANTE VENCEDOR, ESTAR EM ACORDO COM O SOLICITADO EM EDITAL, COM AS MARGENS DE ERRO TAMBÉM PREVISTAS NO MESMO. A COMISSÃO PERMANENTE DE RECEBIMENTO DO ÓRGÃO REQUISITANTE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO A SER ENCAMINHADO AO PREGOEIRO, A FIM DE QUE SEJA FINALIZADA A ACEITAÇÃO OU NÃO DA PROPOSTA EM NO MÁXIMO 5 DIAS ÚTEIS. PODERÃO SER REALIZADAS AVALIAÇÕES DESTRUTIVAS DO OBJETO, EM BUSCA DE CARACTERÍSTICAS NÃO EXPOSTAS OU NÃO AVALIADAS ATRAVÉS DE LAUDOS. A COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ANÁLISE TÉCNICA DO ÓRGÃO REQUISITANTE PODERÁ QUANDO JULGAR NECESSÁRIO, SOLICITAR NOVOS LAUDOS DO OBJETO PARA ATESTAR A QUALIDADE E CORRETA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO QUANDO DA ENTREGA DEFINITIVA DO MESMO. C. DA DEVOLUÇÃO DA AMOSTRA O LICITANTE DEVERÁ RETIRAR O OBJETO ENTREGUE PARA ANÁLISE DECORRIDO O FINAL DE GARANTIA CONTRATUAL DA COMPRA. SE NÃO O FIZER, NO PRAZO DE 5 (CINCO) ÚTEIS, O BEM SERÁ ENCAMINHADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE, SEM ÔNUS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*