



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37774

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 27/09/2024

EDITAL NÚMERO: 568 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 16/10/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 22/1205-0000925-3

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

ATUALMENTE, O MERCADO INTERNACIONAL DE DROGAS ILÍCITAS PRODUZ NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS DE MANEIRA CRESCENTE E PERIÓDICA. A IDENTIFICAÇÃO DE TAIS SUBSTÂNCIAS REPRESENTA UM DESAFIO ANALÍTICO À DIVISÃO DE QUÍMICA FORENSE E À DIVISÃO DE TOXICOLOGIA FORENSE DO IGP, UMA VEZ QUE A AQUISIÇÃO DE PADRÕES ANALÍTICOS DE TAIS SUBSTÂNCIAS É BUROCRÁTICO, CARO E POR VEZES INACESSÍVEL, POR NÃO HAVER FORNECEDORES DE ALGUMAS DESSAS SUBSTÂNCIAS NO BRASIL. TAIS PADRÕES SÃO NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DOS LAUDOS PERICIAIS, POIS AS TÉCNICAS DE ANÁLISE EMPREGADAS SÃO DE CUNHO COMPARATIVO. A COLUNA ADQUIRIDA AUXILIARÁ NO PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DO PRINCÍPIO ATIVO DE MATERIAIS RECEBIDOS PARA PERÍCIA, VISANDO A SUA IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO POR TÉCNICAS ANALÍTICAS COMPLEMENTARES E ELUCIDATIVAS, DISPENSANDO POR VEZES A NECESSIDADE DE COMPRA DOS PADRÕES ANALÍTICOS. A EXECUÇÃO DO PRESENTE PROJETO, PORTANTO, AUXILIARÁ NA RESOLUÇÃO DE CASOS QUE POR VEZES SÃO INCONCLUSIVOS, PERMITINDO A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. A CONTRATAÇÃO ESTÁ ADEQUADA À NECESSIDADE DAS DIVISÕES DE QUÍMICA E DE TOXICOLOGIA FORENSE/DPL/IGP-RS E A VERBA SERÁ ORIUNDA DO CONVÊNIO SENAD: 909647/2021.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 COLUNA PREPARATIVA - TIPO DE COLUNA: TIPO DE FASE ESTACIONÁRIA: C8, C18 OU AMIDA

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA : 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 16.000,00

Item 1 - 0830.0555.000182

COLUNA PREPARATIVA - TIPO DE COLUNA: TIPO DE FASE ESTACIONÁRIA: C8, C18 OU AMIDA

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 16.000,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

COLUNA PREPARATIVA - TIPO DE COLUNA: PREPARATIVA; TIPO DE FASE ESTACIONÁRIA: C8, C18 OU AMIDA; CARACTERÍSTICAS DAS PARTÍCULAS DA COLUNA: ESFÉRICAS E TOTALMENTE POROSAS; DIÂMETRO DO PORO: 80 A 120 Å; DIÂMETRO DAS PARTÍCULAS: 4 A 6 MICROMETROS; DIMENSÕES DA COLUNA: 150 MM X 10,0 MM; CARACTERÍSTICAS GERAIS DA COLUNA: DEVE SER ENDCAPPED, DEVE TRABALHAR PELO MENOS NA FAIXA DE PH DE 2 A 8 E DEVE SER COMPATÍVEL COM FASE MÓVEL 100% AQUOSA;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 3, 1008

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA IGP COM ALVARO GUASPARI RUA COMENDADOR ALVARO GUASPARI 40 FLORESTA PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE



DÚMIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 3

INDICAR TIPO E PRAZO DE GARANTIA PARA O PRODUTO OFERTADO, SENDO DE NO MÍNIMO 90(NOVENTA) DIAS, QUANDO NÃO INDICADO NA ESPECIFICAÇÃO DO ITEM OU NAS OBSERVAÇÕES ATRELADAS AO MESMO.

OBSERVAÇÃO 1008

SE TRATANDO DE COMPRAS DO IGP-RS, ANTES DA FASE DE HABILITAÇÃO, O PREGOEIRO DEVERÁ ENCAMINHAR A PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME AO IGP-RS, PARA FINS DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO. PARA COMPRAS DOS DEIXAIS ÓRGÃOS, SEM A PRESENÇA DO IGP-RS, FICARÁ A CRITÉRIO DO PREGOEIRO O ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AO ÓRGÃO REQUISITANTE.