



**RESULTADO DA ANÁLISE DA AMOSTRA E
CONVOCAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME
Pregão Eletrônico nº 0419/2024 - Lote 3**

A Pregoeira da Subsecretaria da Administração Central de Licitações, no uso de suas atribuições torna público o que segue:

A análise da amostra foi concluída pelo órgão demandante, conforme informações na sala de chat do lote 3, sendo reprovada, nos seguintes termos:

“Recebemos a amostra do tubo marca CRAL/PRECISION, enviado pela licitante LDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 53.881.602/0001-61. Medimos a parede do tubo, com um paquímetro, e constatamos que o mesmo possui 1,25 mm de espessura. Portanto, não atende às especificações.”

Comunico que o prosseguimento do certame está agendado para o dia **08/10/2024, às 09h:30min.**

Assim, os Licitantes devem manter representante na sala do Chat na data e horário aprazados, sob pena de perda de prazo e prejuízo à empresa.

Em 07/10/2024.

Susana Souza de Assumpção
Pregoeira