



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37920

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 11/10/2024

EDITAL NÚMERO: 981 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 21/10/2024 14:10

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1956-0000218-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO;

JUSTIFICATIVA

PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO DE QUÍMICA DA FETLSVC SRO 026605

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIÁVEL 1.000-10.000 UL (01-10 ML) CERT. RBC

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 4.590,00

Item 1 - 0830.0507.010128

MICROPIPETA MONOCANAL VOL. VARIÁVEL 1.000-10.000 UL (01-10 ML) CERT. RBC

QUANTIDADE: 3,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.530,00

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/LABORATORIO

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

MICROPIPETA MONOCANAL - VOLUME REGULÁVEL: SIM; VOLUME: 1.000-10.000 UL (01-10 ML); AUTOCLAVÁVEL: SIM; TOTAL DE DÍGITOS: 4; INCREMENTO: 10 UL; SISTEMA DE EXPULSÃO DE PONTEIRAS: SIM; MATERIAL DO PISTÃO: RESISTENTE À CORROSÃO; GARANTIA: MÍNIMO 24 MESES; ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: DEVERÁ SER ERGONÔMICA; DEVERÁ POSSUIR ACURÁCIA IGUAL OU MENOR QUE 0,6% (MENOR OU IGUAL A 6,0 UL) PARA O VOLUME NOMINAL, IGUAL OU MENOR QUE 0,8% (MENOR OU IGUAL A 40 UL) EM 50% DO VOLUME NOMINAL E IGUAL OU MENOR QUE 0,6% (MENOR OU IGUAL A 0,6 UL) EM 10% DO VOLUME NOMINAL; DEVERÁ POSSUIR CALIBRAÇÃO EM TRÊS PONTOS (1000 UL, 5000 UL E 10000 UL); DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC (REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO);

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDACAO ESCOLA TECNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA FETLSVC - FUNDAÇÃO LIBERATO INCONFIDENTE 395 PRIMAVERA NOVO HAMBURGO RS QUANTIDADE: 3

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO



(LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA *