



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 37865

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/10/2024

EDITAL NÚMERO: 589 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO: 05/11/2024 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0017921-0

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

O HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE PORTO ALEGRE - HBMPA, ATENDE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DE COMPLEXIDADES VARIÁVEIS, SENDO REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO PARA MILITARES DA ATIVA, DA RESERVA E DE SEUS DEPENDENTES, ALÉM DA POPULAÇÃO USUÁRIA DO IPERGS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ABRANGENDO APROXIMADAMENTE 1.000.000 DE PESSOAS. É LOCAL DE ACOLHIMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO AO SERVIDOR. VISANDO PROPORCIONAR AOS PACIENTES UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO ATENDER AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, FAZ-SE NECESSÁRIA A FREQUENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. O MATERIAL "MEDIDOR E CALIBRADOR DE CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL" É UM DISPOSITIVO UTILIZADO PARA INSUFLAR E VERIFICAR A PRESSÃO DO CUFF (BALONETE INTERNO) DOS TUBOS ENDOTRAQUEAIS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, REDUZINDO O RISCO DE BRONCO ASPIRAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE A OCORRÊNCIA DE QUADROS DE PNEUMONIA POR MICROASPIRAÇÕES PELA INCORRETA INSUFLAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO BALÃO INTERNO, COMO TAMBÉM O RISCO DE ISQUEMIA E NECROSE TECIDUAL DEVIDO ALTA PRESSÃO DO CUFF. OS TUBOS ENDOTRAQUEAIS E CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMA SÃO DISPOSITIVOS ASSISTENCIAIS UTILIZADOS EM PACIENTES NAS DIVERSAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HBMPA, PRINCIPALMENTE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E NO BLOCO CIRÚRGICO. ATUALMENTE O HBMPA NÃO POSSUI NENHUMA UNIDADE DE MEDIDOR E CALIBRADOR DE CUFF E A AFERIÇÃO DA PRESSÃO DOS BALONETES SÃO REALIZADAS COM UM DISPOSITIVO SEMELHANTE, O QUE VAI CONTRA O PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. A FIM DE MANTER A PLENA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE AOS PACIENTES, EVITAR MULTAS DE ÓRGÃOS FISCALIZATÓRIOS, BEM COMO A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HBMPA, JUSTIFICA-SE E SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE MEDIDOR E CALIBRADOR DE CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL. COMO HÁ PREVISIBILIDADE DE ORÇAMENTO PARA TAL AQUISIÇÃO, HÁ VIABILIDADE NA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CITADOS ACIMA, QUE CERTAMENTE ACRESCENTARÃO À INSTITUIÇÃO DA BRIGADA MILITAR VALOR E QUALIDADE À SOCIEDADE, TRAZENDO MAIS SAÚDE AOS NOSSOS POLICIAIS MILITARES E DESTA FORMA, MAIS PROTEÇÃO À NOSSA POPULAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 MEDIDOR E CALIBRADOR DE CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL

TIPO DE ENTREGA: TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP: Exclusividade

PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias

VALOR DO LOTE: R\$ 32.487,72

Item 1 - 0870.0190.010274

MEDIDOR E CALIBRADOR DE CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL

QUANTIDADE: 12,0000

UNIDADE: un

VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.707,31

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

EQUIPAMENTO HOSPITALAR - TIPO DE EQUIPAMENTO: CUFÔMETRO PARA A MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO DO CUFF DO TUBO ENDOTRAQUEAL; GARANTIA MÍNIMA: MÍNIMO 12 MESES; VOLTAGEM: NÃO APLICÁVEL; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR: MEDIDOR PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL; - AJUSTE DA PRESSÃO DO CUFF PODE SER REALIZADO ROTINEIRAMENTE EM SEGUNDOS SEM COMPROMETER A TERAPIA DO PACIENTE; - COM MONITOR INTEGRADO DE PRESSÃO INDICANDO A FAIXA IDEAL DA PRESSÃO DO CUFF; - BOMBA DE CALIBRAÇÃO COM BOTÃO DE ALÍVIO DE PRESSÃO; - CONSTITUÍDO POR UM MANÔMETRO MECÂNICO EM METAL RÍGIDO, COM MOSTRADOR VEDADO POR TAMPA TRANSPARENTE E UM BULBO (PÊRA); - ESCALA QUE PERMITE A LEITURA DIRETA DA PRESSÃO DE 0 ATÉ 120 CMH2O; - O BULBO (PÊRA), ELEMENTO DE FORMATO ANATÔMICO, É CONFECCIONADO EM MATERIAL LÁTEX FLEXÍVEL, O QUAL ACIONADO MANUALMENTE TEM COMO OBJETIVO INSUFLAR O CUFF (BALÃO) DA Sonda; - UMA CONEXÃO LATERAL TIPO LUER MACHO, DÁ SAÍDA AO AR QUE IRÁ INSUFLAR O CUFF DA Sonda ENDOTRAQUEAL OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA; - DEVERÁ ACOMPANHAR TUBO DE CONEXÃO PARA CONVENIENTE POSICIONAMENTO; - CONTROLE DA INSUFLAÇÃO E MONITORAÇÃO DA PRESSÃO DO BALÃO EM SONDAS ENDOTRAQUEAIS E EM CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 187, 207, 1013



CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MLITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 12

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO. ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 187

PRODUTOS/EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES OFERTADOS, OS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR, A CRITÉRIO DE JULGAMENTO: O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ ENTREGAR JUNTO COM A PROPOSTA FINAL: -DO FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO: A) REGISTRO DE PRODUTO/EQUIPAMENTO NA ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; B) ALVARÁ SANITÁRIO / LICENÇA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL VIGENTE. *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE FABRICANTE OU IMPORTADOR DO PRODUTO/ OBJETO LICITADO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL OU MUNICIPAL. - DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO (DISTRIBUIDOR): A) AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA (AFE) JUNTO A ANVISA/MS; *FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO/EQUIPAMENTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; * PARA PRODUTOS/EQUIPAMENTOS REGISTRADOS, O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR AINDA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE (BPFEC), DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO - RDC NRO 497 DE 20 DE MAIO DE 2021.

OBSERVAÇÃO 207

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ FORNECER NA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA ORIGEM E PROCEDÊNCIA DOS MESMOS JUNTO AO FABRICANTE.

OBSERVAÇÃO 1013

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE). CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*