



Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA

BRIGADA MILITAR

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

BMDS - DEPARTAMENTO DE SAUDE

E-MAIL

DS-SECOM@BM.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.COMPRAS.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 38019

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 22/10/2024

EDITAL NÚMERO: 1025 / 2024

DATA DA REALIZAÇÃO:

NÚMERO EXPEDIENTE: 24/1203-0018727-2

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0870-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

JUSTIFICATIVA

O CENTRO CLÍNICO DO HBMPA SOLICITA AQUISIÇÃO DO SEGUINTE ITEM: SERRA HOSPITALAR - TIPO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, CÓD. GCE 0870.0736.010000 (01 UNIDADE), O QUAL SERÁ UTILIZADO PARA MELHOR ATENDER OS PACIENTES DESTA NOSOCÔMIO. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA UNIDADE DE TRAUMATOLOGIA E DEMAIS UNIDADES QUE NECESSITEM FAZER USO. AINDA, INFORMO QUE NÃO HÁ ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE E PREVISÃO DE ABERTURA DE ATA DO MATERIAL. DIANTE DOS FATOS, JUSTIFICO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATUAIS DESTA INSTITUIÇÃO. NÃO SE APLICA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Lote 1 SERRA HOSPITALAR - TIPO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 20 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

Item 1 - 0870.0736.010000

SERRA HOSPITALAR - TIPO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO

QUANTIDADE: 1,0000

UNIDADE: un

FAMÍLIA DO ITEM: EQUIPAMENTOS/MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES/ENFERMAGEM

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SERRA HOSPITALAR - TIPO: SERRA ELÉTRICA PARA GESSO; MODO DE OPERAÇÃO: ELÉTRICA; TIPO DE MATERIAL: CONFECCIONADA EM POLIURETANO, ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ EPÓXI ELETROSTÁTICA; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V; GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES; REGISTRO: ANVISA; USO DA LÂMINA: REUTILIZÁVEL; MATERIAL DA LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL; ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A SERRA: 03 OPÇÕES DIFERENTES DE LÂMINAS: (43,5 MM, 52 MM, E 64MM) E CHAVE HEXAGONAL PARA TROCA DAS LÂMINAS. TENSÃO E SEUS QUANTITATIVOS A SEREM DEFINIDOS PELO ÓRGÃO REQUISITANTE QUANDO DA EMISSÃO DO EMPENHO; COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,5 À 3 METROS;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 1013

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR RUA CASTRO DE MENEZES 155 VILA ASSUNCAO PORTO ALEGRE RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO). DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO. O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

**OBSERVAÇÃO 1013**

O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ COMPROVAR JUNTO A PROPOSTA FINAL, QUE O PRODUTO OFERTADO ESTA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA ANVISA DE ACORDO COM O SEU SEGMENTO (LEGISLAÇÃO VIGENTE) . CASO SEU PRODUTO ESTEJA ISENTO, ESTE DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO ISENTANDO TAL CONFORMIDADE. - FICARÁ A CARGO DA EMPRESA LICITANTE PROVAR QUE O PRODUTO OBJETO DA LICITAÇÃO NÃO ESTÁ SUJEITO AO REGIME DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.*